



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018

RECIBODE EDITAL (retirado pela Internet ou no setor de compras do Conderg)

A empresa _____, CNPJ _____
_____ com endereço para correspondência à _____,
na cidade de _____ / _____, fone (____) _____,
e-mail _____.

RECEBEU

o pregão para registro de preços nº 039/2018, via download, cujo objeto refere-se **AQUISIÇÃO MATERIAL DE ENFERMAGEM** para o Conderg - PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, composto de edital do certame e anexos nele citados.

Nome por extenso:

Data: ___ / ___ / 2018.

Assinatura: _____

OBS:

1 - Os interessados em participar desta licitação que retirarem o edital pela Internet deverão remeter este formulário ao setor de Compras do Conderg, devidamente preenchido e assinado, podendo ser enviado ou pelo email: licitacaoconderg@gmail.com



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n° 039/2018

PROCESSO n°. 592/2018

DATA DA REALIZAÇÃO: 05/06/2018

HORÁRIO: 09:00 horas

**LOCAL: CONDERG – Hospital Regional – Av. Leonor Mendes de Barros n° 626
Centro- Divinolândia-SP**

O **CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – CONDERG**, inscrito no CNPJ sob o nº 52.356.268/0002-45, torna público que se acha aberta nesta unidade, licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, para fins de **REGISTRO DE PREÇOS**, do tipo **MENOR PREÇO UNITARIO POR ITEM**, objetivando aquisição futura e não obrigatória de **MATERIAL DE ENFERMAGEM** para o CONDERG- Hospital Regional de Divinolândia, que será regido pelas Leis Federais n.º 10.520/2002 e 8.666/93.

A sessão de abertura da licitação será realizada no **dia 05/06/2018** no CONDERG - Hospital Regional de Divinolândia, localizado na Avenida Leonor Mendes de Barros, nº 626, Centro, em Divinolândia-SP, a partir das **09:00 horas**, sendo conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em referência.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação, conforme orientações constantes deste edital, serão recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de abertura da licitação, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante.

I - DO OBJETO

1 - A presente licitação tem por objeto a realização de **REGISTRO DE PREÇOS** para a aquisição futura e não obrigatória de **MATERIAL DE ENFERMAGEM** conforme



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

especificações em gênero e quantidade constantes do folheto descritivo – Anexo I deste Edital.

2 – O prazo de validade do REGISTRO DE PREÇOS é de 12 (doze) meses, improrrogáveis.

II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E HABILITAÇÃO

1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da licitação que preencherem as condições de habilitação constantes deste Edital.

2. Para os fins de habilitação os interessados deverão apresentar os seguintes documentos:

2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

- a) registro comercial, no caso de empresa individual;
- b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
- d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem não precisarão constar do Envelope "Documentos de Habilitação" se já tiverem sido apresentados para os efeitos de credenciamento neste Pregão.

2.2 – DA REGULARIDADE FISCAL

- a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

- b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
- c) prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual (a prova da regularidade fiscal junto à Fazenda do Estado será feita mediante a apresentação de certidão negativa da dívida ativa expedida pela Procuradoria do Estado) e Municipal da sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei;
- d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
- e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

Serão válidas e eficazes as certidões obtidas através dos sítios oficiais de internet dos órgãos públicos emissores, observa da data de validade das mesmas. A equipe de apoio, caso entenda necessário, poderá fazer a verificação de validade de tais certidões.

A prova da regularidade com a Fazenda Estadual se fará através de Certidão Negativa (ou positiva com efeitos negativos) de inscrição na dívida ativa, expedida pela Procuradoria do Estado.

2.3 - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Para a qualificação econômico-financeira o licitante deverá apresentar certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

2.4 - OUTRAS COMPROVAÇÕES.

Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo anexo ao Decreto Estadual nº 42.911, de 06.03.98 (Anexo III);

- a) Licença Sanitária Estadual ou Municipal, ou cópia.



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

b) Comprovação da Autorização de Funcionamento da Empresa participante da Licitação emitida pelo Ministério da Saúde, ou cópia desta autorização.

Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração (Anexo IV);

2.5. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

III - DO CREDENCIAMENTO

No dia e hora designados para a abertura da licitação os licitantes poderão credenciar representantes, com poderes especiais para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.

1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
 - a) tratando-se do representante legal da licitante: ato constitutivo, estatuto social ou contrato social devidamente registrado, no qual estejam expressos seus poderes para o exercício de direitos e assunção de obrigações em decorrência de tal investidura;
 - b) tratando-se de procurador: instrumento de procuração pública ou particular ou ainda termo de credenciamento, acompanhados do documento pertinente indicado na alínea “a” deste item (ato constitutivo, estatuto social ou contrato social), com poderes específicos para a formulação de propostas, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como para praticar todos os demais atos inerentes ao certame.
2. O representante legal ou o procurador deverão identificar-se através da exibição de documento oficial de identificação com foto (RG, CNH ou similar).
3. Será admitido apenas 01 (um) representante credenciado para cada licitante.
4. Sob pena de exclusão da licitante do certame, o credenciado não poderá ausentar da sessão de licitação sem a autorização do Pregoeiro.
- 5- A ME ou EPP que desejar fazer uso do direito de preferencia, de acordo com a Lei 123/06 deverá apresentar declaração de enquadramento.



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

IV – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

1. A licitante deverá apresentar declaração de pleno atendimento aos requisitos do edital, conforme modelo constante do Anexo II deste instrumento, a qual deve seguir fora dos envelopes destinados à proposta e aos documentos.

2. A proposta e os documentos relativos à habilitação deverão ser apresentados separadamente em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

Envelope nº 01 - PROPOSTA

Pregão para Registro de Preços nº 39/2018

Processo nº 592/2018

Envelope nº 2 – HABILITAÇÃO

Pregão para Registro de Preços nº39/2018

Processo nº 592/2018

3. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se, neste caso, a procuração.

4. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.

V - DO CONTEÚDO DA PROPOSTA

1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:

- a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual da licitante;
- b) número do processo e do Pregão;

c) descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da procedência, marca e modelo do produto cotado, em conformidade com as especificações do folheto descritivo – Anexo I deste Edital;

d) preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo, transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação,

e) o prazo de validade da proposta, que será, no mínimo de 60 (sessenta) dias;

f) A proposta deverá também, se possível, visando a agilidade do procedimento, ser apresentada em CD não regravável, ou pendrive em arquivo CSV, conforme modelo disponível, que será enviado por e-mail as empresas que enviarem o recibo de edital ou solicitarem planilha no email licitacaoconderg@gmail.com. DEVENDO SER RESPEITADA A ESTRUTURA NA SUA INTEGRIDADE. Somente poderão ser preenchidos os campos referentes a valor UNITÁRIO E MARCA, os demais NÃO PODERÃO SER, EM HIPÓTESE ALGUMA, ALTERADOS. O CD ou pendrive deverá ser identificado com o nome da empresa (razão social), e o número desta licitação. O CD ou pendrive deverá ser acondicionado dentro do mesmo envelope da proposta.

2 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.

3 - O preço ofertado permanecerá fixo e irrevogável durante o período de validade do Registro de Preços.

4 - Deverão ser entregues no dia da abertura do certame no local indicado no preâmbulo deste edital, amostra dos produtos descritos no anexo I, em embalagem que comprovem as suas marca, com identificação da empresa licitante e o nº do item.

5 - Todos os produtos serão examinados e testados por profissionais da área de saúde.

6 - O licitante que desejar poderá apresentar mais de uma amostra, da mesma marca, para cada produto.

7 - A sessão será suspensa após o credenciamento e a entrega das amostras e será reaberta no **dia 12/06/2018 às 09:00 horas**, após análise dos produtos.

8 - O licitante que não apresentar amostra(s) solicitada(s) terá sua proposta desclassificada para o item em que a amostra fizer parte.

9 – Os Licitantes que cotarem produtos de marcas que já constam como pré aprovadas estarão dispensados da apresentação das amostras.



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “HABILITAÇÃO”

O envelope “Habilitação” deverá conter todos os documentos indicados no item II deste instrumento (habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira e outras comprovações).

VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

1. No horário e local indicados no preâmbulo, será realizada sessão pública para recebimento das propostas, iniciando-se com o credenciamento dos representantes dos licitantes, com duração mínima de 15 (quinze) minutos;

2. Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo II ao Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação;

2.1. Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame;

3. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

a) cujos produtos ofertados não atendam as especificações, prazos e condições fixadas no Edital;

b) com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, nos termos do art. 48, II, da Lei nº 8.666/93.

3.1. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto a exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se as correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.

3.2. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.

4. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:

a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores àquela;

b) não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). As propostas empatadas nestas condições serão selecionadas, ainda que superado o número máximo de 03.

4.1. Para o efeito de seleção será considerado o preço UNITARIO DO ITE

5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma verbal e sucessiva, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços;

5.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances constante da tabela abaixo. Para tanto, será considerado o menor preço unitário do item.

ITEM	VALOR	ITEM	VALOR	ITEM	VALOR	ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
01	1,00	77	0,05	153	0,50	229	0,02	305	0,001
02	0,02	78	0,05	154	0,20	230	0,05	306	0,001
03	0,001	79	0,05	155	0,20	231	0,05	307	0,001
04	0,03	80	0,05	156	0,15	232	0,03	308	0,001
05	0,02	81	0,05	157	0,60	233	0,001	309	0,001
06	0,05	82	0,05	158	0,001	234	0,03	310	0,001
07	0,05	83	0,05	159	0,02	235	0,05	311	0,001
08	0,05	84	0,05	160	0,02	236	0,20	312	0,001
09	0,05	85	0,05	161	0,05	237	0,20	313	0,15
10	0,05	86	0,001	162	0,08	238	0,20	314	0,001
11	0,05	87	0,001	163	0,08	239	0,12	315	0,001
12	0,05	88	0,001	164	0,08	240	1,50	316	0,001
13	0,05	89	0,001	165	0,001	241	0,08	317	0,03
14	0,05	90	0,001	166	0,08	242	0,08	318	0,25
15	0,05	91	0,001	167	1,50	243	0,08	319	0,30
16	0,05	92	0,001	168	0,02	244	0,001	320	0,30



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

17	0,05	93	0,001	169	0,03	245	0,001	321	0,02
18	0,05	94	0,02	170	0,02	246	2,00	322	0,05
19	0,05	95	0,001	171	0,05	247	0,02	323	0,20
20	0,05	96	0,80	172	0,25	248	0,001	324	0,40
21	0,05	97	0,25	173	0,30	249	0,01	325	0,25
22	0,05	98	0,08	174	0,25	250	0,40	326	0,25
23	0,03	99	0,15	175	0,40	251	0,80	327	0,05
24	0,03	100	0,40	176	0,02	252	0,80	328	0,15
25	0,03	101	0,001	177	0,02	253	0,80	329	0,15
26	0,03	102	0,08	178	0,02	254	0,08	330	0,01
27	0,03	103	0,001	179	0,30	255	0,08	331	0,10
28	0,03	104	0,20	180	0,05	256	0,08	332	0,08
29	0,03	105	0,20	181	0,05	257	0,001	333	0,08
30	0,08	106	0,15	182	0,05	258	0,001	334	0,20
31	0,08	107	0,10	183	0,05	259	0,001	335	0,20
32	0,08	108	0,10	184	0,25	260	0,001	336	0,20
33	0,08	109	0,10	185	0,25	261	0,001	337	0,08
34	0,05	110	0,10	186	0,10	262	0,05	338	0,08
35	0,08	111	0,10	187	0,10	263	0,05	339	0,08
36	0,03	112	0,10	188	0,15	264	0,05	340	0,05
37	0,01	113	0,10	189	0,20	265	0,05	341	0,05
38	0,01	114	0,10	190	0,15	266	0,08	342	0,05
39	0,01	115	0,10	191	1,20	267	0,01	343	0,05
40	0,03	116	0,10	192	0,05	268	0,15	344	0,05
41	0,03	117	0,10	193	0,001	269	0,02	345	0,05
42	0,05	118	0,15	194	0,01	270	0,001	346	0,05
43	0,05	119	0,15	195	0,05	271	0,001	347	0,05
44	0,05	120	0,15	196	0,20	272	0,001	348	0,05
45	0,05	121	0,15	197	0,001	273	0,001	349	0,001
46	0,05	122	0,15	198	0,001	274	0,001	350	0,40
47	0,15	123	0,15	199	0,10	275	0,001	351	0,40
48	0,15	124	0,02	200	0,60	276	0,001	352	0,40
49	0,15	125	0,02	201	0,60	277	0,001	353	0,40
50	0,15	126	0,02	202	0,60	278	0,001	354	0,40
51	0,20	127	0,02	203	0,60	279	0,02	355	0,40
52	0,25	128	0,02	204	0,05	280	0,02	356	0,40
53	0,25	129	0,02	205	0,01	281	0,02	357	0,30
54	0,30	130	0,02	206	0,01	282	0,02	358	0,05
55	0,05	131	0,25	207	0,01	283	0,02	359	0,25
56	0,05	132	0,25	208	0,01	284	0,02	360	0,15
57	0,20	133	0,25	209	0,01	285	0,02	361	0,001
58	0,15	134	0,08	210	0,12	286	0,02	362	0,01
59	0,15	135	0,08	211	0,12	287	0,10	363	0,30
60	0,05	136	0,08	212	0,02	288	0,10	364	0,50
61	0,05	137	0,08	213	0,20	289	0,10	365	0,50
62	0,05	138	0,08	214	0,02	290	0,001	366	0,001
63	0,02	139	0,20	215	2,00	291	0,001	367	0,10
64	0,20	140	0,20	216	0,40	292	0,001	368	0,10
65	0,40	141	0,20	217	0,05	293	0,001	369	0,12
66	0,15	142	0,01	218	0,05	294	0,001	370	0,12
67	0,08	143	0,01	219	0,02	295	0,001	371	0,30
68	0,08	144	0,01	220	0,02	296	0,001	372	0,30



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

69	0,08	145	0,001	221	0,02	297	0,001	373	0,80
70	0,05	146	0,001	222	0,02	298	0,001		
71	0,05	147	0,001	223	0,02	299	0,001		
72	0,05	148	0,04	224	0,03	300	0,001		
73	0,05	149	0,50	225	0,05	301	0,001		
74	0,05	150	0,05	226	0,10	302	0,001		
75	0,05	151	0,08	227	0,10	303	0,001		
76	0,05	152	0,50	228	0,01	304	0,001		

7. A etapa de lances será considerada encerrada quando houver desistência da disputa pelos licitantes de preços maiores.

8. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.

9. O Pregoeiro ainda poderá negociar redução de valores com o autor da oferta de menor preço.

10. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

10.1. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que necessariamente integrará os autos do procedimento.

11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para a verificação do atendimento das condições fixadas no edital.

12. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante a substituição e apresentação de documentos ou verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.

13. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

14. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

14.1. Os licitantes também poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. Neste caso, a apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado, o qual terá preferência nas compras futuras. Essa situação, se ocorrida, será devidamente registrada em ata para fins de formação de cadastro reserva no caso de exclusão do licitante mais bem classificado.

VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do direito de recorrer e na adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.

3.1. O recurso interposto terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará na invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

4. Decididos os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados e homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo de 03 (três) dias úteis.

4.1. A adjudicação será feita por item.

5. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados serão convocados para assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos neste edital.

5.1. É facultado a CONTRATANTE, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

6. A ata de registro de preços implicará em compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, devendo conter:

I – os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva;

II – os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceito cotar seus bens ou serviços em valor igual ao do licitante mais bem classificado.

6.2. Na hipótese de existir mais de um licitante na situação indicada no inciso II, serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

6.3. A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações.

6.4. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, aplicar-se o disposto no item “14” do tópico anterior.

IX –DO PRAZO DE VALIDADE, DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

1. O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, improrrogáveis, contados a partir da data da publicação da homologação da licitação;

2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao CONTRATANTE promover as negociações junto aos fornecedores.

2.1. Quanto o preço registrado torna-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o contratante convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

2.2. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

2.3. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

2.4. Quanto o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não cumprir o compromisso, a CONTRATANTE poderá:

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

2.4.1. Não havendo êxito nas negociações, a CONTRATANTE deverá proceder a revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

2.5. O registro do fornecedor será cancelado quando:

- a) descumprir as condições da ata de registro de preços;
- b) o fornecedor não assinar a Ata decorrente do Registro de Preços ou não retirar a Autorização de Fornecimento, Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV, do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/93 ou no art. 7º, da Lei nº 10.520/2002.
- e) por razões de interesse público;
- f) em razão da liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores ou falência do fornecedor;
- g) nas demais hipóteses previstas no Artigo 78, da Lei 8666/93, bem como no Edital desta licitação.

2.5.1. O cancelamento do registro nas hipóteses previstas nas letras “a”, “b” e “c” deste subitem será formalizado por despacho do responsável legal da CONTRATANTE, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

2.6. O fornecedor poderá pleitear o cancelamento do seu registro de preço mediante solicitação por escrito e comprovando por documentos estar impossibilitado de cumprir com as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços. A solicitação do Fornecedor para o cancelamento do preço registrado deve ser formulada com antecedência de 30 dias, facultada a CONTRATANTE aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

4. A comunicação do cancelamento ou suspensão de preço registrado será efetuada pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.

5. O prazo para a suspensão temporária deverá ser estabelecido em cada caso, sendo que, enquanto perdurar a suspensão, poderão ser realizadas novas licitações para a aquisição do respectivo objeto registrado.

X- DAS CONTRATAÇÕES

1. O CONDERG - Hospital Regional registrará os preços propostos pelas licitantes para o fornecimento dos objetos licitados, no período de 12 (doze) meses, improrrogáveis, de acordo com as quantidades estimadas no Anexo I.

2. É vedada a realização de acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

3. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pela CONTRATANTE, através de instrumento contratual específico, emissão de nota de empenho, autorização de compra e/ou fornecimento ou outro instrumento hábil, conforme artigo 62 da Lei nº 8.666/93.

4. A existência de preços registrados não obriga o CONDERG – Hospital Regional a contratar com as empresas classificadas o Registro de Preços resultantes desta licitação, ficando facultada a utilização de outros meios – licitação ou compra direta – respeitados as normas da Lei de Licitações, sem possibilidade de impugnação por parte de qualquer licitante, sendo, no entanto, assegurado ao mais bem classificado preferência em igualdade de condições.

5. A recusa injustificada fornecedor em receber a Autorização de Compra/Fornecimento do material, emitida de acordo com sua proposta, caracteriza o descumprimento total da obrigação, nos termos do artigo 81 da Lei 8.666/93, sujeitando o responsável à multa nos termos da lei.



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

6. A convocação do fornecedor para a retirada da Autorização de Compra/Fornecimento, no Setor de Compras, será feita através de Comunicação por escrito, devendo ser atendida no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da data do recebimento.

7. Por ocasião da contratação, o fornecedor deverá estar em dia com as obrigações em relação ao FGTS e ao INSS, devendo apresentar as respectivas certidões negativas caso solicitado.

8. O contrato ou outro instrumento que o substitua, deverá ser executado integralmente, devendo seu objeto ser entregue nos termos das especificações, quantidades solicitadas e locais de destino de conformidade com o Anexo I deste Edital.

9. Ao final da sessão deste Pregão, a(s) licitante(s) vencedora(s), através de seu representante presente, assinarão a respectiva Ata de Registro de Preços, conforme modelo estabelecido no Anexo IV.

9.1. A recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços, sujeitará as licitantes às sanções previstas na legislação vigente.

XI - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO

1. O objeto desta Licitação deverá ser entregue pelo Fornecedor no Setor de Recebimento do CONDERG - Hospital Regional, de segunda à sexta-feira, das 08h às 16h, nas quantidades solicitadas, de acordo com o Anexo I, durante a vigência deste Registro de Preços, no prazo máximo de 10 dias corridos após a solicitação.

1.1. Os materiais deverão ser entregues, constando nas respectivas unidades, a identificação por CÓDIGO DE BARRAS, nos padrões EAN, conforme Portaria n.º 802 de 08/10/98 da Vigilância Sanitária.

1.2. O fornecedor deverá especificar na Nota Fiscal a quantidade referente a cada produto entregue.



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

2- O licitante adjudicatário garantirá a qualidade e/ou a validade do material durante todo o período do seu consumo, obrigando-se a sanar qualquer vício que o mesmo venha apresentar, através de troca de todo o material viciado ou deteriorado, sem qualquer ônus para o Hospital.

3- O material a ser entregue, considerando as quantidades, deverá estar distribuído em, no máximo, 03 (três) números de lotes de fabricação e com o mínimo de 2/3 de sua validade.

XII - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

1. Os materiais serão recebidos:

1.1. Provisoriamente, no ato de entrega no Setor de Recebimento, para verificação;

1.2. Definitivamente, sem prejuízo do prazo de validade e/ou garantia de que tratam os itens “6” e “7” acima, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação de sua qualidade, quantidade e constatação de que o medicamento está de acordo com a especificação da Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento.

XIII – DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO

1. O servidor do CONDERG, responsável pelo recebimento dos materiais, após o seu recebimento definitivo, encaminhará a Nota Fiscal para pagamento.

2. No documento fiscal emitido em nome do CONDERG Hospital Regional, a critério da empresa poderá ser concedido o desconto referente ao ICMS, de que trata o inciso III, do artigo I, do Decreto nº 48.034, de 19/08/03

2.1. Estarão excluídas do disposto acima, as licitantes que emitirem Nota Fiscal fora do Estado de São Paulo, bem como aquelas que se enquadram no regime de tributação “SIMPLES” paulista, de que trata a lei 10.086/98.



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

3. O pagamento será feito em Real, pelo CONDERG Hospital Regional, no dia 27(vinte e sete) do mês subsequente a entrega do material, através de crédito aberto em conta corrente em nome do credor ou boleto bancário, No caso da mercadoria não se apresentar de acordo com a Autorização de Fornecimento ou ao disposto na cláusula XI.1.1., a empresa fica obrigada a fazer a sua substituição ou reposição, total ou parcial, conforme o caso, prevalecendo para efeito de contagem do prazo para pagamento a data da última entrega.

4. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá no dia 27 (vinte sete) do mês subsequente após a data de sua apresentação válida

5. Na hipótese do pagamento ser efetuado com atraso, o licitante vencedor fará jús à percepção de juros moratórios na base de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculado "pró-rata tempore", em relação ao atraso ocorrido.

XIV - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

2. A sanção de que trata o item anterior poderá ser aplicada juntamente com as seguintes multas:

a) pela recusa em assinar a ata de registro de preço, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado dos itens adjudicados;

b) pela recusa em retirar autorização de fornecimento ou assinar contrato, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da autorização de fornecimento;

c) pelo retardamento na entrega dos medicamentos, multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor do pedido em atraso. A partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-se-á inexecução total ou parcial do contrato, com as consequências daí advindas;

d) pela inexecução total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente ao contrato ou à autorização de fornecimento decorrente da ata de registro de preços;

e) pela inexecução parcial, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente à parcela dos materiais não-entregues ou entregues em desacordo com as especificações técnicas;

f) pelo descumprimento de qualquer outra cláusula, que não diga respeito diretamente à execução do objeto contratual, multa de 0,5% (meio ponto percentual) sobre o valor adjudicado;

g) pelo cancelamento da ata de registro de preço por culpa do FORNECEDOR, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento estimado.

3. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.

4. O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada, sendo possível, a critério do CONDERG, o desconto das respectivas importâncias do valor eventualmente devido ao FORNECEDOR.

5. O não-pagamento de multas no prazo previsto sujeitará o FORNECEDOR ao processo judicial de execução.

6. Os procedimentos para aplicação de advertência e multa relativas ao inadimplemento de obrigações contratuais, serão conduzidos no âmbito do CONDERG, garantida a ampla defesa e as penalidades serão aplicadas pelo Coordenador.

XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.

2.1. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata.

3. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e a proposta será rubricada pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.

4. O resultado do presente certame será divulgado em jornais de circulação regional e no site www.conderg.org.br.

5. Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados em jornal de circulação regional.



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

6. A aceitação das propostas classificadas pelo CONDERG reserva-lhe o direito de solicitar às firmas licitantes esclarecimentos necessários a um perfeito juízo e entendimento da proposta apresentada.
7. O preço ofertado deverá prevalecer para a entrega definitiva de cada parcela, dos objetos desta licitação, no Setor de Recebimento do CONDERG - Hospital Regional.
8. Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à disposição para retirada no Departamento de Compras do CONDERG - Hospital Regional de Divinolândia, após a finalização deste procedimento de licitação.
9. Até 2 dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
 - 9.1. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 1 dia útil, anterior à data fixada para recebimento das propostas.
 - 9.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
10. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
11. Os preços registrados serão publicados em jornais de circulação regional, trimestralmente.
12. O CONDERG realizará periodicamente pesquisa de mercado para a comprovação da vantajosidade dos preços registrados.
13. Não será exigida a prestação de garantia para as contratações resultantes desta licitação.

Integram o presente Edital:

Anexo I - Folheto descritivo

Anexo II - Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos para Habilitação no Certame

Anexo III - Modelo de Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho

Anexo IV - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo

Anexo V- Ata de Registro de Preços



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Anexo VI- Modelo da Proposta

Anexo VII- Marcas Pré Aprovadas

16. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de São Sebastião da Gramma, como único competente para dirimir qualquer questão relacionada à presente licitação.

Demais informações referentes ao presente EDITAL serão prestadas pelo Departamento de Compras do CONDERG – Hospital Regional, no endereço constante do preâmbulo ou pelo telefone (19) 3663-8048 de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Divinolândia, 18 de maio de 2018

RITA DE CASSIA PERES TEIXEIRA ZANATA

COORDENADORA CONDERG



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Anexo I – Folheto Descritivo

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) REGISTRO DE PREÇOS n°: 039/2018

PROCESSO n°: 592/2018

DATA DA REALIZAÇÃO: 05/06/2018

HORÁRIO: a partir das 09:00 horas

LOCAL: CONDERG Hospital Regional de Divinolândia – SP, Avenida Leonor Mendes de Barros 626 Divinolândia –SP.

ITEM	QTD	APRES	DESCRIÇÃO
001	120	GALÃO	ACIDO PERACÉTICO A 0,2% E INIBIDOR DE CORROSÃO COM PH ENTRE 5.5 E 7,0; PRONTO PARA USO EM INSTRUMENTAIS, ENDOSCOPIOS; DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS CRITICOS, ATÓXICO, BIODEGRADÁVEL, ODOR AVINAGRADO, EM RECIPIENTE OPACO, DATA DE FABRICAÇÃO, FABRICANTE, Nº LOTE, FORMULA, VALDADE, REG NO MS, EMBALAGEM C/ 5 LITROS ACOMPANHA . TIRAS (2) INDICADORAS DE POTENCIA DA SOLUÇÃO EM USO, POR GALÃO.
002	10	UNID	AGUA OXIGENADA; CATEGORIA P.A., 10 VOLUMES; LIQUIDO LIMPIDO, INCOLOR, CORROSIVO; ACONDICIONADO EM FRASCO APROPRIADO AO PRODUTO; ROTULO COM DATA DE FABRICACAO/VALIDADE, NUMERO DE LOTE. 01 LITRO
003	600	PCT	ABAIXADOR DE LÍNGUA (ESPÁTULA DE MADEIRA), DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL LISO, SUPERFÍCIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, ESPESSURA E LARGURA UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 14 CM DE COMPRIMENTO; 1,4 CM DE LARGURA; 0,5 MM DE ESPESSURA. PACOTE COM 100 UNIDADES.
004	360	LTS	ALCOOL ETILICO DE CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM A 70% EM GEL. ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 1 LITRO.
005	3000	LITRO	ALCOOL 70% 1 LITRO.
006	24	UNID	AGULHA SUTURA G-06
007	24	UNID	AGULHA SUTURA G-08
008	24	UNID	AGULHA SUTURA G-09
009	24	UNID	AGULHA SUTURA G-11
010	24	UNID	AGULHA SUTURA G-12
011	24	UNID	AGULHA SUTURA G-13
012	24	UNID	AGULHA SUTURA PB-1
013	24	UNID	AGULHA SUTURA PB-2



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

014	24	UNID	AGULHA SUTURA PB-4
015	24	UNID	AGULHA SUTURA PB-5
016	24	UNID	AGULHA SUTURA PB-8
017	24	UNID	AGULHA SUTURA B-06
018	24	UNID	AGULHA SUTURA B-09
019	24	UNID	AGULHA SUTURA B-11
020	24	UNID	AGULHA SUTURA B-12
021	24	UNID	AGULHA SUTURA B-14
022	24	UNID	AGULHA SUTURA B-19
023	10.00 0	UNID	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, CÂNULA DE AÇO INOX, SILICONIZADA, EMBALAGEM COM FILME TRANSPARENTE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO APIROGÊNICO, TAM 25 X 7,0 MM.
024	4.000	UNID	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, CÂNULA DE AÇO INOX, SILICONIZADA, EMBALAGEM COM FILME TRANSPARENTE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO APIROGÊNICO, TAM 25 X 8,0 MM.
025	60.00 0	UNID	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, CÂNULA DE AÇO INOX, SILICONIZADA, EMBALAGEM COM FILME TRANSPARENTE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO APIROGÊNICO, TAM 30 X 7,0 MM.
026	600	UNID	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, CÂNULA DE AÇO INOX, SILICONIZADA, EMBALAGEM COM FILME TRANSPARENTE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO APIROGÊNICO, TAM 20 X 5,5 MM.
027	12.00 0	UNID	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, CÂNULA DE AÇO INOX, SILICONIZADA, EMBALAGEM COM FILME TRANSPARENTE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO APIROGÊNICO, TAM 13 X 4,5 MM.
028	8000	UNID	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, CÂNULA DE AÇO INOX, SILICONIZADA, EMBALAGEM COM FILME TRANSPARENTE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO APIROGÊNICO, TAM 30 X 8,0 MM.
029	1800 0	UNID	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, CÂNULA DE AÇO INOX, SILICONIZADA, EMBALAGEM COM FILME TRANSPARENTE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO APIROGÊNICO, TAM 40 X 12 MM.
030	1700	UNID	AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUIANESTESIA, BISEL TIPO QUINCKEL, MANDRIL DE ENCAIXE ANATÔMICO COM DEPRESSÕES DIGITAIS, ACOMPANHA MANDRIL COM DENTE DETRAVAGEM PARA ENCAIXE DO CANHÃO NA AGULHA, CODIFICADO POR CORES- SPINOCAN - 27G 3-1/2

**HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA**

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

031	300	UNID	AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUIANESTESIA, BISEL TIPO QUINCKEL, MANDRIL DE ENCAIXE ANATÔMICO COM DEPRESSÕES DIGITAIS, ACOMPANHA MANDRIL COM DENTE DETRAVAGEM PARA ENCAIXE DO CANHÃO NA AGULHA, CODIFICADO POR CORES- SPINOCAN - 25G 3-1/2.
032	10	UNID	AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUIANESTESIA, BISEL TIPO QUINCKEL, MANDRIL DE ENCAIXE ANATÔMICO COM DEPRESSÕES DIGITAIS, ACOMPANHA MANDRIL COM DENTE DETRAVAGEM PARA ENCAIXE DO CANHÃO NA AGULHA, CODIFICADO POR CORES- SPINOCAN - 22G 2-1/2.
033	10	UNID	AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUIANESTESIA, BISEL TIPO QUINCKEL, MANDRIL DE ENCAIXE ANATÔMICO COM DEPRESSÕES DIGITAIS, ACOMPANHA MANDRIL COM DENTE DETRAVAGEM PARA ENCAIXE DO CANHÃO NA AGULHA, CODIFICADO POR CORES- SPINOCAN - 22G 7" PARA OBESO.
034	200	PCT	ALGODÃO HIDRÓFILO, MANTAS UNIFORMES PURIFICADOS E ALVEJADOS, ISENTA DE QUAISQUER IMPUREZAS, BOA ABSORÇÃO E CAPACIDADE DE RETRAÇÃO, ENVOLVIDA E ENROLADA EM PAPEL RESISTENTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE – ROLO DE 500 GR.
035	10	UNID	ALMOFADA CAIXA DE OVO REDONDA GEL – COMPOSIÇÃO: 100% POLICLORETO DE VINILA + GEL: CARBOXIMETILCELULOSE, CONSERVANTE E VEICULO. CARACTERÍSTICAS: MANTA TÉRMICA EVITA FRIO OU CALOR EXCESSIVO; FLEXÍVEL; PERMITE ASSEPSIA EM TODO O PRODUTO; MÁXIMA RESISTÊNCIA ATÉ 130KG. DIÂMETRO DA PEÇA 45 CM. PRODUTO DESTINADO A PESSOAS QUE PERMANECEM SENTADAS POR LONGOS PERÍODOS.
036	2880	UNID	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO, CONFECCIONADA EM MANTA DE ALGODÃO CRU, HIDRÓFOBO, COM CAMADA DE GOMA EM UMA DAS FACES, ENROLADO EM PAPEL RESISTENTE, TAM 15 CM X 1,0 M.
037	120	UNID	ALMOTOLIA EM PLÁSTICO ATOXICO, AMBAR, FOTOSSENSIVEL, RESISTENTE A DESINFECÇÕES, QUEDAS; COMPOSTO POR CORPO ROSQUEADO A TAMPAS E BICO PROTETOR. CAPACIDADE PARA 125 ml.
038	80	UNID	ALMOTOLIA EM PLÁSTICO ATOXICO, AMBAR, FOTOSSENSIVEL, RESISTENTE A DESINFECÇÕES, QUEDAS; COMPOSTO POR CORPO ROSQUEADO A TAMPAS E BICO PROTETOR. CAPACIDADE PARA 250 ml.
039	120	UNID	ALMOTOLIA EM PLÁSTICO ATOXICO, AMBAR, FOTOSSENSIVEL, RESISTENTE A DESINFECÇÕES, QUEDAS; COMPOSTO POR CORPO ROSQUEADO A TAMPAS E BICO PROTETOR. CAPACIDADE PARA 500 ml.
040	1920	UNID	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO, CONFECCIONADA EM MANTA DE ALGODÃO CRU, HIDRÓFOBO, COM CAMADA DE GOMA EM UMA DAS FACES, ENROLADO EM PAPEL RESISTENTE, TAM 20 CM X 1,0 M.
041	2160	UNID	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO, CONFECCIONADA EM MANTA DE ALGODÃO CRU, HIDRÓFOBO, COM CAMADA DE GOMA EM UMA DAS FACES, ENROLADO EM PAPEL RESISTENTE, TAM 10 CM X 1,0 M.



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

042	2000	UNID	ATADURA DE CREPOM, CONFECCIONADA EM TECIDO ALGODÃO, 13 FIOS, BOA ELASTICIDADE, TRAMA FECHADA, EMBALAGEM UNITÁRIA, APRESENTAÇÃO EM ROLOS, TAMANHO 06 CM X 4,5 M.
043	7200	UNID	ATADURA DE CREPOM, CONFECCIONADA EM TECIDO ALGODÃO, 13 FIOS, BOA ELASTICIDADE, TRAMA FECHADA, EMBALAGEM UNITÁRIA, APRESENTAÇÃO EM ROLOS, TAMANHO 10 CM X 4,5 M.
044	7800	UNID	ATADURA DE CREPOM, CONFECCIONADA EM TECIDO ALGODÃO, 13 FIOS, BOA ELASTICIDADE, TRAMA FECHADA, EMBALAGEM UNITÁRIA, APRESENTAÇÃO EM ROLOS, TAMANHO 15 CM X 4,5 M.
045	2400	UNID	ATADURA DE CREPOM, CONFECCIONADA EM TECIDO ALGODÃO, 13 FIOS, BOA ELASTICIDADE, TRAMA FECHADA, EMBALAGEM UNITÁRIA, APRESENTAÇÃO EM ROLOS, TAMANHO 20 CM X 4,5 M
046	600	UNID	ATADURA DE CREPOM, CONFECCIONADA EM TECIDO ALGODÃO, 13 FIOS, BOA ELASTICIDADE, TRAMA FECHADA, EMBALAGEM UNITÁRIA, APRESENTAÇÃO EM ROLOS, TAMANHO 30 CM X 4,5 M
047	1500	UNID	ATADURA GESSADA DE GAZE ESTABILIZADA, 100% ALGODÃO (TELA DE GIRO INGLÊS), IMPREGNADA EM GESSO COLOIDAL, NÃO DESFIA NAS BORDAS, APRESENTAÇÃO EM ROLOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, TAM 10 CM X 3 M
048	480	UNID	ATADURA GESSADA DE GAZE ESTABILIZADA, 100% ALGODÃO (TELA DE GIRO INGLÊS), IMPREGNADA EM GESSO COLOIDAL, NÃO DESFIA NAS BORDAS, APRESENTAÇÃO EM ROLOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, TAM 20 cm X 3 m
049	9600	UNID	ATADURA GESSADA DE GAZE ESTABILIZADA, 100% ALGODÃO (TELA DE GIRO INGLÊS), IMPREGNADA EM GESSO COLOIDAL, NÃO DESFIA NAS BORDAS, APRESENTAÇÃO EM ROLOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, TAM 6 cm X 3 m CX
050	1500	UNID	ATADURA GESSADA DE GAZE ESTABILIZADA, 100% ALGODÃO (TELA DE GIRO INGLÊS), IMPREGNADA EM GESSO COLOIDAL, NÃO DESFIA NAS BORDAS, APRESENTAÇÃO EM ROLOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, TAM 15 CM X 3 M
051	03	UNID	BANDEJA RETANGULAR EM INOX MEDINDO APROXIMADAMENTE 29CM X 19CM
052	12	UNID	BOLSA RESERVATORIO PVC 250ML COM CONECTOR PARA AMBU ADULTO
053	12	UNID	BOLSA RESERVATORIO PVC 600ML COM CONECTOR PARA AMBU ADULTO
054	120	UNID	BOBINA PARA IMPRESSORA IMITANCIOMETRO INTERACOUSTICS MOD AT235
055	20	UNID	BRAÇADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COM FECHO DE METAL
056	12	LT	BENZINA, CATEGORIA RETIFICADA; DERIVADO DE PETROLEO; PARA RETIRADA DE RESIDUOS, ACONDICIONADA EM FRASCO DE 1 LITRO; ROTULO COM NR, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E PROCEDÊNCIA.

**HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA**

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

057	06	UNID	BOLSA AGUA QUENTE
058	06	UNID	BOLSA TERMICA GEL MEDIA
059	1600	UNID	CAIXA DE PAPELÃO PARA COLETA DE MATERIAL PERFUROCORTANTES COM DUPLA ALÇA PARA TRANS-PORTE E CONTRA-TRAVA DE SEGURANÇA 13,0 L.
060	100	FRS	CLOREXIDINA 0,2% LOÇÃO AQUOSA, EMBALAGEM C/ 1000 ML
061	240	FRS	CLOREXIDINA 0,5%, SOLUÇÃO ALCOOLICA, EMBALAGEM C/ 1000 ML
062	480	UNID	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE
063	300	UNID	CAMISA ARTROSCOPIO
064	60	UNID	COTONIDS MEDINDO 2.54MM X 7.62MM EMBALAGEM
065	15	UNID	CAL SODADA; HIDRÓXIDO DE CALCIO (CA(OH)2), CO INDICADOR DE VIRAGEM DE COR, COR BRANCA, ACONDICIONADO EM 6 EMBALAGENS DE APROXIMADAMENTE 4,5 A 5KG QUILOS, TAMPA AMARELA, GRANULOS REGULARES, SEM PÓ. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.
066	15	UNID	CANETA PARA ECG DIXTAL PILOT HIDROG HI TECNOPRINT V5 EXTRA FINE
067	06	UNID	COLAR CERVICAL P
068	06	UNID	COLAR CERVICAL M
069	06	UNID	COLAR CERVICAL G
070	05	UNID	CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, SEM CUFF N.º 2,0. SEM LATEX
071	05	UNID	CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, SEM CUFF N.º 2,5. SEM LATEX
072	10	UNID	CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 3,0. SEM LATEX
073	20	UNID	CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 3,5. SEM LATEX
074	80	UNID	CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 4,0. SEM LATEX
075	200	UNID	CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 4,5. SEM LATEX
076	150	UNID	CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 5,0. SEM LATEX
077	120	UNID	CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 5,5. SEM LATEX



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

078	100	UNID	CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 6,0. SEM LATEX
079	60	UNID	CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 6,5. SEM LATEX
080	200	UNID	CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º7,0. SEM LATEX
081	300	UNID	CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º7,5. SEM LATEX
082	120	UNID	CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 8,0. SEM LATEX
083	50	UNID	CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 8,5. SEM LATEX
084	05	UNID	CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 9,0. SEM LATEX
085	05	UNID	CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 9,5. SEM LATEX
086	2400	UNID	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE POLIURETANO, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, SILICONIZADO, C/ PERFEITO AJUSTE À AGULHA, CÂMARA DE REFLUXO, TAMPA PROTETORA PLÁSTICA, AGULHA EM AÇO INOX, BISEL CURTO E TRIFACETADO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, 24G, EMBALADO EM TUBO DE PLASTICO RÍGIDO.
087	6600	UNID	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE POLIURETANO, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, SILICONIZADO, C/ PERFEITO AJUSTE À AGULHA, CÂMARA DE REFLUXO, TAMPA PROTETORA PLÁSTICA, AGULHA EM AÇO INOX, BISEL CURTO E TRIFACETADO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, 22G, EMBALADO EM TUBO DE PLASTICO RÍGIDO.
088	5000	UNID	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE POLIURETANO, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, SILICONIZADO, C/ PERFEITO AJUSTE À AGULHA, CÂMARA DE REFLUXO, TAMPA PROTETORA PLÁSTICA, AGULHA EM AÇO INOX, BISEL CURTO E TRIFACETADO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, 20G, EMBALADO EM TUBO DE PLASTICO RÍGIDO,
089	250	UNID	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE POLIURETANO, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, SILICONIZADO, C/ PERFEITO AJUSTE À AGULHA, CÂMARA DE REFLUXO, TAMPA PROTETORA PLÁSTICA, AGULHA EM AÇO INOX, BISEL CURTO E TRIFACETADO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, 18G, , EMBALADO EM TUBO DE PLASTICO RÍGIDO.
090	50	UNID	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE POLIURETANO, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, SILICONIZADO, C/ PERFEITO AJUSTE À AGULHA, CÂMARA DE REFLUXO, TAMPA PROTETORA PLÁSTICA, AGULHA EM AÇO INOX, BISEL CURTO E TRIFACETADO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, 16G, , EMBALADO EM TUBO DE PLASTICO RÍGIDO.
091	100	UNID	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE POLIURETANO, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, SILICONIZADO, C/ PERFEITO AJUSTE À AGULHA, CÂMARA DE REFLUXO, TAMPA PROTETORA PLÁSTICA, AGULHA



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

			EM AÇO INOX, BISEL CURTO E TRIFACETADO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, 14G, EMBALADO EM TUBO DE PLÁSTICO RÍGIDO.
092	400	UNID	CATÉTER TIPO ÓCULOS NASAL, EM PVC ATÓXICO E FLEXÍVEL, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.
093	300	UNID	CLAMP PARA CORDÃO UMBILICAL ESTÉRIL E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.
094	650	UNID	COLETOR DE URINA C/ SISTEMA FECHADO COM DISPOSITIVO FECHADO COM PINÇAMENTO NA EXTENSÃO. BOLSA COM CAPACIDADE DE 2000 ML, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, EXTENSÃO EM PVC CRISTAL, ESTRANGULADOR PLANO, CONECTOR CRÔNICO UNIVERSAL, ALÇA DE SUSTENTAÇÃO RÍGIDA E FLEXÍVEL. CLAMP NA SAÍDA REGULÁVEL.
095	80	UNID	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISEX
096	160	UNID	COLCHÃO HOSPITALAR EM NAPA/COURVIN - DENSIDADE DA ESPUMA D33; INDICADO PARA CAMA HOSPITALAR; ESPUMA 100% POLIURETANO; PROTEÇÃO ANTIÁCARO, ANTIALÉRGICO E ANTIBACTÉRIA; PESO SUPOSTO: ATÉ 100 KG; SEM ZÍPER; COM 4 ILHEOS; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,90X86X13 CM.CERTIFICADO PELO INMETRO
097	120	UNID	COLCHÃO CAIXA OVO SOLTEIRO DENSIDADE DA ESPUMA D33, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,88X80X5 CM.
098	12	UNID	CUBA REDONDA INOX
099	25	UNID	CUBA RIM INOX
100	20	UNID	COMADRE; EM AÇO INOX; FORMATO ANATÔMICO; SEM GRADUAÇÃO, COM ALÇA; DE FÁCIL LIMPEZA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.
101	8400	UNID	COLETOR DE URINA, CAPACIDADE PARA 2 LITROS, GRADUADO, COM CORDÃO PARA FIXAÇÃO.(SACO)
102	750.00	UNID	COMPRESSA DE GAZE, NÃO ESTÉRIL, 13 FIOS, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, ALVA MACIA RÁPIDA ABSORÇÃO, ISENTA DE IMPUREZAS, TAMANHO UNIFORME, DOBRAS P/ DENTRO DA COMPRESSA (NÃO DEIXANDO FIOS SOLTOS), APIROGÊNICA, TAM 7,5 CM X 7,5 CM.DIMENSÃO ABERTA 15 CM 30 CM
103	300.00	UNID	COMPRESSA DE GAZE, ESTÉRIL, 13 FIOS, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, ALVA MACIA RÁPIDA ABSORÇÃO, ISENTA DE IMPUREZAS, TAMANHO UNIFORME, DOBRAS P/ DENTRO DA COMPRESSA (NÃO DEIXANDO FIOS SOLTOS), APIROGÊNICA, TAM 7,5 CM X 7,5 CM DIMENSÃO ABERTA 15 CM /30 CM

**HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA**

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

104	12.500	UNID	COMPRESSA P/ CAMPO OPERATÓRIO, NÃO ESTÉRIL, EM GAZE HIDRÓFILA, 100% ALGODÃO, QUATRO CAMADAS, COSTURA DUPLA TIPO TELA DE ALGODÃO PRESA POR FRISO A CADA 10 CM, DE COR BRANCA (ALVEJADA), ABSORVENTE, MACIA E ISENTA DE IMPUREZAS, C/ CADARÇO DUPLO, 45 CM X 50 CM
105	3000	UNID	COMPRESSA P/ CAMPO OPERATÓRIO, NÃO ESTÉRIL, EM GAZE HIDRÓFILA, 100% ALGODÃO, QUATRO CAMADAS, COSTURA DUPLA TIPO TELA DE ALGODÃO PRESA POR FRISO A CADA 10 CM, DE COR BRANCA (ALVEJADA), ABSORVENTE, MACIA E ISENTA DE IMPUREZAS, C/ CADARÇO DUPLO, 23 CM X 25 CM
106	06	UNID	CATETER VENOSO CENTRAL, DE POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL 16G X 30,5CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR LUER LOOK, COM AGULHA DE PUNÇÃO DE 14GX 5,1 CM DE COMPRIMENTO, BISEL TRIFACETADO, COM TAMPA, COM SUPORTE PARA AGULHA, MANDRIL EM AÇO INÓX, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA
107	04	UNID	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA, 5,0MM, COM CUFF, DESCARTAVEL, ESTÉRIL, FORMATO ANATOMICO E PONTA ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM GRAU E FILME PLASTICO COM TIRA PARA FIXAÇÃO
108	04	UNID	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA, 6,5MM, COM CUFF, DESCARTAVEL, ESTÉRIL, FORMATO ANATOMICO E PONTA ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU E FILME PLASTICO COM TIRA PARA FIXAÇÃO
109	04	UNID	CANULA TRAQUEOSTOMIA 3.0MM DESCARTAVEL ESTÉRIL, FORMATO ANATOMICO E PONTA ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU E FILME PLASTICO COM TIRA PARA FIXAÇÃO
110	04	UNID	CANULA TRAQUEOSTOMIA 3.5MM DESCARTAVEL ESTÉRIL, FORMATO ANATOMICO E PONTA ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU E FILME PLASTICO COM TIRA PARA FIXAÇÃO
111	04	UNID	CANULA TRAQUEOSTOMIA 4.0MM DESCARTAVEL ESTÉRIL, FORMATO ANATOMICO E PONTA ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU E FILME PLASTICO COM TIRA PARA FIXAÇÃO
112	04	UNID	CANULA TRAQUEOSTOMIA 4.5MM DESCARTAVEL ESTÉRIL, FORMATO ANATOMICO E PONTA ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU E FILME PLASTICO COM TIRA PARA FIXAÇÃO



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

113	08	UNID	CANULA TRAQUEOSTOMIA 6.0MM DESCARTAVEL ESTÉRIL, FORMATO ANATOMICO E PONTA ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU E FILME PLASTICO COM TIRA PARA FIXAÇÃO
114	06	UNID	CANULA TRAQUEOSTOMIA 7.0MM DESCARTAVEL ESTÉRIL, FORMATO ANATOMICO E PONTA ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU E FILME PLASTICO COM TIRA PARA FIXAÇÃO
115	08	UNID	CANULA TRAQUEOSTOMIA 7.5MM DESCARTAVEL ESTÉRIL, FORMATO ANATOMICO E PONTA ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU E FILME PLASTICO COM TIRA PARA FIXAÇÃO
116	04	UNID	CANULA TRAQUEOSTOMIA 8.0MM DESCARTAVEL ESTÉRIL, FORMATO ANATOMICO E PONTA ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU E FILME PLASTICO COM TIRA PARA FIXAÇÃO
117	04	UNID	CANULA TRAQUEOSTOMIA 8.5MM DESCARTAVEL ESTÉRIL, FORMATO ANATOMICO E PONTA ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU E FILME PLASTICO COM TIRA PARA FIXAÇÃO
118	03	UNID	CANULA TRAQUEOSTOMIA INOX N. 1
119	03	UNID	CANULA TRAQUEOSTOMIA INOX N. 2
120	03	UNID	CANULA TRAQUEOSTOMIA INOX N. 3
121	06	UNID	CANULA TRAQUEOSTOMIA INOX N. 4
122	03	UNID	CANULA TRAQUEOSTOMIA INOX N. 5
123	03	UNID	CANULA TRAQUEOSTOMIA INOX N. 6
124	06	UNID	CANULA GUEDEL N.0 EM PVC TRANSPARENTE ATÓXICO , REUTILIZAVEL
125	06	UNID	CANULA GUEDEL N.1 EM PVC TRANSPARENTE ATÓXICO ,REUTILIZAVEL
126	06	UNID	CANULA GUEDEL N.2 EM PVC TRANSPARENTE ATÓXICO ,REUTILIZAVEL
127	06	UNID	CANULA GUEDEL N.3 EM PVC TRANSPARENTE ATÓXICO , REUTILIZAVEL
128	06	UNID	CANULA GUEDEL N.4 EM PVC TRANSPARENTE ATÓXICO REUTILIZAVEL,
129	06	UNID	CANULA GUEDEL N.5 EM PVC TRANSPARENTE ATÓXICO , REUTILIZAVEL
130	06	UNID	CANULA GUEDEL N.6 EM PVC TRANSPARENTE ATÓXICO , REUTILIZAVEL

**HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA**

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

131	100	UNID	CAPA P/COLCHÃO 1,90X86X13 DENSIDADE 33 C/ ZIPER
132	40	UM	CONJUNTO EPIDURAL I E CATETER Nº16
133	06	UNID	CANETA PARA MARCAÇÃO DE PELE FINE 700 PRETA
134	06	UNID	DRENO KHER (SONDA EM T) 12
135	06	UNID	DRENO KHER (SONDA EM T) 14
136	06	UNID	DRENO KHER (SONDA EM T) 16
137	06	UNID	DRENO KHER (SONDA EM T) 18
138	06	UNID	DRENO KHER (SONDA EM T) 20
139	40.000	UNID	DOSADOR ORAL PARA PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO ORAL, COM COR AZUL QUE PERMITE A PROTEÇÃO PARA MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS, AJUSTE DE TAMPA PARA PREPARO E APLICAÇÃO POSTERIOR, COM ADAPTADORES PARA DIFERENTES TIPOS DE FRASCOS, COM BICO DE SEGURANÇA, 10 ml.
140	7.000	UNID	DOSADOR ORAL PARA PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO ORAL, COM COR AZUL QUE PERMITE A PROTEÇÃO PARA MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS, AJUSTE DE TAMPA PARA PREPARO E APLICAÇÃO POSTERIOR, COM ADAPTADORES PARA DIFERENTES TIPOS DE FRASCOS, COM BICO DE SEGURANÇA, 3 ml.
141	18.000	UNID	DOSADOR ORAL PARA PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO ORAL, COM COR AZUL QUE PERMITE A PROTEÇÃO PARA MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS, AJUSTE DE TAMPA PARA PREPARO E APLICAÇÃO POSTERIOR, COM ADAPTADORES PARA DIFERENTES TIPOS DE FRASCOS, COM BICO DE SEGURANÇA, 5 ml.
142	100	UNID	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA, EM LATEX NATURAL CENTRIFUGADO A 60%. N.º 05.
143	40	UNID	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA, EM LATEX NATURAL CENTRIFUGADO A 60%. N.º 04.
144	80	UNID	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA, EM LATEX NATURAL CENTRIFUGADO A 60%. N.º 06.
145	150	UNID	DRENO CIRÚRGICO DE PENROSE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, LÁTEX NATURAL, RADIOPACO, COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL – Nº 1.
146	60	UNID	DRENO CIRÚRGICO DE PENROSE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, LÁTEX NATURAL, RADIOPACO, COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL – Nº 2



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

147	40	UNID	DRENO CIRÚRGICO DE PENROSE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, LÁTEX NATURAL, RADIOPACO, COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL – Nº 3
148	10	UNID	DRENO TORACICO Nº 30
149	30	UNID	DETERGENTE DESENCROSTANTE; NEUTRO ENZIMÁTICO; LÍQUIDO; VIOLETA ESCURO; 100 GRAUS CENTÍGRADOS; DILUÍDO; GALÃO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE 4 ENZIMAS
150	160	KG	DESINCROSTANTE DE MATERIAL, EMBALAGEM COM 1 KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E LOTE E VALIDADE.
151	22.00 0	UNID	ELETRODO PARA EQUIPAMENTO MÉDICO; DESCARTAVEL, TAMANHO ADULTO/INFANTIL, PARA MONITORAÇÃO CARDÍACA, COMPATÍVEL COM QUALQUER MONITOR; ESPUMA COMPACTA, GEL SÓLIDO PARA CONTATO, SISTEMA DE FIXAÇÃO POR BOTÃO DE PRESSÃO.
152	40	UNID	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE; PORTATIL; BRACAIDEIRA ADULTO; TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE 0 A 300 MMHG; COM RESOLUCAO DE 1,0 MMHG; COM PERA DE BORRACHA C/ VALVULA ANTI-REFLUXO E REGISTRO; MANGUITO DE BORRACHA SEM EMENDAS COM TUBO DE BORRACHA; L(S) DE NYLON, COM FECHO DE PINOS E TALAS METÁLICAS
153	05	UNID	ESFIGMOMANOMETRO; ANERÓIDE; PORTÁTIL; COM BRAÇADEIRA INFANTIL (APROX. 13 X 5 CM); TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE 0 A 300 MMHG; COM RESOLUÇÃO DE 2 MMHG; SEM EMENDAS; DE BORRACHA S/ EMENDA; EM ALGODÃO C/FECHO EM VELCRO
154	20	UNID	ESTETOSCOPIO DUO-SOM; AUSCULTADOR COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE, EM MATERIAL RESISTENTE; TAMANHO ADULTO; CONJUNTO BIAURICULAR EM METAL CROMADO RESISTENTE, FLEXÍVEL NA CURVATURA DO TUBO "Y"; COM OLIVAS EM PLÁSTICO SEM REBARBAS; ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO
155	03	UNID	ESTETOSCOPIO DUO-SOM; AUSCULTADOR COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE, EM MATERIAL RESISTENTE; TAMANHO INFANTIL; CONJUNTO BIAURICULAR EM METAL CROMADO RESISTENTE, FLEXÍVEL NA CURVATURA DO TUBO "Y"; COM OLIVAS EM PLÁSTICO SEM REBARBAS; ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO
156	500	UNID	ESPONJA HEMOSTATICA COLAGENO HIDROLIZADO TIPO HEMOSPON
157	60	UNID	ESPONJA DE GELATINA ABSORVIVEL, DOBRAVEL, POROSA, PREPARADA COM GELATINA PURIFICADA, ESPECIALMENTE TRATADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80 X 125MM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE
158	24.00 0	UNID	EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS E MACROGOTAS COM CÁLICE MALEÁVEL COM RESPIRO , COM INJETOR LATERAL, COM RÓTULOS EXPLICATIVOS.



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

159	130	UNID	EQUIPO PARA TRANSFUSÃO SANGUÍNEA, COM DUPLA CÂMARA FLEXÍVEL E L NEUTRO DE POLIAMIDA, ENTRADA ÚNICA.
160	50	UNID	EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM MICROGOTAS COM CÁLICE MALEÁVEL OU RÍGIDO COM RESPIRO , COM INJETOR LATERAL , COM RÓTULOS EXPLICATIVOS.
161	200	UNID	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO SAMTRONIC OU COMPATÍVEL
162	1400	UNID	EQUIPO DUAS VIAS – CATARATA: CONJUNTO DE ASPIRAÇÃO DUPLO P/ USO EM CIRURGIA DE CATARATA, COMPOSTO DE UMA EXTENSÃO EM PVC COM 1,90 M - ATÓXICO , FLEXÍVEL, COM DUREZA SHORE 75, DIÂMETRO INTERNO DE 2,7 MM E PAREDE DE 1 MM – E UMA EXTENSÃO EM PVC COM 1,90 M - ATÓXICO, FLEXÍVEL, DE COLORAÇÃO VERMELHA COM DIÂMETRO INTERNO DE 2 MM E PAREDE DE 1 MM - DOTADOS DE CONECTOR INJETADO EM PLÁSTICO, MODELO LUER SLIP MACHO EM UMA DAS EXTREMIDADES E CONECTOR INJETADO EM PLÁSTICO LUER LOCK FÊMEA NA OUTRA EXTREMIDADE, EMBALADOS CONF. PORTARIA MIN. SAÚDE, ESTÉRIL, APIROGÊNICO.
163	15	UNID	EQUIPO P/ ARTROSCOPIA 4 VIAS : EXTENSOR PARA IRRIGAÇÃO DE SOLUÇÕES EM ARTROSCOPIA, COM 4 VIAS, DOTADO DE TUBO FLEXÍVEL CRISTAL, ATÓXICO GRAU MÉDICO COM BOA FLEXIBILIDADE E DIÂMETRO UNIFORME CONF. EB 1997, PENETRADORES ANATÔMICOS PARA ADAPTAÇÃO EM AMPOLAS/BOLSAS PLÁSTICAS E FRASCOS. PROTETOR DO PENETRADOR ADEQUADO PARA GARANTIR A ESTERILIDADE DO PRODUTO, CORTA-FLUXO TIPO CLAMP DE FÁCIL MANUSEIO. ESTERILIZADO À ÓXIDO DE ETILENO, COM CAMISINHA
164	150	UNID	EQUIPO P/ ARTROSCOPIA 2 VIAS : EXTENSOR PARA IRRIGAÇÃO DE SOLUÇÕES EM ARTROSCOPIA, COM 2 VIAS, DOTADO DE TUBO FLEXÍVEL CRISTAL, ATÓXICO GRAU MÉDICO COM BOA FLEXIBILIDADE E DIÂMETRO UNIFORME CONF. EB 1997, PENETRADORES ANATÔMICOS PARA ADAPTAÇÃO EM AMPOLAS/BOLSAS PLÁSTICAS E FRASCOS. PROTETOR DO PENETRADOR ADEQUADO PARA GARANTIR A ESTERILIDADE DO PRODUTO, CORTA-FLUXO TIPO CLAMP DE FÁCIL MANUSEIO. ESTERILIZADO À ÓXIDO DE ETILENO COM CAMISINHA
165	8400	UNID	EQUIPO ALIMENTAÇÃO ENTERAL – Esterilizado em oxido de etileno; Fabricado em PVC flexível; Possui ponta perfurante com tampa protetora, câmara de gotejamento flexível; Viabiliza o controle de fluxo de soluções, uma vez que, possui pinça rolete que garante precisão no controle de gotejamento; Tubo disponível na cor Azul, que evita a conexão acidental com o acesso venoso; Conectores luer slip ou escalonado; Atóxico e apirogênico; Descartável e de uso único. Registrado na ANVISA.
166	625	UNID	ELETRODO P/EQUIPAMENTO MEDICO; PEDIATRICO/NEONATAL EM ESPUMA COMPACTA DE ALTA QUALIDADE, POUCO POROSO, IMPERMEAVEL, SENSOR AG/AGCL; PARA APARELHO BERA; KENDALL COM CONECTOR EM BROCHE DE METAL; CODIGO 314397253; COM GEL CONDUTOR, FORMATO DE GOTA GEL (HIDROGEL) ADESIVO-CONDUTIVO, NAO-IRRITANTE, DURABILIDADE 72 h



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

167	06	UNID	ELETRODO MULTIFUNÇÃO HVP EMERG.STAT-PADZ ZOL REF: 8900-4003-49
168	15	UNID	ESCOVA UNHA PLASTICO
169	850	UNID	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, DORSO DO TECIDO DE ALGODÃO IMPERMEABILIZADO EM UMA DAS FACES, DE COR BRANCA, MASSA ADESIVA À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO, RESISTENTE, COM BOA ADERÊNCIA, ENROLADO EM CARRETEL PLÁSTICO, COM CAPA DE PROTEÇÃO, TAMANHO 10 CMX 4,5M.
170	400	UNID	EXTENSOR FOTOSENSIVEL PARA BOMBA DE INFUSÃO
171	800	UNID	FIO DE KIRSCHNER TAMANHOS VARIADOS
172	30	UNID	FITA PARA IMPRESSORA DE AUTOCLAVE HOSPITALAR; CODIGO 87917; MARCA BAUMER MODELO B366EFITA IMPRESSORA BAUMER AUTOCLAVE 40 COLUNAS
173	40	UNID	FRASCO COLETOR PARA SECREÇÕES E URINA; EM VIDRO,COM TAMPA DE BORRACHA COM 02 ORIFICIOS; COM CAPACIDADE DE 5.000 ML; GRADUADO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE
174	06	UNID	FRASCO COLETOR PARA SECREÇÕES E URINA; EM VIDRO,COM TAMPA DE BORRACHA COM 02 ORIFICIOS; COM CAPACIDADE DE 3.000 ML; GRADUADO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE
175	06	UNID	FRASCO COLETOR PARA SECREÇÕES COMPATIVEL ASPIRADOR NEVONI MOD 5005 PLASTICO
176	3600	UNID	FITA ADESIVA CIRÚRGICA MICROPOROSA, NÃO CONFECCIONADA DE TECIDO, ADESIVO HIPOALERGÊ-NICO, LEVE FLEXÍVEL E RESISTENTE, NÃO OCLUSIVO, QUE NÃO SOLTE AO SER MOLHADO, RÁDIOTRANS-PARENTE, TAMANHO 50 MM X 10 M.
177	20	UNID	FITA ADESIVA CIRÚRGICA MICROPOROSA, NÃO CONFECCIONADA DE TECIDO, ADESIVO HIPOALERGÊ-NICO, LEVE FLEXÍVEL E RESISTENTE, NÃO OCLUSIVO, QUE NÃO SOLTE AO SER MOLHADO, RÁDIOTRANS-PARENTE, TAMANHO 25 MM X 10 M.
178	1500	UNIID	FITA CREPE ADESIVA BRANCA, BOA ADESÃO, QUE NÃO DEIXE RESÍDUOS NA SUPERFÍCIE ONDE É APLICADO, TAMANHO 16 MM X 50 m.
179	1800 0	UNID	FRASCO PLASTICO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, TRANSPARENTE, COM GRADUAÇÃO DE 50 ML, COM CAPACIDADE DE 300 ml, COM TAMPA DE ROSQUEAR E GARGALO DE APROXIMADAMENTE 2 cm; COM BASE QUE POSSA PERMITIR SEU APOIO SOBRE A MESA PARA FACILITAR O ENVASE, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.L
180	10	UNID	FAIXA SMARCH 06CM



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

181	80	UNID	FAIXA SMARCH 10CM
182	60	UNID	FAIXA SMARCH 15CM
183	60	UNID	FAIXA SMARCH 20CM
184	40	UNID	FLUXOMETRO OXIGENIO
185	30	UNID	FLUXOMETRO AR COMPRIMIDO
186	1000	UNID	GARROTE LATEX MEDINDO 45 CM
187	140	GALÃO	GLUTARALDEIDO 2%, GALÃO C/ 5LITROS, PARA USO EM 28 DIAS.
188	06	UNID	GRAL COM PISTILO EM PORCELANA 180 ml
189	06	UNID	GEL ABRASIVO PARA BERA NUPREP
190	04	UNID	GLICERINA 01 LITRO
191	30	FRS	GEL P/ ECG 100 ML.
192	1000	CX	HASTE PARA HIGIENE, DE POLIPROPILENO FLEXIVEL, SENDO AS DUAS EXTREMIDADES COM PONTAS DE ALGODÃO HIDROXIETILCELULOSE E TRICLOSAN. CX C/ 100 UNIDADES.
193	1400	GALAO	HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% GALÃO ESCURO DE 5 LITROS, COM IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO.
194	10	UNID	HEMOSTATICO TIPO HEMOSTYP 5CMX7,5CM
195	4000	UNID	INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP.
196	600	UNID	INJETOR LUER
197	06	UNID	KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX, COMPOSTO DE FRASCO, CONECTOR, EXTENSÃO, DRENO, SUPORTE PARA BASE, ALÇA PARA TRANSPORTE, FRASCO COM TAMPA ROSQUEADA, COM FILTRO, CAPACIDADE 2000 ML, COM GRADUAÇÃO INDELEVEL, PINÇA TIPO CLAMP COM TRAVA DE SEGURANÇA, CONECTOR UNIVERSAL, EXTENSÃO EM MATERIAL TRANSLUCIDO, MEDINDO 1.20 CM, DRENO EM SILICONE CALIBRE 30 FR, FLEXIVEL, RADIOPACO, MULTIPERFURADO, ESTÉRIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. A APRESENTAÇÃO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.
198	2800	UNID	LAMINA DE BISTURI; EM AÇO CARBONO N.º 11; ESTERIL; COM PERFEITO ACABAMENTO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS; COM LAUDO



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

199	3000	UNID	LAMINA DE BISTURI; EM AÇO CARBONO N.º 15; ESTERIL; COM PERFEITO ACABAMENTO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS; COM LAUDO
200	1200	UNID	LAMINA DE BISTURI; EM AÇO CARBONO N.º 21; ESTERIL; COM PERFEITO ACABAMENTO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS; COM LAUDO
201	500	UNID	LAMINA DE BISTURI; EM AÇO CARBONO N.º 10; ESTERIL; COM PERFEITO ACABAMENTO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS; COM LAUDO
202	2400	UNID	LAMINA BISTURI N.11
203	6000	PAR	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, PAR, ANATÔMICA, ANTIALÉR-GICA, COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 28 cm, PUNHO AJUSTÁVEL, C/ BAINHA, LÁTEX ÍNTEGRO E UNIFORME (SEM PARTES ESCURECIDAS), LUBRIFICAÇÃO C/ PÓ BIO-ABSORVENTE, ATÓXICO, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO NO PUNHO EM TINT (7,5).
204	3600	PAR	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, PAR, ANATÔMICA, ANTIALÉR-GICA, COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 28 cm, PUNHO AJUSTÁVEL, C/ BAINHA, LÁTEX ÍNTEGRO E UNIFORME (SEM PARTES ESCURECIDAS), LUBRIFICAÇÃO C/ PÓ BIO-ABSORVENTE, ATÓXICO, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO NO PUNHO EM TINT (8,0).
205	600	PAR	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, PAR, ANATÔMICA, ANTIALÉR-GICA, COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 28 cm, PUNHO AJUSTÁVEL, C/ BAINHA, LÁTEX ÍNTEGRO E UNIFORME (SEM PARTES ESCURECIDAS), LUBRIFICAÇÃO C/ PÓ BIO-ABSORVENTE, ATÓXICO, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO NO PUNHO EM TINT (8,5).
206	8400	PAR	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, PAR, ANATÔMICA, ANTIALÉR-GICA, COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 28 cm, PUNHO AJUSTÁVEL, C/ BAINHA, LÁTEX ÍNTEGRO E UNIFORME (SEM PARTES ESCURECIDAS), LUBRIFICAÇÃO C/ PÓ BIO-ABSORVENTE, ATÓXICO, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO NO PUNHO EM TINT (7,0).
207	2400	UNID	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, PAR, ANATÔMICA, ANTIALÉR-GICA, COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 28 cm, PUNHO AJUSTÁVEL, C/ BAINHA, LÁTEX ÍNTEGRO E UNIFORME (SEM PARTES ESCURECIDAS), LUBRIFICAÇÃO C/ PÓ BIO-ABSORVENTE, ATÓXICO, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO NO PUNHO EM TINT (6,5)
208	850	CX	LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRÍLICAS DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉREIS, SEM PÓ, TEXTURIZADAS, AMBIDESTRAS. CAIXA COM 100 UNIDADES. TAMANHO P
209	4400	CX	LUVAS DE PROCEDIMENTO N NITRÍLICA DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, SEM PÓ, TEXTURIZADAS, AMBIDESTRAS. CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO M .
210	120	PCT	LUVA DESCARTÁVEL EM POLIETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE PCT C/ 100 UNIDADES.



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

211	240	UNID	LIGA CLIP TITANIO REF: LT300 CX COM 18 UNI
212	300	UNID	LAMINA MICROSCOPIO FOSCA C/50
213	30	UNID	LAMINA SHAVER ARTROSCOPIA TAMANHO A ESCOLHER
214	1632	UNID	MEIO DE CULTURA; PARA UREASE; ENSAIO DETERMINACAO DE ENZIMA PRODUZIDA H.PYLORI; COM MEIO DE CULTURA PRÓPRIO; PARA UREASE; ACONDICIONADO EM CAIXA; COM TUBOS; MEIO COM SOLUCAO ARMazenada e CONSERVADA DE 2° A 8°C; DE ACORDO COM NORMAS TECNICAS VIGENTES; ACONDICIONADO EM CAIXA COM FRASCOS; ROTULO COM DATA DE FABRICACAO, Nº DE LOTE, CONCENTRACAO NO RÓTULO, VALIDADE E PROCEDENCIA, COM VIRAGEM EM ATÉ 30 MINUTOS.
215	40	UNID	MICRONEBULIZADOR, PVC P/ AR COMPRIMIDO TAMANHO ADULTO, CAPACIDADE 20 ML APROX., CONFECCIONADO EM POVINIL, COM COPO NEBULIZADOR, MASCARA TAMANHO ADULTO E CHICOTE, EXTENSÃO MINIMO DE 1,50M, ADAPTÁVEL A REDE DE AR COMPRIMIDO.
216	40	UNID	MICRONEBULIZADOR, PVC P/ OXIGENIO TAMANHO ADULTO, CAPACIDADE 20 ML APROX., CONFECCIONADO EM POVINIL, COM COPO NEBULIZADOR, MASCARA TAMANHO ADULTO E CHICOTE, EXTENSÃO MINIMO DE 1,50M, ADAPTÁVEL A REDE DE OXIGENIO;
217	60	UNID	MALHA TUBULAR, DE FIOS DE ALGODÃO, TIPO PUNHO SIMPLES COM ELASTICIDADE ADEQUADA, ISENTA DE DEFEITOS, EM ROLO, TAMANHO: 6 CM X 15 M.
218	40	UNID	MALHA TUBULAR DE FIOS DE ALGODÃO, TIPO PUNHO SIMPLES COM ELASTICIDADE ADEQUADA, ISENTA DE DEFEITOS, EM ROLO, 10 CM X 15M
219	10	UNID	MALHA TUBULAR DE FIOS DE ALGODÃO, TIPO PUNHO SIMPLES COM ELASTICIDADE ADEQUADA, ISENTA DE DEFEITOS, EM ROLO, 08CM X 15M
220	15	UNID	MALHA TUBULAR DE FIOS DE ALGODÃO, TIPO PUNHO SIMPLES COM ELASTICIDADE ADEQUADA, ISENTA DE DEFEITOS, EM ROLO, 12CM X 15M
221	10	UNID	MALHA TUBULAR DE FIOS DE ALGODÃO, TIPO PUNHO SIMPLES COM ELASTICIDADE ADEQUADA, ISENTA DE DEFEITOS, EM ROLO, 20CM X 15M
222	30	CX	MASCARA DESCARTAVEL RETANGULAR C/ ELASTICO, 100% POLIPROPILENO, HIPOALÉRGICA, CONFECCIONADA EM RAYON, COM FILTRO BACTERIOLÓGICO, GRAMPO DE FIXAÇÃO NASAL MALEÁVEL E RESISTENTE, MÍNIMO DE 3 PREGAS, GRAMATURA MÍNIMA DE 30 gr. CAIXA C/ 50 UNIDADES
223	120	PCT	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL RETANGULAR, HIPOALÉRGICA, CONFECCIONADA EM RAYON, COM FILTRO BACTERIOLÓGICO, GRAMPO DE FIXAÇÃO NASAL MALEÁVEL E RESISTENTE, MÍNIMO DE 3 PREGAS, TIRAS LONGAS NAS 4 ARESTAS, GRAMATURA MÍNIMA DE 30 GR PACOTE C/ 100 UNIDADES.
224	12	UNID	MASCARA VENTURI ADULTO
225	06	UNID	MASCARA VENTURI INFANTIL



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

226	60	UNID	MASCARA DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL; CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO MOLDADO EM FIBRAS SINTÉTICAS POR UM PROCESSO SEM RESINA NA PARTE INTERNA; COM MEIO FILTRANTE COMPOSTAS POR MICRO FIBRAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE, CLASSIFICAÇÃO N95; COM A PARTE EXTERNA COMPOSTA POR UM NÃO TECIDO TRATADO COM MATERIAL PARA NÃO ABSORÇÃO DE FLUIDOS LÍQUIDOS; QUE 02 BANDAS DE ELÁSTICO, 01 TIRA DE ESPUMA E 01 GRAMPO DE AJUSTE NASAL PARA PERFEITA ADAPTAÇÃO A FACE; USO EM AMBIENTE COM RISCO PARA TUBERCULOSE, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ATENDER PLENAMENTE A NORMA NBR 13698; APRESENTAÇÃO EM MATERIAL QUE GARANTA A PERFEITA INTEGRIDADE DO PRODUTO;; ROTULAGEM RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, E COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO
227	20	UNID	MANGUITO LATEX ADULTO PARA APARELHO DE PRESSÃO
228	10	UNID	MANGUITO LATEX ADULTO PARA APARELHO DE PRESSÃO
229	30	UNID	OCULOS CIRURGICO DE PROTECAO; EM MATERIAL ACRILICO OU SIMILAR, ARMACAO DE BORRACHA FLEXIVEL E LENTE DE POLICARBONATO; COM AJUSTE PERFEITO, COM VENTILACAO E HASTES; EMBALADO EM INDIVIDUAL; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE
230	250	UNID	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MÃE/FILHO, EM PLÁSTICO MACIO E RESISTENTE NA COR BRANCA, ANTIALÉRGICO, QUE PERMITA O USO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, LACRE INVOLÁVEL EM PLÁSTICO MACIO E RESISTENTE, COM 11 PONTOS DE REGULAGEM.
231	3200	UNID	PONTA PARA SUGADOR DE PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE.
232	25	PCT	PAPEL MILIMETRADO PARA ELETROCARDIOGRAFO, TIPO FORMULARIO CONTINUO, COMPATIVEL COM DIXTAL EP3. PACOTE C/ 100 FOLHAS
233	10	PCT	PAPEL; TIPO TERMOSENSIVEL; PARA CARDIOTOCOGRAFO; MEDINDO 160 mm X 120 mm X 24 m COM 250 FOLHAS;; COMPATIVEL COM BISTOS BT 300
234	24	UNID	PLACA HIDROCOLÓIDE REGULAR 20X20CM - CURATIVO ADESIVO HIDROCOLÓIDE COM FORMULA DE CONTROLE EM GEL. OS HIDROCOLÓIDES (CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, PECTINA E GELATINA) CONTIDOS DENTRO DA MATRIZ DE POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS AUMENTAM A CAPACIDADE DE CONTER O EXSUDATO FORMANDO UM GEL COESIVO E SOBRE ESTA CONTER UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO. CARACTERÍSTICAS: ATUAR COMO BARREIRA PROTETORA; EVITAR A PASSAGEM DE BACTÉRIAS, VÍRUS (INCLUINDO O HIV-1) E OUTRAS CONTAMINAÇÕES EXTERNAS ENQUANTO O CURATIVO PERMANECER ÍNTEGRO; ADESIVO; FÓRMULA DE CONTROLE EM GEL; ESTÉRIL; PRODUTO DE USO ÚNICO; PODE SER UTILIZADO DURANTE ATÉ 7 DIAS.
235	24	UNID	PLACA HIDROCOLÓIDE FINA 20X20CM - CURATIVO ADESIVO HIDROCOLÓIDE COM FORMULA DE CONTROLE EM GEL. OS HIDROCOLÓIDES (CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, PECTINA E GELATINA) CONTIDOS DENTRO DA MATRIZ DE POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS AUMENTAM A CAPACIDADE DE CONTER O EXSUDATO FORMANDO UM GEL COESIVO E SOBRE ESTA UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO. CARACTERÍSTICAS: ATUAR COMO BARREIRA PROTETORA; EVITAR A PASSAGEM DE BACTÉRIAS, VÍRUS (INCLUINDO O HIV-1) E OUTRAS CONTAMINAÇÕES EXTERNAS



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

			ENQUANTO O CURATIVO PERMANECER ÍNTEGRO; ADESIVO; FÓRMULA DE CONTROLE EM GEL; ESTÉRIL; PRODUTO DE USO ÚNICO; PODE SER UTILIZADO DURANTE ATÉ 7 DIAS.
236	24	UNID	PLACA HIDROCOLÓIDE EXTRA FINA 20X20CM - CURATIVO ADESIVO HIDROCOLÓIDE EXTRA FINO COM FORMULA DE CONTROLE EM GEL. OS HIDROCOLÓIDES (CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, PECTINA E GELATINA) CONTIDOS DENTRO DA MATRIZ DE POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS QUE AUMENTAM A CAPACIDADE DE CONTER O EXSUDATO FORMANDO UM GEL COESIVO E SOBRE ESTA HÁ UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO. CARACTERÍSTICAS: EXTRA FINO; ATUAR COMO BARREIRA PROTETORA; EVITAR A PASSAGEM DE BACTÉRIAS, VÍRUS (INCLUINDO O HIV-1) E OUTRAS CONTAMINAÇÕES EXTERNAS ENQUANTO O CURATIVO PERMANECER ÍNTEGRO; ADESIVO; FÓRMULA DE CONTROLE EM GEL; ESTÉRIL; PRODUTO DE USO ÚNICO; PODE SER UTILIZADO DURANTE ATÉ 7 DIAS; VERSO TRANSPARENTE MELHORA O POSICIONAMENTO DO CURATIVO E O MONITORAMENTO DA FERIDA; FÁCEIS DE UTILIZAR, MOLDAR E PODEM SER CORTADOS PARA ASSUMIR O FORMATO DE ÁREAS DIFÍCEIS.
237	24	UNID	CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA ESTÉRIL - COMPOSTO POR UMA CAMADA DE TECIDO DE CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA INSERIDO EM UM ENVOLTÓRIO DE NÃO TECIDO COM BORDA SELADA EM TODA SUA EXTENSÃO, FORMANDO UM SACHÊ. A CAMADA DE CARVÃO ATIVADO ABSORVE AS BACTÉRIAS, REMOVENDO-AS EFICAZMENTE DO LEITO DA LESÃO, RESULTANDO EM UM EFETIVO CONTROLE DA INFECÇÃO E DO ODORE EM FERIDAS COM MAU CHEIRO.TAMANHOS: 10,5 CM X 10,5 CM;
238	24	UNID	CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA ESTÉRIL - COMPOSTO POR UMA CAMADA DE TECIDO DE CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA INSERIDO EM UM ENVOLTÓRIO DE NÃO TECIDO COM BORDA SELADA EM TODA SUA EXTENSÃO, FORMANDO UM SACHÊ. A CAMADA DE CARVÃO ATIVADO ABSORVE AS BACTÉRIAS, REMOVENDO-AS EFICAZMENTE DO LEITO DA LESÃO, RESULTANDO EM UM EFETIVO CONTROLE DA INFECÇÃO E DO ODORE EM FERIDAS COM MAU CHEIRO.TAMANHO 10 CM X 20 CM;
239	24	UNID	CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA ESTÉRIL - COMPOSTO POR UMA CAMADA DE TECIDO DE CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA INSERIDO EM UM ENVOLTÓRIO DE NÃO TECIDO COM BORDA SELADA EM TODA SUA EXTENSÃO, FORMANDO UM SACHÊ. A CAMADA DE CARVÃO ATIVADO ABSORVE AS BACTÉRIAS, REMOVENDO-AS EFICAZMENTE DO LEITO DA LESÃO, RESULTANDO EM UM EFETIVO CONTROLE DA INFECÇÃO E DO ODORE EM FERIDAS COM MAU CHEIRO.TAMANHOS:6,5 CM X 9,5 CM
240	06	UNID	PAPEL MILIMETRADO PARA DESFIBRILADOR 80MM
241	06	UNID	PA ADESIVA ADULTA PARA DESFIBRILADOR REF: 989803158211
242	150	FRS	P.V.P.I. TÓPICO, SOLUÇÃO DE POLIVINILPIRROLIDONA COM 1% DE IODO ATIVO, SOLUÇÃO AQUOSA DE USO TÓPICO – FRASCO ESCURO COM 1 LITRO.
243	60	FRS	P.V.P.I. TINTURA, SOLUÇÃO DE POLIVINILPIRROLIDONA COM 1% DE IODO ATIVO, SOLUÇÃO AQUOSA DE USO TÓPICO – FRASCO ESCURO COM 1 LITRO.
244	100	FRS	P.V.P.I. DEGERMANTE, SOLUÇÃO DE POLIVINILPIRROLIDONA COM 1% DE IODO ATIVO, SOLUÇÃO AQUOSA DE USO TÓPICO – FRASCO ESCURO COM 1 LITRO.
245	50	UNID	PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE
246	7000	UNID	PROTETOR PARA CONE LUER FEMEA



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

247	50	UNID	“PROTESE PARA ESTAPEDECTOMIA”; EM TEFLON MED. 0,4 MM DE DIAMETRO EXTERNO E 0,6 MM DE DIAMETRO INTERNO E COMPRIMENTO, ESTERIL; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME PLASTICO
248	30	UNID	PERA LATEX P/ APARELHO DE PRESSÃO
249	700	UNID	PORTA LAMINA COM ROSCA
250	06	UNID	PA ADESIVA ADULTA PARA DESFIBRILADOR REF: 989803158211
251	50	UNID	PAPEL TERMOSENSIVEL P/ ECOGRAFO OFTALMO UPP 110HG 100MM X 18M
252	20	UNID	PAPAGAIO INOX; EM AÇO INOX; FORMATO ANATÔMICO; SEM GRADUAÇÃO, COM ALÇA; DE FACIL LIMPEZA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.
253	02	UNID	“REANIMADOR MANUAL”; INFANTIL, COM BALAO AUTO-INFLAVEL, SEM EMENDAS; COM VALVULA UNIDIRECIONAL; C/CONECTOR DA VALVULA DE ENTRADA DE OXIGENIO (RESIDENTE) E AJUSTAVEL AO LATEX E OU TUBO DE PVC N.204; VALVULA DE SEGURANCA PARA PRESSOES QUE EXCEDAM 30A 40 CM DE AGUA; PERMITIR ADAPTACAO DE MASCARA FACIAL EM TAMANHOS DIFERENTES
254	04	UNID	“REANIMADOR MANUAL”; ADULTO, COM BALAO AUTO-INFLAVEL, SEM EMENDAS; COM CAPACIDADE DE INSUFLAR VOLUMES DE AR CORRENTES DE ATE 1000 ml, COM VALVULA UNIDIRECIONAL; C/CONECTOR DA VALVULA DE ENTRADA DE OXIGENIO (RESIDENTE) E AJUSTAVEL AO LATEX E OU TUBO DE PVC N.204; VALVULA DE SEGURANCA PARA PRESSOES QUE EXCEDAM 30A 40 CM DE AGUA; PERMITIR ADAPTACAO DE MASCARA FACIAL EM TAMANHOS DIFERENTES
255	15	UNID	SISTEMA DE DRENAGEM FECHADO (SUCÇÃO), ESTÉRIL, COM AGULHA 6.4 MM / ¼”.
256	25	UNID	SISTEMA DE DRENAGEM FECHADO (SUCÇÃO), ESTÉRIL, COM AGULHA 4.8 MM /3/16”.
257	10	UNID	SISTEMA DE DRENAGEM FECHADO (SUCÇÃO), ESTÉRIL, COM AGULHA 3.2 mm/1/8.
258	700	UNID	SCALP TIPO BORBOLETA BISEL CURTO, TRIFACETADO, CÂNULA DE AÇO INOX, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, ASA LEVE FLEXÍVEL, TUBO EM PVC CRISTAL FLEXÍVEL, CONECTOR LUER C/ TAMPA PROTETORA, CÔNICO RÍGIDO, BAINHA PLÁSTICA, ATÓXICA, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, CAL. 25G.
259	1500	UNID	SCALP TIPO BORBOLETA BISEL CURTO, TRIFACETADO, CÂNULA DE AÇO INOX, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, ASA LEVE FLEXÍVEL, TUBO EM PVC CRISTAL FLEXÍVEL, CONECTOR LUER C/ TAMPA PROTETORA, CÔNICO RÍGIDO, BAINHA PLÁSTICA, ATÓXICA, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, CAL. 23G.
260	3000	UNID	SCALP TIPO BORBOLETA BISEL CURTO, TRIFACETADO, CÂNULA DE AÇO INOX, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, ASA LEVE FLEXÍVEL, TUBO EM PVC CRISTAL FLEXÍVEL, CONECTOR LUER C/ TAMPA PROTETORA, CÔNICO RÍGIDO, BAINHA PLÁSTICA, ATÓXICA, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, CAL. 21G.

**HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA**

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

261	100	UNID	SCALP TIPO BORBOLETA BISEL CURTO, TRIFACETADO, CÂNULA DE AÇO INOX, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, ASA LEVE FLEXÍVEL, TUBO EM PVC CRISTAL FLEXÍVEL, CONECTOR LUER C/ TAMPA PROTETORA, CÔNICO RÍGIDO, BAINHA PLÁSTICA, ATÓXICA, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, CAL. 27G.
262	50	UNID	SCALP TIPO BORBOLETA BISEL CURTO, TRIFACETADO, CÂNULA DE AÇO INOX, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, ASA LEVE FLEXÍVEL, TUBO EM PVC CRISTAL FLEXÍVEL, CONECTOR LUER C/ TAMPA PROTETORA, CÔNICO RÍGIDO, BAINHA PLÁSTICA, ATÓXICA, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, CAL. 19G.
263	8000	UNID	SERINGA DESCARTÁVEL, COM CILINDRO TRANSPARENTE, SILICONIZADA, ESCALA P/ PEQUENOS E MÉDIOS VOLUMES, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, ROLHA DE BORRACHA EXTERNA PROXIMA DO ÊMBOLO, ANEL DE RETENÇÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, 1 ML, COM AGULHA.
264	10.00 0	UNID	SERINGA DESCARTÁVEL, SEM AGULHA, COM CILINDRO TRANSPARENTE, SILICONIZADA, ESCALA P/ PEQUENOS E MÉDIOS VOLUMES, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, ROLHA DE BORRACHA EXTERNA PROXIMA DO ÊMBOLO, ANEL DE RETENÇÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, 3 ML.
265	1500 0	UNID	SERINGA DESCARTÁVEL, SEM AGULHA, COM CILINDRO TRANSPARENTE, SILICONIZADA, ESCALA P/ PEQUENOS E MÉDIOS VOLUMES, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, ROLHA DE BORRACHA EXTERNA PROXIMA DO ÊMBOLO, ANEL DE RETENÇÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, 5 ML.
266	4200 0	UNID	SERINGA DESCARTÁVEL, SEM AGULHA, COM CILINDRO TRANSPARENTE, SILICONIZADA, ESCALA P/ PEQUENOS E MÉDIOS VOLUMES, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, ROLHA DE BORRACHA EXTERNA PROXIMA DO ÊMBOLO, ANEL DE RETENÇÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, 10 ML.
267	11000	UNID	SERINGA DESCARTÁVEL, SEM AGULHA, LUER LOOK, COM CILINDRO TRANSPARENTE, SILICONIZADA, ESCALA P/ PEQUENOS E MÉDIOS VOLUMES, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, ROLHA DE BORRACHA EXTERNA PROXIMA DO ÊMBOLO, ANEL DE RETENÇÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, 5 ML.
268	14000	UNID	SERINGA DESCARTÁVEL, SEM AGULHA, COM CILINDRO TRANSPARENTE, SILICONIZADA, ESCALA P/ PEQUENOS E MÉDIOS VOLUMES, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, ROLHA DE BORRACHA EXTERNA PROXIMA DO ÊMBOLO, ANEL DE RETENÇÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, 20 ML.
269	700	UNID	SERINGA DESCARTAVEL 60ML SLIP
270	80	UNID	SERINGA DESCARTAVEL 60ML LUER LOCK
271	700	UNID	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, ESTI-CADA, EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, EQUIDISTANTES À EXTREMIDADE, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TAM 14.



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

272	200	UNID	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, ESTI-CADA, EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, EQUIDISTANTES À EXTREMIDADE, 1ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TAM 08.
273	100	UNID	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, ESTI-CADA, EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, EQUIDISTANTES À EXTREMIDADE, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TAM 06.
274	60	UNID	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, ESTI-CADA, EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, EQUIDISTANTES À EXTREMIDADE, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TAM 10
275	250	UNID	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, ESTI-CADA, EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, EQUIDISTANTES À EXTREMIDADE, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TAM 12.
276	800	UNID	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, ESTI-CADA, EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, EQUIDISTANTES À EXTREMIDADE, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TAM 16
277	100	UNID	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, ESTI-CADA, EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, EQUIDISTANTES À EXTREMIDADE, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TAM 18
278	20	UNID	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, ESTI-CADA, EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, EQUIDISTANTES À EXTREMIDADE, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TAM 20
279	20	UNID	SONDA FOLEY FABRICADA EM LATEX, TOTALMENTE SILICONIZADA BALÃO 10/20 ML 2 VIAS NR 10
280	10	UNID	SONDA FOLEY FABRICADA EM LATEX, TOTALMENTE SILICONIZADA BALÃO 10/20 ML 2 VIAS NR 12
281	600	UNID	SONDA FOLEY FABRICADA EM LATEX, TOTALMENTE SILICONIZADA BALÃO 10/20 ML 2 VIAS NR 16.
282	200	UNID	SONDA FOLEY FABRICADA EM LATEX, TOTALMENTE SILICONIZADA BALÃO 10/20 ML 2 VIAS NR 14.
283	100	UNID	SONDA FOLEY FABRICADA EM LATEX, TOTALMENTE SILICONIZADA BALÃO 10/20 ML 2 VIAS NR 18.
284	10	UNID	SONDA FOLEY FABRICADA EM LATEX, TOTALMENTE SILICONIZADA BALÃO 10/20 ML 3 VIAS NR 16.
285	10	UNID	SONDA FOLEY FABRICADA EM LATEX, TOTALMENTE SILICONIZADA BALÃO 10/20 ML 3 VIAS NR 14.
286	10	UNID	SONDA FOLEY FABRICADA EM LATEX, TOTALMENTE SILICONIZADA BALÃO 10/20 ML 3 VIAS NR 18.



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

287	05	UNID	SONDA NASAL PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM FORMATO ANATÔMICO EM LÁTEX FLEXÍVEL COM GUIA METÁLICO N.º 08
288	200	UNID	SONDA NASAL PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM FORMATO ANATÔMICO EM LÁTEX FLEXÍVEL COM GUIA METÁLICO N.º 12.
289	06	UNID	SONDA NASAL PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM FORMATO ANATÔMICO EM LÁTEX FLEXÍVEL COM GUIA METÁLICO N.º 10.
290	20	UNID	SONDA GÁSTRICA Nº 04
291	20	UNID	SONDA GÁSTRICA Nº 06
292	20	UNID	SONDA GÁSTRICA Nº 08
293	20	UNID	SONDA GÁSTRICA Nº 10
294	30	UNID	SONDA GÁSTRICA Nº 12
295	30	UNID	SONDA GÁSTRICA Nº 14
296	50	UNID	SONDA GÁSTRICA Nº 16
297	200	UNID	SONDA GÁSTRICA Nº 18
298	10	UNID	SONDA GÁSTRICA Nº 20
299	30	UNID	SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, APIROGENICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 04; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER ALEGISLACAO ATUAL VIGENTE
300	50	UNID	SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, APIROGENICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 08; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER ALEGISLACAO ATUAL VIGENTE.

**HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA**

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

301	20	UNID	SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, APIROGENICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 06; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE .
302	360	UNID	SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, APIROGENICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 12; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.
303	30	UNID	SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, APIROGENICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 14; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.
304	20	UNID	SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, APIROGENICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 06; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.
305	20	UNID	SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, APIROGENICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 16; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.
306	30	UNID	SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, APIROGENICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 18; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.
307	05	UNID	SONDA RETAL N.10
308	05	UNID	SONDA RETAL N.12
309	05	UNID	SONDA RETAL N.14

**HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA**

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

310	05	UNID	SONDA RETAL N.16
311	05	UNID	SONDA RETAL N.20
312	05	UNID	SONDA RETAL N.30
313	20	UNID	SUORTE COLETOR PERFUROCOTANTE 13LTS
314	40	UNID	SALTO ORTOPÉDICO DE BORRACHA M.
315	30	UNID	SALTO ORTOPÉDICO DE BORRACHA P.
316	30	UNID	SALTO ORTOPÉDICO DE BORRACHA G.
317	200	PCT	TOUCA DESCARTAVEL PCT C/ 100 UNIDADES
318	08	FRS	TINTURA DE BENJOIM, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 100%, FORMAFARMACEUTICA TINTURA; FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO 1 LITRO, VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, VIA DE ADMINISTRAÇÃO TÓPICA.
319	130	UNID	TUBO DE VENTILAÇÃO REF 1021
320	10	UNID	TUBO DE VENTILAÇÃO REF 1026
321	60	UNID	TALA DE ALUMINIO MEDIA 19X 180MM
322	10	UNID	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL
323	144	TUBO	TIRA REAGENTE DESCARTÁVEL PARA COLETA DE AMOSTRA DE SANGUE POR ABSORÇÃO FORA DO APARELHO DESTINADA À MEDIÇÃO DE GLICEMIA EM APARELHO PORTÁTIL ESPECÍFICO, COM FAIXA DE MEDIÇÃO ENTRE 10 A 600 MG/DL, E QUE PODEM SER USADAS PARA TESTAR AMOSTRAS DE SANGUE CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL E NEONATAL EM QUANTIDADE IGUAL OU INFERIOR A 02 MICROLITROS, QUE ACEITE APENAS MG/dl COMO UNIDADE DE MEDIDA E TEMPO DE LEITURA MAXIMO DE 10 SEGUNDOS TUBO C/ 50 TIRAS. ACOMPANHA 01 APARELHO PARA CADA 04 TUBOS APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO, EMITIDO PELA ANVISA.
324	25	UNID	TELA CIRÚRGICA SINTÉTICA, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, 100% POLYPROPYLENO, COM 0,5 MM DE ESPESSURA E TAM - 26 CM X 36 CM.
325	100	UNID	TELA CIRÚRGICA SINTÉTICA, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, 100% POLYPROPYLENO, COM 0,5 MM DE ESPESSURA E TAM - 06 CM X 12 CM.
326	12	UNID	TERMOMETRO DIGITAL PARA AMBIENTE MAXIMO/MINIMO
327	12	UNID	TOMADA DUPLA 02 EM Y

**HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA**

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

328	20	UNID	TUBO DE SILICONE N.º 204 C/ 15 METROS.
329	70	UNID	UMIDIFICADOR
330	15	UNID	VALVULA PARA APARELHO DE PRESSÃO
331	60	UNID	VASELINA LIQUIDA, CONCENTRADA, FRASCO COM 1000 ML, INCOLOR, INODORA E INSIPIDA, ISENTA DE RESÍDUOS E IMPUREZAS, EM EMBALAGEM RESISTENTE E SEGURA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.
332	25	UNID	AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUIANESTESIA, BISEL TIPO EPIDURAL, MANDRIL DE ENCAIXE ANATÔMICO COM DEPRESSÕES DIGITAIS, ACOMPANHA MANDRIL COM DENTE 339DETRAVAGEM PARA ENCAIXE DO CANHÃO NA AGULHA, CODIFICADO POR CORES- SPINOCAN - 16G 3-1/2
333	25	UNID	AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUIANESTESIA, BISEL TIPO WRITACRE, MANDRIL DE ENCAIXE ANATÔMICO COM DEPRESSÕES DIGITAIS, ACOMPANHA MANDRIL COM DENTE DETRAVAGEM PARA ENCAIXE DO CANHÃO NA AGULHA, CODIFICADO POR CORES- SPINOCAN - 19G 0,90MM
334	10	UNID	COLCHÃO PARA MACA HOSPITALAR EM ESPUMA COMPACTA DE POLIURETANO, DENSIDADE 23, REVESTIDO EM COURVIM AZUL, COSTURAS PARALELAS INTERNAS, REFORÇADAS, SEM ZIPER, COM 4 ILHEOS PARA VENTILAÇÃO, MEDINDO 1,80X60X05
335	10	UNID	COLCHÃO PARA BERÇO HOSPITALAR EM ESPUMA COMPACTA DE POLIURETANO, DENSIDADE 28, REVESTIDO EM COURVIM AZUL, COSTURAS PARALELAS INTERNAS, REFORÇADAS, SEM ZIPER, COM 4 ILHEOS PARA VENTILAÇÃO, MEDINDO 1,50X0,70
336	60	UNID	CUBA REDONDA INOX 220ML 09X5,5CM
337	60	UNID	CUBA REDONDA INOX 500ML 13,5X5CM
338	45	UNID	TALA IMOBILIZADORA METÁLICA DE ALUMÍNIO COM ESPUMA / TALA ORTOPÉDICA 16MMx 1METRO
339		UNID	AGULHA SUTURA G 00 C/12
340	01	UNID	AGULHA SUTURA G-04 C/12
341	01	UNID	AGULHA SUTURA G-05 C/12
342	01	UNID	AGULHA SUTURA G-10C/12
343	01	UNID	AGULHA SUTURA PB-00 C/12
344	01	UNID	AGULHA SUTURA PB-03 C/12
345	01	UNID	AGULHA SUTURA PB-09 C/12
346	01	UNID	AGULHA SUTURA B-07 C/12
347	01	UNID	AGULHA SUTURA B-10 C/12
348	300	UNID	TUBO PARA COLETA DE SANGUE 3,5ML TIPO VACUTAINER AMARELO
349	20	UNID	CABO BIPOLAR PARA PINÇA PADRÃO EUROPEU (WEM), 3 METROS, REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, CONECTORES INDEPENDENTES Ø 3,97 MM PARA CONEXÃO EM APARELHOS WEN BC-12



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

350	20	UNID	CANETA COMANDO POR PEDAL, REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, CABO FIXO/CONECTOR ISOLADO Ø 3,97 MM PARA CONEXÃO EM APARELHOS WEM
351	20	UNID	CANETA COMANDO POR PEDAL, REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, CABO FIXO/CONECTOR PINO BANANA Ø 3,97 MM PARA CONEXÃO EM APARELHOS WEM
352	20	UNID	CANETA COMANDO MANUAL, REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, COM CABO FIXO/ CONECTOR 3 PINOS, ACOMPANHA OU NÃO ELETRODO PARA CONEXÃO EM APARELHOS WEM – E2100
353	20	UNID	ELETRODO MÉDICO, PONTEIRA PARA CAUTÉRIO MONOPOLAR, REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 75 MM, PONTA RETA TIPO FACA
354	20	UNID	ELETRODO MÉDICO, PONTEIRA PARA CAUTÉRIO MONOPOLAR, REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 75 MM, PONTA CURVA TIPO FACA 45°
355	20	UNID	PINÇAS BIPOLAR BAIONETA, REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM COM PONTA RETA 1,2 MM PARA CONEXÃO EM APARELHOS WEN
356	20	UNID	PINÇA BIPOLAR BARONETA REUTILIZAVEL AUTOCLAVAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 12 CM COM PONTA CURVA 0,5MM PARA CONEXAO EM APARELHO WEN
357	50	ROLO	ROLO DE FITA PARA IDENTIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO, PRÓPRIAS PARA ESTERILIZAÇÃO, TAMANHO 6.35 MM X 7.62 METROS APROXIMADAMENTE, NAS CORES SÓLIDAS: VERMELHA, AMARELA, AZUL, VERDE, LARANJA, MARROM, ROXO, PRETO E BRANCO
358	10	LITRO	FORMOL
359	06	UNID	FRASCO COLETOR 2,5 LITROS C/ TAMPA
360	12	GALÃO	GEL CONDUTOR AZUL GALÃO 5 LITROS
361	200	UNID	LANCETA P/ EXAME DE GLICEMIA, COM DISPARO AUTOMÁTICO, 21G X 1.8MM
362	50	PAR	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, PAR, ANATÔMICA, ANTIALÉR-GICA, COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 28 CM, PUNHO AJUSTÁVEL, C/ BAINHA, LÁTEX ÍNTEGRO E UNIFORME (SEM PARTES ESCURECIDAS), LUBRIFICAÇÃO: S/ PÓ, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO NO PUNHO EM TINT (7,0).
363	10	UNID	MASCARA FACIAL SILICONE
364	10	UNID	MÁSCARA LARÍNGEA, REUTILIZÁVEL AUTOCLAVÁVEL, FABRICADA EM SILICONE NO TAMANHO Nº 1.5, 5-10KGS
365	10	UNID	MÁSCARA LARÍNGEA, REUTILIZÁVEL AUTOCLAVÁVEL, FABRICADA EM SILICONE NO TAMANHO Nº 2.5, 20-30KGS
366	20	UNID	ROMPEDOR DE MEMBRANA AMNIOTICA, EMBALAGEM ÚNICA ESTÉRIL USO ÚNICO.
367	40	PACOTE	TUBO LATEX N. 204 C/ 15METROS
368	10	PACOTE	TUBO PLASTICO PVC PARA MOLDE PACOTE C/ 100 UNIDADES
369	300	CX	LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRÍLICAS DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉREIS, SEM PÓ, TEXTURIZADAS, AMBIDESTRAS. CAIXA COM 100 UNIDADES NO TAMANHO G.



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

370	20	CX	LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRÍLICAS DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉREIS, SEM PÓ, TEXTURIZADAS, AMBIDESTRAS. CAIXA COM 100 UNIDADES NO TAMANHO PP.
371	160	UNI	COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR EM ESPUMA COMPACTA DE POLIURETANO, DENSIDADE 33, REVESTIDO EM COURVIM AZUL, COSTURAS PARALELAS INTERNAS, REFORÇADAS, SEM ZIPER, COM 4 ILHEOS PARA VENTILAÇÃO, MEDINDO 1,90X86X13CM;
372	50	UNI	COLCHÃO CAIXA DE OVO, FORRAÇÃO ORTOPEDICA INFLAVEL, MEDINDO 1,90X 0.90 EM PVC. SUPORTAR ATE 120KG.
373	02	UNI	“REANIMADOR MANUAL”; RECEM NASCIDO, COM BALAO AUTO-INFLAVEL, SEM EMENDAS; COM VALVULA UNIDIRECIONAL; C/CONECTOR DA VALVULA DE ENTRADA DE OXIGENIO (RESIDENTE) E AJUSTAVEL AO LATEX E OU TUBO DE PVC N.204; VALVULA DE SEGURANCA PARA PRESSOES QUE EXCEDAM 30A 40 CM DE AGUA; PERMITIR ADAPTACAO DE MASCARA FACIAL EM TAMANHOS DIFERENTES

Divinolândia (SP), em 18 de maio de 2018

RITA DE CASSIA PERES TEIXEIRA ZANATA

COORDENADORA CONDERG



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

ANEXO II

MODELO

Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos para Habilitação no Certame

EU, _____(NOME COMPLETO)_____, REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA _____(NOME DA PESSOA JURÍDICA)_____, INTERESSADA EM PARTICIPAR NO PREGÃO Nº ____/____, PROCESSO Nº____/____, DO CONDERG HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLANDIA, DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE A REFERIDA EMPRESA ATENDE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO ESTABELECIDOS NO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO.

_____(local)____, ____ DE _____ DE ____.

REPRESENTANTE LEGAL



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

ANEXO III

Modelo de Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho

Eu, _____ (nome completo), representante legal da empresa _____ (nome da pessoa jurídica) __, interessada em participar no processo licitatório – PREGÃO Nº ____/____ – Processo Nº ____/____, do CONDERG HOSPITAL REGIONAL, declaro sob as penas da lei, que, nos termos do Parágrafo 6º do Artigo 27 da Lei Nº 6.544/89, de 22 /11/1989, a _____ nome da pessoa jurídica _____ encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no qual se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal .

Cidade, data,

NOME

RG E/OU CARIMBO



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

ANEXO IV

Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo

_____(Nome da empresa)_____, através de seu representante legal, Sr. _____(nome completo)_____, DECLARO, que após a emissão dos documentos exigidos neste Edital de Licitação, incorreu fato impeditivo de habilitação sob as penalidades cabíveis, bem como estou ciente de que deverei declará-lo caso ocorra algum impedimento.

_____, ____ de ____ de ____.

Nome Completo

RG

Cargo e/ou função

Carimbo da Firma



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

ANEXO V

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº.....

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SÍ CELEBRAM O CONDERG HOSPITAL REGIONAL COMO ADJUDICADOR E A EMPRESA VENCEDORA, CONSTANTE DA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DESTE PREGÃO E IDENTIFICADA NA CLÁUSULA IV ABAIXO, COMO ADJUDICATÁRIA.

I – DO OBJETO:

Constitui (em)-se objeto(s) da presente Ata de Registro de Preços, o fornecimento de **MATERIAL DE ENFERMAGEM** correspondente(s) ao(s) item(ns) (nº) constantes do Anexo I, da licitação Pregão Presencial nº/....., vencido(s) pela Adjudicatária e relacionado(s) na Ata de Sessão Pública, que é parte integrante do presente termo.

II- DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO

O objeto desta Licitação deverá ser entregue pelo Fornecedor no Setor de Recebimento do CONDERG - Hospital Regional, de segunda à sexta-feira, das 08h às 16h, nas quantidades solicitadas, de acordo com o Anexo I do Edital, durante a vigência deste Registro de Preços, no prazo máximo de 10 dias corridos após a solicitação.

III - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (DOZE) meses a partir da data da publicação da homologação da licitação pela autoridade competente.

IV – DAS PENALIDADES



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002
2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as seguintes multas:
 - a) pela recusa em assinar a presente ata de registro de preços, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado dos itens adjudicados;
 - b) pela recusa em retirar autorização de fornecimento ou assinar contrato, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da autorização de fornecimento;
 - c) pelo retardamento na entrega dos pães, leite e derivados, multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor do pedido em atraso. A partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-se-á inexecução total ou parcial do contrato, com as consequências daí advindas;
 - d) pela inexecução total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente ao contrato ou à autorização de fornecimento decorrente da ata de registro de preços;
 - e) pela inexecução parcial, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente à parcela dos materiais não-entregues ou entregues em desacordo com as especificações técnicas;
 - f) pelo descumprimento de qualquer outra cláusula, que não diga respeito diretamente à execução do objeto contratual, multa de 0,5% (meio ponto percentual) sobre o valor adjudicado;
 - g) pelo cancelamento da ata de registro de preços por culpa da ADJUDICATÁRIA, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento estimado.
3. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.
4. O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada, sendo possível, a critério do CONDERG, o desconto das respectivas importâncias do valor eventualmente devido à ADJUDICATÁRIA.
5. O não-pagamento de multas no prazo previsto sujeitará a CONTRATADA ao processo judicial de execução.
6. Os procedimentos para aplicação de advertência e multa relativas ao inadimplemento de obrigações contratuais, serão conduzidos no âmbito do CONDERG, garantida a ampla defesa e as penalidades serão aplicadas pelo Coordenador.



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

V - DA RESCISÃO CONTRATUAL:

1 - O preço registrado poderá ser cancelado ou suspenso nos seguintes casos:

1.1-Pelo **ADJUDICADOR**, quando:

a -Houver descumprimento total ou parcial, pela Adjudicatária, das condições previstas no Edital da presente licitação e referenciadas nesta Ata;

b –A Adjudicatária não assinar a presente Ata de Registro de Preços ou não retirar a Nota de Empenho e/ou Autorização de Fornecimento, no prazo estabelecido no Edital, sem justificativa aceitável;

c –A Adjudicatária não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desse se tornar superior àqueles praticados no mercado;

d –Por razões de interesse público;

e –Quando da liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores ou falência da Adjudicatária;

f –Das demais hipóteses previstas no Artigo 78, da Lei 8666/93, bem como no Edital desta licitação.

1.2-Pela **ADJUDICATÁRIA**, quando:

1- Do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços, sendo esta solicitação, tanto para cancelamento ou suspensão do preço registrado, formulada com antecedência de 30 dias, caso em que fica facultada ao ADJUDICADOR a aplicação das penalidades previstas no Edital, caso não aceitas as razões do pedido;

2 -O cancelamento e a suspensão de registro, nas hipóteses previstas, assegurado à Adjudicatária o contraditório e a ampla defesa, serão formalizados por despacho da autoridade competente;

3 - A comunicação do cancelamento ou suspensão de preço registrado será efetuada pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao Registro de preços;

4 -O prazo para a suspensão temporária deverá ser estabelecido em cada caso, sendo que, enquanto perdurar a suspensão, poderá ser utilizado novas licitações para aquisição do respectivo objeto registrado.

VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

1- O vencimento do prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da Adjudicatária de cumprir os compromissos assumidos e constantes da Autorização de Fornecimento emitidas dentro da vigência;

1.2-A adjudicadora não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante sua vigência constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas condições estabelecidas no Edital e as normas contidas na Lei 8666/93 e suas alterações posteriores;

2- Demais condições são as estabelecidas no Edital da presente licitação.

3- As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão à conta da seguinte dotação Orçamentária conferida ao Conderg Hospital Regional de Divinolândia, observada a classificação para o exercício financeiro/2013: 02.03.02.3.3.90.30.00.00.00.

4- Ao assinar o presente documento, a ADJUDICATÁRIA fica ciente que deverão ser obedecidas as demais condições estabelecidas no respectivo Edital e proposta. 4-E, por estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata de Registro de Preços, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos de direito.

Divinolândia...../...../.....

ADJUDICADOR

Testemunha – nome legível

ADJUDICATÁRIA

Testemunha – nome legível

NOME DA EMPRESA: _____

NOME DO REPRESENTANTE: _____

PREGÃO Nº _____/_____

PROCESSO Nº _____/_____



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

ANEXO VI

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº/2018

PROPONENTE:.....

ENDEREÇO:..... N.º.....

BAIRRO:.....CIDADE.....UF.....

FONE:.....FAX.....

CEP:.....C.N.P.J.....

REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O TERMO DE CONTRATO:

NOME:.....

RG: CPF:

PROPOSTA-

ITEM	QTD	APRES	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNI	VALOR TOTAL
001	120	GALÃO	ACIDO PERACÉTICO A 0,2% E INIBIDOR DE CORROSÃO COM PH ENTRE 5.5 E 7,0; PRONTO PARA USO EM INSTRUMENTAIS, ENDOSCOPIOS; DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS CRITICOS, ATÓXICO, BIODEGRADÁVEL, ODOR AVINAGRADO, EM RECIPIENTE OPACO, DATA DE FABRICAÇÃO, FABRICANTE, Nº LOTE, FORMULA, VALDADE, REG NO MS, EMBALAGEM C/ 5 LITROS ACOMPANHA . TIRAS (2) INDICADORAS DE POTENCIA DA SOLUÇÃO EM USO, POR GALÃO.			
002	10	UNID	AGUA OXIGENADA; CATEGORIA P.A., 10 VOLUMES; LIQUIDO LIMPIDO, INCOLOR, CORROSIVO; ACONDICIONADO EM FRASCO			



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

			APROPRIADO AO PRODUTO; ROTULO COM DATA DE FABRICACAO/VALIDADE, NUMERO DE LOTE. 01 LITRO			
003	600	PCT	ABAIXADOR DE LÍNGUA (ESPÁTULA DE MADEIRA), DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL LISO, SUPERFÍCIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, ESPESSURA E LARGURA UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 14 CM DE COMPRIMENTO; 1,4 CM DE LARGURA; 0,5 MM DE ESPESSURA. PACOTE COM 100 UNIDADES.			
004	360	LTS	ALCOOL ETILICO DE CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM A 70% EM GEL. ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 1 LITRO.			
005	3000	LITRO	ALCOOL 70% 1 LITRO.			
006	24	UNID	AGULHA SUTURA G-06			
007	24	UNID	AGULHA SUTURA G-08			
008	24	UNID	AGULHA SUTURA G-09			
009	24	UNID	AGULHA SUTURA G-11			
010	24	UNID	AGULHA SUTURA G-12			
011	24	UNID	AGULHA SUTURA G-13			
012	24	UNID	AGULHA SUTURA PB-1			
013	24	UNID	AGULHA SUTURA PB-2			
014	24	UNID	AGULHA SUTURA PB-4			
015	24	UNID	AGULHA SUTURA PB-5			
016	24	UNID	AGULHA SUTURA PB-8			
017	24	UNID	AGULHA SUTURA B-06			
018	24	UNID	AGULHA SUTURA B-09			
019	24	UNID	AGULHA SUTURA B-11			
020	24	UNID	AGULHA SUTURA B-12			
021	24	UNID	AGULHA SUTURA B-14			

**HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA**

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

022	24	UNID	AGULHA SUTURA B-19			
023	10.000	UNID	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, CÂNULA DE AÇO INOX, SILICONIZADA, EMBALAGEM COM FILME TRANSPARENTE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO APIROGÊNICO, TAM 25 X 7,0 MM.			
024	4.000	UNID	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, CÂNULA DE AÇO INOX, SILICONIZADA, EMBALAGEM COM FILME TRANSPARENTE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO APIROGÊNICO, TAM 25 X 8,0 MM.			
025	60.000	UNID	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, CÂNULA DE AÇO INOX, SILICONIZADA, EMBALAGEM COM FILME TRANSPARENTE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO APIROGÊNICO, TAM 30 X 7,0 MM.			
026	600	UNID	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, CÂNULA DE AÇO INOX, SILICONIZADA, EMBALAGEM COM FILME TRANSPARENTE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO APIROGÊNICO, TAM 20 X 5,5 MM.			
027	12.000	UNID	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, CÂNULA DE AÇO INOX, SILICONIZADA, EMBALAGEM COM FILME TRANSPARENTE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO APIROGÊNICO, TAM 13 X 4,5 MM.			
028	8000	UNID	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, CÂNULA DE AÇO INOX, SILICONIZADA, EMBALAGEM COM FILME TRANSPARENTE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO APIROGÊNICO, TAM 30 X 8,0 MM.			
029	18000	UNID	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, CÂNULA DE AÇO INOX, SILICONIZADA, EMBALAGEM COM FILME TRANSPARENTE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO APIROGÊNICO, TAM 40 X 12 MM.			
030	1700	UNID	AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUIANESTESIA, BISEL TIPO QUINCKEL,			



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

			MANDRIL DE ENCAIXE ANATÔMICO COM DEPRESSÕES DIGITAIS, ACOMPANHA MANDRIL COM DENTE DETRAVAGEM PARA ENCAIXE DO CANHÃO NA AGULHA, CODIFICADO POR CORES- SPINOCAN - 27G 3-1/2			
031	300	UNID	AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUIANESTESIA, BISEL TIPO QUINCKEL, MANDRIL DE ENCAIXE ANATÔMICO COM DEPRESSÕES DIGITAIS, ACOMPANHA MANDRIL COM DENTE DETRAVAGEM PARA ENCAIXE DO CANHÃO NA AGULHA, CODIFICADO POR CORES- SPINOCAN - 25G 3-1/2.			
032	10	UNID	AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUIANESTESIA, BISEL TIPO QUINCKEL, MANDRIL DE ENCAIXE ANATÔMICO COM DEPRESSÕES DIGITAIS, ACOMPANHA MANDRIL COM DENTE DETRAVAGEM PARA ENCAIXE DO CANHÃO NA AGULHA, CODIFICADO POR CORES- SPINOCAN - 22G 2-1/2.			
033	10	UNID	AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUIANESTESIA, BISEL TIPO QUINCKEL, MANDRIL DE ENCAIXE ANATÔMICO COM DEPRESSÕES DIGITAIS, ACOMPANHA MANDRIL COM DENTE DETRAVAGEM PARA ENCAIXE DO CANHÃO NA AGULHA, CODIFICADO POR CORES- SPINOCAN - 22G 7" PARA OBESO.			
034	200	PCT	ALGODÃO HIDRÓFILO, MANTAS UNIFORMES PURIFICADOS E ALVEJADOS, ISENTA DE QUAISQUER IMPUREZAS, BOA ABSORÇÃO E CAPACIDADE DE RETRAÇÃO, ENVOLVIDA E ENROLADA EM PAPEL RESISTENTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE – ROLO DE 500 GR.			



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

035	10	UNID	ALMOFADA CAIXA DE OVO REDONDA GEL – COMPOSIÇÃO: 100% POLICLORETO DE VINILA + GÉL: CARBOXIMETILCELULOSE, CONSERVANTE E VEICULO. CARACTERÍSTICAS: MANTA TÉRMICA EVITA FRIO OU CALOR EXCESSIVO; FLEXÍVEL; PERMITE ASSEPSIA EM TODO O PRODUTO; MÁXIMA RESISTÊNCIA ATÉ 130KG. DIÂMETRO DA PEÇA 45 CM. PRODUTO DESTINADO A PESSOAS QUE PERMANECEM SENTADAS POR LONGOS PERÍODOS.			
036	2880	UNID	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO, CONFECCIONADA EM MANTA DE ALGODÃO CRU, HIDRÓFOBO, COM CAMADA DE GOMA EM UMA DAS FACES, ENROLADO EM PAPEL RESISTENTE, TAM 15 CM X 1,0 M.			
037	120	UNID	ALMOTOLIA EM PLÁSTICO ATOXICO, AMBAR, FOTOSSEN-SIVEL, RESISTENTE A DESINFECÇÕES, QUEDAS; COMPOSTO POR CORPO ROSQUEADO A TAMPA E BICO PROTETOR. CAPACIDADE PARA 125 ml.			
038	80	UNID	ALMOTOLIA EM PLÁSTICO ATOXICO, AMBAR, FOTOSSEN-SIVEL, RESISTENTE A DESINFECÇÕES, QUEDAS; COMPOSTO POR CORPO ROSQUEADO A TAMPA E BICO PROTETOR. CAPACIDADE PARA 250 ml.			
039	120	UNID	ALMOTOLIA EM PLÁSTICO ATOXICO, AMBAR, FOTOSSENSIVEL, RESISTENTE A DESINFECÇÕES, QUEDAS; COMPOSTO POR CORPO ROSQUEADO A TAMPA E BICO PROTETOR. CAPACIDADE PARA 500 ml.			
040	1920	UNID	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO, CONFECCIONADA EM MANTA DE ALGODÃO CRU, HIDRÓFOBO, COM CAMADA DE GOMA EM UMA DAS FACES, ENROLADO EM PAPEL RESISTENTE, TAM 20 CM X 1,0 M.			
041	2160	UNID	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO, CONFECCIONADA EM MANTA DE ALGODÃO CRU, HIDRÓFOBO, COM CAMADA DE GOMA EM			



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

			UMA DAS FACES, ENROLADO EM PAPEL RESISTENTE, TAM 10 CM X 1,0 M.			
042	2000	UNID	ATADURA DE CREPOM, CONFECCIONADA EM TECIDO ALGODÃO, 13 FIOS, BOA ELASTICIDADE, TRAMA FECHADA, EMBALAGEM UNITÁRIA, APRESENTAÇÃO EM ROLOS, TAMANHO 06 CM X 4,5 M.			
043	7200	UNID	ATADURA DE CREPOM, CONFECCIONADA EM TECIDO ALGODÃO, 13 FIOS, BOA ELASTICIDADE, TRAMA FECHADA, EMBALAGEM UNITÁRIA, APRESENTAÇÃO EM ROLOS, TAMANHO 10 CM X 4,5 M.			
044	7800	UNID	ATADURA DE CREPOM, CONFECCIONADA EM TECIDO ALGODÃO, 13 FIOS, BOA ELASTICIDADE, TRAMA FECHADA, EMBALAGEM UNITÁRIA, APRESENTAÇÃO EM ROLOS, TAMANHO 15 CM X 4,5 M.			
045	2400	UNID	ATADURA DE CREPOM, CONFECCIONADA EM TECIDO ALGODÃO, 13 FIOS, BOA ELASTICIDADE, TRAMA FECHADA, EMBALAGEM UNITÁRIA, APRESENTAÇÃO EM ROLOS, TAMANHO 20 CM X 4,5 M			
046	600	UNID	ATADURA DE CREPOM, CONFECCIONADA EM TECIDO ALGODÃO, 13 FIOS, BOA ELASTICIDADE, TRAMA FECHADA, EMBALAGEM UNITÁRIA, APRESENTAÇÃO EM ROLOS, TAMANHO 30 CM X 4,5 M			
047	1500	UNID	ATADURA GESSADA DE GAZE ESTABILIZADA, 100% ALGODÃO (TELA DE GIRO INGLÊS), IMPREGNADA EM GESSO COLOIDAL, NÃO DESFIA NAS BORDAS, APRESENTAÇÃO EM ROLOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, TAM 10 CM X 3 M			
048	480	UNID	ATADURA GESSADA DE GAZE ESTABILIZADA, 100% ALGODÃO (TELA DE GIRO INGLÊS),			



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

			IMPREGNADA EM GESSO COLOIDAL, NÃO DESFIA NAS BORDAS, APRESENTAÇÃO EM ROLOS, LEMBALADA INDIVIDUALMENTE, TAM 20 cm X 3 m			
049	9600	UNID	ATADURA GESSADA DE GAZE ESTABILIZADA, 100% ALGODÃO (TELA DE GIRO INGLÊS), IMPREGNADA EM GESSO COLOIDAL, NÃO DESFIA NAS BORDAS, APRESENTAÇÃO EM ROLOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, TAM 6 cm X 3 m CX			
050	1500	UNID	ATADURA GESSADA DE GAZE ESTABILIZADA, 100% ALGODÃO (TELA DE GIRO INGLÊS), IMPREGNADA EM GESSO COLOIDAL, NÃO DESFIA NAS BORDAS, APRESENTAÇÃO EM ROLOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, TAM 15 CM X 3 M			
051	03	UNID	BANDEJA RETANGULAR EM INOX MEDINDO APROXIMADAMENTE 29CM X 19CM			
052	12	UNID	BOLSA RESERVATORIO PVC 250ML COM CONECTOR PARA AMBU ADULTO			
053	12	UNID	BOLSA RESERVATORIO PVC 600ML COM CONECTOR PARA AMBU ADULTO			
054	120	UNID	BOBINA PARA IMPRESSORA IMITANCIOMETRO INTERACOUSTICS MOD AT235			
055	20	UNID	BRAÇADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COM FECHO DE METAL			
056	12	LT	BENZINA, CATEGORIA RETIFICADA; DERIVADO DE PETROLEO; PARA RETIRADA DE RESIDUOS, ACONDICIONADA EM FRASCO DE 1 LITRO; ROTULO COM NR, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E PROCEDÊNCIA.			



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

057	06	UNID	BOLSA AGUA QUENTE			
058	06	UNID	BOLSA TERMICA GEL MEDIA			
059	1600	UNID	CAIXA DE PAPELÃO PARA COLETA DE MATERIAL PERFUCORTANTES COM DUPLA ALÇA PARA TRANS-PORTE E CONTRA-TRAVA DE SEGURANÇA 13,0 L.			
060	100	FRS	CLOREXIDINA 0,2% LOÇÃO AQUOSA, EMBALAGEM C/ 1000 ML			
061	240	FRS	CLOREXIDINA 0,5%, SOLUÇÃO ALCOOLICA, EMBALAGEM C/ 1000 ML			
062	480	UNID	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE			
063	300	UNID	CAMISA ARTROSCOPIO			
064	60	UNID	COTONIDS MEDINDO 2.54MM X 7.62MM EMBALAGEM			
065	15	UNID	CAL SODADA; HIDRÓXIDO DE CALCIO (CA(OH)2), CO INDICADOR DE VIRAGEM DE COR, COR BRANCA, ACONDICIONADO EM 6 EMBALAGENS DE APROXIMADAMENTE 4,5 A 5KG QUILOS, TAMPA AMARELA, GRANULOS REGULARES, SEM PÓ. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.			
066	15	UNID	CANETA PARA ECG DIXTAL PILOT HIDROG HI TECNOPRINT V5 EXTRA FINE			
067	06	UNID	COLAR CERVICAL P			
068	06	UNID	COLAR CERVICAL M			
069	06	UNID	COLAR CERVICAL G			
070	05	UNID	CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, SEM CUFF N.º 2,0. SEM LATEX			



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

071	05	UNID	CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, SEM CUFF N.º 2,5. SEM LATEX			
072	10	UNID	CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 3,0. SEM LATEX			
073	20	UNID	CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 3,5. SEM LATEX			
074	80	UNID	CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 4,0. SEM LATEX			
075	200	UNID	CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 4,5. SEM LATEX			
076	150	UNID	CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 5,0. SEM LATEX			
077	120	UNID	CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 5,5. SEM LATEX			
078	100	UNID	CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 6,0. SEM LATEX			
079	60	UNID	CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 6,5. SEM LATEX			
080	200	UNID	CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 7,0. SEM LATEX			
081	300	UNID	CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 7,5. SEM LATEX			
082	120	UNID	CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 8,0. SEM LATEX			
083	50	UNID	CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 8,5. SEM LATEX			
084	05	UNID	CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 9,0. SEM LATEX			
085	05	UNID	CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 9,5. SEM LATEX			



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

086	2400	UNID	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE POLIURETANO, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, SILICONIZADO, C/ PERFEITO AJUSTE À AGULHA, CÂMARA DE REFLUXO, TAMPA PROTETORA PLÁSTICA, AGULHA EM AÇO INOX, BISEL CURTO E TRIFACETADO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, 24G, EMBALADO EM TUBO DE PLASTICO RÍGIDO.			
087	6600	UNID	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE POLIURETANO, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, SILICONIZADO, C/ PERFEITO AJUSTE À AGULHA, CÂMARA DE REFLUXO, TAMPA PROTETORA PLÁSTICA, AGULHA EM AÇO INOX, BISEL CURTO E TRIFACETADO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, 22G, EMBALADO EM TUBO DE PLASTICO RÍGIDO.			
088	5000	UNID	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE POLIURETANO, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, SILICONIZADO, C/ PERFEITO AJUSTE À AGULHA, CÂMARA DE REFLUXO, TAMPA PROTETORA PLÁSTICA, AGULHA EM AÇO INOX, BISEL CURTO E TRIFACETADO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, 20G, EMBALADO EM TUBO DE PLASTICO RÍGIDO,			
089	250	UNID	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE POLIURETANO, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, SILICONIZADO, C/ PERFEITO AJUSTE À AGULHA, CÂMARA DE REFLUXO, TAMPA PROTETORA PLÁSTICA, AGULHA EM AÇO INOX, BISEL CURTO E TRIFACETADO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, 18G, , EMBALADO EM TUBO DE PLASTICO RÍGIDO.			
090	50	UNID	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE POLIURETANO, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, SILICONIZADO, C/ PERFEITO AJUSTE À AGULHA, CÂMARA DE REFLUXO, TAMPA PROTETORA PLÁSTICA, AGULHA EM AÇO			



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

			INOX, BISEL CURTO E TRIFACETADO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, 16G, , EMBALADO EM TUBO DE PLASTICO RÍGIDO.			
091	100	UNID	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE POLIURETANO, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, SILICONIZADO, C/ PERFEITO AJUSTE À AGULHA, CÂMARA DE REFLUXO, TAMPA PROTETORA PLÁSTICA, AGULHA EM AÇO INOX, BISEL CURTO E TRIFACETADO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, 14G, EMBALADO EM TUBO DE PLASTICO RÍGIDO.			
092	400	UNID	CATÉTER TIPO ÓCULOS NASAL, EM PVC ATÓXICO E FLEXÍVEL, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.			
093	300	UNID	CLAMP PARA CORDÃO UMBILICAL ESTÉRIL E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.			
094	650	UNID	COLETOR DE URINA C/ SISTEMA FECHADO COM DISPOSITIVO FECHADO COM PINÇAMENTO NA EXTENSÃO. BOLSA COM CAPACIDADE DE 2000 ML, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, EXTENSÃO EM PVC CRISTAL, ESTRANGULADOR PLANO, CONECTOR CRÔNICO UNIVERSAL, ALÇA DE SUSTENTAÇÃO RÍGIDA E FLEXÍVEL. CLAMP NA SAÍDA REGULÁVEL.			
095	80	UNID	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISEX			
096	160	UNID	COLCHÃO HOSPITALAR EM NAPA/COURVIN - DENSIDADE DA ESPUMA D33; INDICADO PARA CAMA HOSPITALAR; ESPUMA 100% POLIURETANO; PROTEÇÃO ANTIÁCARO, ANTIALÉRGICO E ANTIBACTÉRIA; PESO SUPOSTADO: ATÉ 100 KG; SEM ZÍPER; COM 4 ILHEOS; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,90X86X13 CM.CERTIFICADO PELO INMETRO			



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

097	120	UNID	COLCHÃO CAIXA OVO SOLTEIRO DENSIDADE DA ESPUMA D33, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,88X80X5 CM.			
098	12	UNID	CUBA REDONDA INOX			
099	25	UNID	CUBA RIM INOX			
100	20	UNID	COMADRE; EM AÇO INOX; FORMATO ANATÔMICO; SEM GRADUAÇÃO, COM ALÇA; DE FACIL LIMPEZA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.			
101	8400	UNID	COLETOR DE URINA, CAPACIDADE PARA 2 LITROS, GRADUADO, COM CORDÃO PARA FIXAÇÃO.(SACO)			
102	750.000	UNID	COMPRESSA DE GAZE, NÃO ESTÉRIL, 13 FIOS, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, ALVA MACIA RÁPIDA ABSORÇÃO, ISENTA DE IMPUREZAS, TAMANHO UNIFORME, DOBRAS P/ DENTRO DA COMPRES-SA (NÃO DEIXANDO FIOS SOLTOS), APIROGÊNICA, TAM 7,5 CM X 7,5 CM.DIMENSÃO ABERTA 15 CM 30 CM			
103	300.000	UNID	COMPRESSA DE GAZE, ESTÉRIL, 13 FIOS, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, ALVA MACIA RÁPIDA ABSORÇÃO, ISENTA DE IMPUREZAS, TAMANHO UNIFORME, DOBRAS P/ DENTRO DA COMPRESSA (NÃO DEIXANDO FIOS SOLTOS), APIROGÊNICA, TAM 7,5 CM X 7,5 CM DIMENSÃO ABERTA 15 CM /30 CM			
104	12.500	UNID	COMPRESSA P/ CAMPO OPERATÓRIO, NÃO ESTÉRIL, EM GAZE HIDRÓFILA, 100% ALGODÃO, QUATRO CAMADAS, COSTURA DUPLA TIPO TELA DE ALGODÃO PRESA POR FRISO A CADA 10 CM, DE COR BRANCA (ALVEJADA), ABSORVENTE, MACIA E ISENTA			



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

			DE IMPUREZAS, C/ CADARÇO DUPLO, 45 CM X 50 CM			
105	3000	UNID	COMPRESSA P/ CAMPO OPERATÓRIO, NÃO ESTÉRIL, EM GAZE HIDRÓFILA, 100% ALGODÃO, QUATRO CAMADAS, COSTURA DUPLA TIPO TELA DE ALGODÃO PRESA POR FRISO A CADA 10 CM, DE COR BRANCA (ALVEJADA), ABSORVENTE, MACIA E ISENTA DE IMPUREZAS, C/ CADARÇO DUPLO, 23 CM X 25 CM			
106	06	UNID	CATETER VENOSO CENTRAL, DE POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL 16G X 30,5CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR LUER LOOK, COM AGULHA DE PUNÇÃO DE 14GX 5,1 CM DE COMPRIMENTO, BISEL TRIFACETADO, COM TAMPA, COM SUPORTE PARA AGULHA, MANDRIL EM AÇO INÓX, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA			
107	04	UNID	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA, 5,0MM, COM CUFF, DESCARTAVEL, ESTÉRIL, FORMATO ANATOMICO E PONTA ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM GRAU E FILME PLASTICO COM TIRA PARA FIXAÇÃO			
108	04	UNID	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA, 6,5MM, COM CUFF, DESCARTAVEL, ESTÉRIL, FORMATO ANATOMICO E PONTA ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU E FILME PLASTICO COM TIRA PARA FIXAÇÃO			
109	04	UNID	CANULA TRAQUEOSTOMIA 3.0MM DESCARTAVEL ESTÉRIL, FORMATO ANATOMICO E PONTA ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU E FILME PLASTICO COM TIRA PARA FIXAÇÃO			



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

110	04	UNID	CANULA TRAQUEOSTOMIA 3.5MM DESCARTAVEL ESTÉRIL, FORMATO ANATOMICO E PONTA ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU E FILME PLASTICO COM TIRA PARA FIXAÇÃO			
111	04	UNID	CANULA TRAQUEOSTOMIA 4.0MM DESCARTAVEL ESTÉRIL, FORMATO ANATOMICO E PONTA ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU E FILME PLASTICO COM TIRA PARA FIXAÇÃO			
112	04	UNID	CANULA TRAQUEOSTOMIA 4.5MM DESCARTAVEL ESTÉRIL, FORMATO ANATOMICO E PONTA ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU E FILME PLASTICO COM TIRA PARA FIXAÇÃO			
113	08	UNID	CANULA TRAQUEOSTOMIA 6.0MM DESCARTAVEL ESTÉRIL, FORMATO ANATOMICO E PONTA ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU E FILME PLASTICO COM TIRA PARA FIXAÇÃO			
114	06	UNID	CANULA TRAQUEOSTOMIA 7.0MM DESCARTAVEL ESTÉRIL, FORMATO ANATOMICO E PONTA ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU E FILME PLASTICO COM TIRA PARA FIXAÇÃO			
115	08	UNID	CANULA TRAQUEOSTOMIA 7.5MM DESCARTAVEL ESTÉRIL, FORMATO ANATOMICO E PONTA ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU E FILME PLASTICO COM TIRA PARA FIXAÇÃO			
116	04	UNID	CANULA TRAQUEOSTOMIA 8.0MM DESCARTAVEL ESTÉRIL, FORMATO ANATOMICO E PONTA ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU E FILME PLASTICO COM TIRA PARA FIXAÇÃO			

**HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA**

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

117	04	UNID	CANULA TRAQUEOSTOMIA 8.5MM DESCARTAVEL ESTÉRIL, FORMATO ANATOMICO E PONTA ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU E FILME PLASTICO COM TIRA PARA FIXAÇÃO			
118	03	UNID	CANULA TRAQUEOSTOMIA INOX N. 1			
119	03	UNID	CANULA TRAQUEOSTOMIA INOX N. 2			
120	03	UNID	CANULA TRAQUEOSTOMIA INOX N. 3			
121	06	UNID	CANULA TRAQUEOSTOMIA INOX N. 4			
122	03	UNID	CANULA TRAQUEOSTOMIA INOX N. 5			
123	03	UNID	CANULA TRAQUEOSTOMIA INOX N. 6			
124	06	UNID	CANULA GUEDEL N.0 EM PVC TRANSPARENTE ATÓXICO , REUTILIZAVEL			
125	06	UNID	CANULA GUEDEL N.1 EM PVC TRANSPARENTE ATÓXICO ,REUTILIZAVEL			
126	06	UNID	CANULA GUEDEL N.2 EM PVC TRANSPARENTE ATÓXICO ,REUTILIZAVEL			
127	06	UNID	CANULA GUEDEL N.3 EM PVC TRANSPARENTE ATÓXICO , REUTILIZAVEL			
128	06	UNID	CANULA GUEDEL N.4 EM PVC TRANSPARENTE ATÓXICO REUTILIZAVEL,			
129	06	UNID	CANULA GUEDEL N.5 EM PVC TRANSPARENTE ATÓXICO , REUTILIZAVEL			
130	06	UNID	CANULA GUEDEL N.6 EM PVC TRANSPARENTE ATÓXICO , REUTILIZAVEL			
131	100	UNID	CAPA P/COLCHÃO 1,90X86X13 DENSIDADE 33 C/ ZIPER			
132	40	UM	CONJUNTO EPIDURAL I E CATETER Nº16			

**HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA**

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

133	06	UNID	CANETA PARA MARCAÇÃO DE PELE FINE 700 PRETA			
134	06	UNID	DRENO KHER (SONDA EM T) 12			
135	06	UNID	DRENO KHER (SONDA EM T) 14			
136	06	UNID	DRENO KHER (SONDA EM T) 16			
137	06	UNID	DRENO KHER (SONDA EM T) 18			
138	06	UNID	DRENO KHER (SONDA EM T) 20			
139	40.000	UNID	DOSADOR ORAL PARA PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO ORAL, COM COR AZUL QUE PERMITE A PROTEÇÃO PARA MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS, AJUSTE DE TAMPA PARA PREPARO E APLICAÇÃO POSTERIOR, COM ADAPTADORES PARA DIFERENTES TIPOS DE FRASCOS, COM BICO DE SEGURANÇA, 10 ml.			
140	7.000	UNID	DOSADOR ORAL PARA PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO ORAL, COM COR AZUL QUE PERMITE A PROTEÇÃO PARA MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS, AJUSTE DE TAMPA PARA PREPARO E APLICAÇÃO POSTERIOR, COM ADAPTADORES PARA DIFERENTES TIPOS DE FRASCOS, COM BICO DE SEGURANÇA, 3 ml.			
141	18.000	UNID	DOSADOR ORAL PARA PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO ORAL, COM COR AZUL QUE PERMITE A PROTEÇÃO PARA MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS, AJUSTE DE TAMPA PARA PREPARO E APLICAÇÃO POSTERIOR, COM ADAPTADORES PARA DIFERENTES TIPOS DE FRASCOS, COM BICO DE SEGURANÇA, 5 ml.			



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

142	100	UNID	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA, EM LATEX NATURAL CENTRIFUGADO A 60%. N.º 05.			
143	40	UNID	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA, EM LATEX NATURAL CENTRIFUGADO A 60%. N.º 04.			
144	80	UNID	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA, EM LATEX NATURAL CENTRIFUGADO A 60%. N.º 06.			
145	150	UNID	DRENO CIRÚRGICO DE PENROSE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, LÁTEX NATURAL, RADIOPACO, COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL – Nº 1.			
146	60	UNID	DRENO CIRÚRGICO DE PENROSE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, LÁTEX NATURAL, RADIOPACO, COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL – Nº 2			
147	40	UNID	DRENO CIRÚRGICO DE PENROSE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, LÁTEX NATURAL, RADIOPACO, COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL – Nº 3			
148	10	UNID	DRENO TORACICO Nº 30			
149	30	UNID	DETERGENTE DESENCROSTANTE; NEUTRO ENZIMÁTICO; LÍQUIDO; VIOLETA ESCURO; 100 GRAUS CENTÍGRADOS; DILUÍDO; GALÃO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE 4 ENZIMAS			
150	160	KG	DESINCROSTANTE DE MATERIAL, EMBALAGEM COM 1 KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E LOTE E VALIDADE.			
151	22.000	UNID	ELETRODO PARA EQUIPAMENTO MÉDICO; DESCARTÁVEL, TAMANHO ADULTO/INFANTIL, PARA MONITORAÇÃO CARDÍACA, COMPATÍVEL COM QUALQUER MONITOR; ESPUMA COMPACTA, GEL SÓLIDO PARA			



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

			CONTATO, SISTEMA DE FIXAÇÃO POR BOTÃO DE PRESSÃO.			
152	40	UNID	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE; PORTATIL; BRACADEIRA ADULTO; TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE 0 A 300 MMHG; COM RESOLUCAO DE 1,0 MMHG; COM PERA DE BORRACHA C/ VALVULA ANTI-REFLUXO E REGISTRO; MANGUITO DE BORRACHA SEM EMENDAS COM TUBO DE BORRACHA; L(S) DE NYLON, COM FECHO DE PINOS E TALAS METÁLICAS			
153	05	UNID	ESFIGMOMANOMETRO; ANERÓIDE; PORTÁTIL; COM BRAÇADEIRA INFANTIL (APROX. 13 X 5 CM); TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE 0 A 300 MMHG; COM RESOLUÇÃO DE 2 MMHG; SEM EMENDAS; DE BORRACHA S/ EMENDA; EM ALGODÃO C/FECHO EM VELCRO			
154	20	UNID	ESTETOSCOPIO DUO-SOM; AUSCULTADOR COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE, EM MATERIAL RESISTENTE; TAMANHO ADULTO; CONJUNTO BIAURICULAR EM METAL CROMADO RESISTENTE, FLEXÍVEL NA CURVATURA DO TUBO "Y"; COM OLIVAS EM PLÁSTICO SEM REBARBAS; ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO			
155	03	UNID	ESTETOSCOPIO DUO-SOM; AUSCULTADOR COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE, EM MATERIAL RESISTENTE; TAMANHO INFANTIL; CONJUNTO BIAURICULAR EM METAL CROMADO RESISTENTE, FLEXÍVEL NA CURVATURA DO TUBO "Y"; COM OLIVAS EM PLÁSTICO SEM REBARBAS; ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO			



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

156	500	UNID	ESPONJA HEMOSTÁTICA COLÁGENO HIDROLIZADO TIPO HEMOSPON			
157	60	UNID	ESPONJA DE GELATINA ABSORVÍVEL, DOBRÁVEL, POROSA, PREPARADA COM GELATINA PURIFICADA, ESPECIALMENTE TRATADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80 X 125MM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE			
158	24.000	UNID	EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS E MACROGOTAS COM CÁLICE MALEÁVEL COM RESPIRO , COM INJETOR LATERAL, COM RÓTULOS EXPLICATIVOS.			
159	130	UNID	EQUIPO PARA TRANSFUÇÃO SANGUÍNEA, COM DUPLA CÂMARA FLEXÍVEL E L NEUTRO DE POLIAMIDA, ENTRADA ÚNICA.			
160	50	UNID	EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM MICROGOTAS COM CÁLICE MALEÁVEL OU RÍGIDO COM RESPIRO , COM INJETOR LATERAL , COM RÓTULOS EXPLICATIVOS.			
161	200	UNID	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO SAMTRONIC OU COMPATÍVEL			
162	1400	UNID	EQUIPO DUAS VIAS – CATARATA: CONJUNTO DE ASPIRAÇÃO DUPLO P/ USO EM CIRURGIA DE CATARATA, COMPOSTO DE UMA EXTENSÃO EM PVC COM 1,90 M - ATÓXICO , FLEXÍVEL, COM DUREZA SHORE 75, DIÂMETRO INTERNO DE 2,7 MM E PAREDE DE 1 MM – E UMA EXTENSÃO EM PVC COM 1,90 M - ATÓXICO, FLEXÍVEL, DE COLORAÇÃO VERMELHA COM DIÂMETRO INTERNO DE 2 MM E PAREDE DE 1 MM - DOTADOS DE CONECTOR INJETADO EM PLÁSTICO, MODELO LUER SLIP MACHO EM UMA DAS EXTREMIDADES E CONECTOR INJETADO EM PLÁSTICO LUER LOCK FÊMEA NA OUTRA			

**HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA**

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

			EXTREMIDADE, EMBALADOS CONF. PORTARIA MIN. SAÚDE, ESTÉRIL, APIROGÊNICO.			
163	15	UNID	EQUIPO P/ ARTROSCOPIA 4 VIAS : EXTENSOR PARA IRRIGAÇÃO DE SOLUÇÕES EM ARTROSCOPIA, COM 4 VIAS, DOTADO DE TUBO FLEXÍVEL CRISTAL, ATÓXICO GRAU MÉDICO COM BOA FLEXIBILIDADE E DIÂMETRO UNIFORME CONF. EB 1997, PENETRADORES ANATÔMICOS PARA ADAPTAÇÃO EM AMPOLAS/BOLSAS PLÁSTICAS E FRASCOS. PROTETOR DO PENETRADOR ADEQUADO PARA GARANTIR A ESTERILIDADE DO PRODUTO, CORTA-FLUXO TIPO CLAMP DE FÁCIL MANUSEIO. ESTERILIZADO À ÓXIDO DE ETILENO, COM CAMISINHA			
164	150	UNID	EQUIPO P/ ARTROSCOPIA 2 VIAS : EXTENSOR PARA IRRIGAÇÃO DE SOLUÇÕES EM ARTROSCOPIA, COM 2 VIAS, DOTADO DE TUBO FLEXÍVEL CRISTAL, ATÓXICO GRAU MÉDICO COM BOA FLEXIBILIDADE E DIÂMETRO UNIFORME CONF. EB 1997, PENETRADORES ANATÔMICOS PARA ADAPTAÇÃO EM AMPOLAS/BOLSAS PLÁSTICAS E FRASCOS. PROTETOR DO PENETRADOR ADEQUADO PARA GARANTIR A ESTERILIDADE DO PRODUTO, CORTA-FLUXO TIPO CLAMP DE FÁCIL MANUSEIO. ESTERILIZADO À ÓXIDO DE ETILENO COM CAMISINHA			
165	8400	UNID	EQUIPO ALIMENTAÇÃO ENTERAL – Esterilizado em oxido de etileno; Fabricado em PVC flexível; Possui ponta perfurante com tampa protetora, câmara de gotejamento flexível; Viabiliza o controle de fluxo de soluções, uma vez que, possui pinça rolete que garante precisão no controle de gotejamento; Tubo			



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

			disponível na cor Azul, que evita a conexão acidental com o acesso venoso; Conectores luer slip ou escalonado; Atóxico e apirogênico; Descartável e de uso único. Registrado na ANVISA.			
166	625	UNID	ELETRODO P/EQUIPAMENTO MEDICO; PEDIATRICO/NEONATAL EM ESPUMA COMPACTA DE ALTA QUALIDADE, POUCO POROSO, IMPERMEAVEL, SENSOR AG/AGCL; PARA APARELHO BERA; KENDALL COM CONECTOR EM BROCHE DE METAL; CODIGO 314397253; COM GEL CONDUTOR, FORMATO DE GOTA GEL (HIDROGEL) ADESIVO-CONDUTIVO, NAO-IRRITANTE, DURABILIDADE 72 h			
167	06	UNID	ELETRODO MULTIFUNÇÃO HVP EMERG.STAT-PADZ ZOL REF: 8900-4003-49			
168	15	UNID	ESCOVA UNHA PLASTICO			
169	850	UNID	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, DORSO DO TECIDO DE ALGODÃO IMPERMEABILIZADO EM UMA DAS FACES, DE COR BRANCA, MASSA ADESIVA À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO, RESISTENTE, COM BOA ADERÊNCIA, ENROLADO EM CARRETEL PLÁSTICO, COM CAPA DE PROTEÇÃO, TAMANHO 10 CMX 4,5M.			
170	400	UNID	EXTENSOR FOTOSENSIVEL PARA BOMBA DE INFUSÃO			
171	800	UNID	FIO DE KIRSCHNER TAMANHOS VARIADOS			
172	30	UNID	FITA PARA IMPRESSORA DE AUTOCLAVE HOSPITALAR; CODIGO 87917; MARCA BAUMER MODELO B366EFITA IMPRESSORA BAUMER AUTOCLAVE 40 COLUNAS			
173	40	UNID	FRASCO COLETOR PARA SECREÇÕES E URINA; EM VIDRO,COM TAMPA DE BORRACHA			



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

			COM 02 ORIFÍCIOS; COM CAPACIDADE DE 5.000 ML; GRADUADO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE			
174	06	UNID	FRASCO COLETOR PARA SECREÇÕES E URINA; EM VIDRO, COM TAMPÃO DE BORRACHA COM 02 ORIFÍCIOS; COM CAPACIDADE DE 3.000 ML; GRADUADO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE			
175	06	UNID	FRASCO COLETOR PARA SECREÇÕES COMPATÍVEL ASPIRADOR NEVONI MOD 5005 PLÁSTICO			
176	3600	UNID	FITA ADESIVA CIRÚRGICA MICROPOROSA, NÃO CONFECCIONADA DE TECIDO, ADESIVO HIPOALERGÊNICO, LEVE FLEXÍVEL E RESISTENTE, NÃO OCLUSIVO, QUE NÃO SOLTE AO SER MOLHADO, RÁDIOTRANS-PARENTE, TAMANHO 50 MM X 10 M.			
177	20	UNID	FITA ADESIVA CIRÚRGICA MICROPOROSA, NÃO CONFECCIONADA DE TECIDO, ADESIVO HIPOALERGÊNICO, LEVE FLEXÍVEL E RESISTENTE, NÃO OCLUSIVO, QUE NÃO SOLTE AO SER MOLHADO, RÁDIOTRANS-PARENTE, TAMANHO 25 MM X 10 M.			
178	1500	UNIID	FITA CREPE ADESIVA BRANCA, BOA ADESÃO, QUE NÃO DEIXE RESÍDUOS NA SUPERFÍCIE ONDE É APLICADO, TAMANHO 16 MM X 50 m.			
179	18000	UNID	FRASCO PLÁSTICO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, TRANSPARENTE, COM GRADUAÇÃO DE 50 ML, COM CAPACIDADE DE 300 ml, COM TAMPÃO DE ROSQUEAR E GARGALO DE APROXIMADAMENTE 2 cm; COM BASE QUE POSSA PERMITIR SEU APOIO			



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

			SOBRE A MESA PARA FACILITAR O ENVASE, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.L			
180	10	UNID	FAIXA SMARCH 06CM			
181	80	UNID	FAIXA SMARCH 10CM			
182	60	UNID	FAIXA SMARCH 15CM			
183	60	UNID	FAIXA SMARCH 20CM			
184	40	UNID	FLUXOMETRO OXIGENIO			
185	30	UNID	FLUXOMETRO AR COMPRIMIDO			
186	1000	UNID	GARROTE LATEX MEDINDO 45 CM			
187	140	GALÃO	GLUTARALDEIDO 2%, GALÃO C/ 5LITROS, PARA USO EM 28 DIAS.			
188	06	UNID	GRAL COM PISTILO EM PORCELANA 180 ml			
189	06	UNID	GEL ABRASIVO PARA BERA NUPREP			
190	04	UNID	GLICERINA 01 LITRO			
191	30	FRS	GEL P/ ECG 100 ML.			
192	1000	CX	HASTE PARA HIGIENE, DE POLIPROPILENO FLEXIVEL, SENDO AS DUAS EXTREMIDADES COM PONTAS DE ALGODÃO HIDROXIETILCELULOSE E TRICLOSAN. CX C/ 100 UNIDADES.			
193	1400	GALAO	HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% GALÃO ESCURO DE 5 LITROS, COM IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO.			
194	10	UNID	HEMOSTATICO TIPO HEMOSTYP 5CMX7,5CM			
195	4000	UNID	INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP.			
196	600	UNID	INJETOR LUER			
197	06	UNID	KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX, COMPOSTO DE FRASCO, CONECTOR, EXTENSÃO, DRENO,			



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

			SUPORE PARA BASE, ALÇA PARA TRANSPORTE, FRASCO COM TAMPA ROSQUEADA, COM FILTRO, CAPACIDADE 2000 ML, COM GRADUAÇÃO INDELEVEL, PINÇA TIPO CLAMP COM TRAVA DE SEGURANÇA, CONECTOR UNIVERSAL, EXTENSÃO EM MATERIAL TRANSLUCIDO, MEDINDO 1.20 CM, DRENO EM SILICONE CALIBRE 30 FR, FLEXIVEL, RADIOPACO, MULTIPERFURADO, ESTÉRIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. A APRESENTAÇÃO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.			
198	2800	UNID	LAMINA DE BISTURI; EM AÇO CARBONO N.º 11; ESTERIL; COM PERFEITO ACABAMENTO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS; COM LAUDO			
199	3000	UNID	LAMINA DE BISTURI; EM AÇO CARBONO N.º 15; ESTERIL; COM PERFEITO ACABAMENTO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS; COM LAUDO			
200	1200	UNID	LAMINA DE BISTURI; EM AÇO CARBONO N.º 21; ESTERIL; COM PERFEITO ACABAMENTO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS; COM LAUDO			
201	500	UNID	LAMINA DE BISTURI; EM AÇO CARBONO N.º 10; ESTERIL; COM PERFEITO ACABAMENTO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS; COM LAUDO			
202	2400	UNID	LAMINA BISTURI N.11			
203	6000	PAR	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, PAR, ANATÔMICA, ANTIALÉR-GICA, COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 28 cm, PUNHO AJUSTÁVEL, C/ BAINHA, LÁTEX ÍNTEGRO E UNIFORME (SEM PARTES ESCURECIDAS), LUBRIFICAÇÃO C/ PÓ			



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

			BIO-ABSORVENTE, ATÓXICO, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO NO PUNHO EM TINT (7,5).			
204	3600	PAR	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, PAR, ANATÔMICA, ANTIALÉR-GICA, COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 28 cm, PUNHO AJUSTÁVEL, C/ BAINHA, LÁTEX ÍNTEGRO E UNIFORME (SEM PARTES ESCURECIDAS), LUBRIFICAÇÃO C/ PÓ BIO-ABSORVENTE, ATÓXICO, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO NO PUNHO EM TINT (8,0).			
205	600	PAR	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, PAR, ANATÔMICA, ANTIALÉR-GICA, COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 28 cm, PUNHO AJUSTÁVEL, C/ BAINHA, LÁTEX ÍNTEGRO E UNIFORME (SEM PARTES ESCURECIDAS), LUBRIFICAÇÃO C/ PÓ BIO-ABSORVENTE, ATÓXICO, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO NO PUNHO EM TINT (8,5).			
206	8400	PAR	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, PAR, ANATÔMICA, ANTIALÉR-GICA, COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 28 cm, PUNHO AJUSTÁVEL, C/ BAINHA, LÁTEX ÍNTEGRO E UNIFORME (SEM PARTES ESCURECIDAS), LUBRIFICAÇÃO C/ PÓ BIO-ABSORVENTE, ATÓXICO, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO NO PUNHO EM TINT (7,0).			
207	2400	UNID	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, PAR, ANATÔMICA, ANTIALÉR-GICA, COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 28 cm, PUNHO AJUSTÁVEL, C/ BAINHA, LÁTEX ÍNTEGRO E UNIFORME (SEM PARTES ESCURECIDAS), LUBRIFICAÇÃO C/ PÓ BIO-ABSORVENTE, ATÓXICO, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO NO PUNHO EM TINT (6,5)			
208	850	CX	LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRÍLICAS DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉREIS, SEM PÓ, TEXTURIZADAS, AMBIDESTRAS. CAIXA COM 100 UNIDADES. TAMANHO P			
209	4400	CX	LUVAS DE PROCEDIMENTO N NITRÍLICA DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, SEM PÓ,			



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

			TEXTURIZADAS, AMBIDESTRAS. CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO M .			
210	120	PCT	LUVA DESCARTÁVEL EM POLIETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE PCT C/ 100 UNIDADES.			
211	240	UNID	LIGA CLIP TITANIO REF: LT300 CX COM 18 UNI			
212	300	UNID	LAMINA MICROSCOPIO FOSCA C/50			
213	30	UNID	LAMINA SHAVER ARTROSCOPIA TAMANHO A ESCOLHER			
214	1632	UNID	MEIO DE CULTURA; PARA UREASE; ENSAIO DETERMINACAO DE ENZIMA PRODUZIDA H.PYLORI; COM MEIO DE CULTURA PRÓPRIO; PARA UREASE; ACONDICIONADO EM CAIXA; COM TUBOS; MEIO COM SOLUCAO ARMAZENADA E CONSERVADA DE 2° A 8°C; DE ACORDO COM NORMAS TECNICAS VIGENTES; ACONDICIONADO EM CAIXA COM FRASCOS; ROTULO COM DATA DE FABRICACAO, Nº DE LOTE, CONCENTRACAO NO RÓTULO, VALIDADE E PROCEDENCIA, COM VIRAGEM EM ATÉ 30 MINUTOS.			
215	40	UNID	MICRONEBULIZADOR, PVC P/ AR COMPRIMIDO TAMANHO ADULTO, CAPACIDADE 20 ML APROX., CONFECCIONADO EM POVINIL, COM COPO NEBULIZADOR, MASCARA TAMANHO ADULTO E CHICOTE, EXTENSÃO MINIMO DE 1,50M, ADAPTÁVEL A REDE DE AR COMPRIMIDO.			
216	40	UNID	MICRONEBULIZADOR, PVC P/ OXIGENIO TAMANHO ADULTO, CAPACIDADE 20 ML APROX., CONFECCIONADO EM POVINIL, COM COPO NEBULIZADOR, MASCARA TAMANHO ADULTO E CHICOTE, EXTENSÃO MINIMO DE 1,50M, ADAPTÁVEL A REDE DE OXIGENIO;			
217	60	UNID	MALHA TUBULAR, DE FIOS DE ALGODÃO, TIPO PUNHO SIMPLES COM ELASTICIDADE			



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

			ADEQUADA, ISENTA DE DEFEITOS, EM ROLO, TAMANHO: 6 CM X 15 M.			
218	40	UNID	MALHA TUBULAR DE FIOS DE ALGODÃO, TIPO PUNHO SIMPLES COM ELASTICIDADE ADEQUADA, ISENTA DE DEFEITOS, EM ROLO, 10 CM X 15M			
219	10	UNID	MALHA TUBULAR DE FIOS DE ALGODÃO, TIPO PUNHO SIMPLES COM ELASTICIDADE ADEQUADA, ISENTA DE DEFEITOS, EM ROLO, 08CM X 15M			
220	15	UNID	MALHA TUBULAR DE FIOS DE ALGODÃO, TIPO PUNHO SIMPLES COM ELASTICIDADE ADEQUADA, ISENTA DE DEFEITOS, EM ROLO, 12CM X 15M			
221	10	UNID	MALHA TUBULAR DE FIOS DE ALGODÃO, TIPO PUNHO SIMPLES COM ELASTICIDADE ADEQUADA, ISENTA DE DEFEITOS, EM ROLO, 20CM X 15M			
222	30	CX	MASCARA DESCARTAVEL RETANGULAR C/ ELASTICO, 100% POLIPROPILENO, HIPOALÉRGICA, CONFECCIONADA EM RAYON, COM FILTRO BACTERIOLÓGICO, GRAMPO DE FIXAÇÃO NASAL MALEÁVEL E RESISTENTE, MÍNIMO DE 3 PREGAS, GRAMATURA MÍNIMA DE 30 gr. CAIXA C/ 50 UNIDADES			
223	120	PCT	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL RETANGULAR, HIPOALÉRGICA, CONFECCIONADA EM RAYON, COM FILTRO BACTERIOLÓGICO, GRAMPO DE FIXAÇÃO NASAL MALEÁVEL E RESISTENTE, MÍNIMO DE 3 PREGAS, TIRAS LONGAS NAS 4 ARESTAS, GRAMATURA MÍNIMA DE 30 GR PACOTE C/ 100 UNIDADES.			
224	12	UNID	MASCARA VENTURI ADULTO			
225	06	UNID	MASCARA VENTURI INFANTIL			
226	60	UNID	MASCARA DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL; CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO MOLDADO			



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

			EM FIBRAS SINTÉTICAS POR UM PROCESSO SEM RESINA NA PARTE INTERNA; COM MEIO FILTRANTE COMPOSTAS POR MICRO FIBRAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE, CLASSIFICAÇÃO N95; COM A PARTE EXTERNA COMPOSTA POR UM NÃO TECIDO TRATADO COM MATERIAL PARA NÃO ABSORÇÃO DE FLUIDOS LÍQUIDOS; QUE 02 BANDAS DE ELÁSTICO, 01 TIRA DE ESPUMA E 01 GRAMPO DE AJUSTE NASAL PARA PERFEITA ADAPTAÇÃO A FACE; USO EM AMBIENTE COM RISCO PARA TUBERCULOSE, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ATENDER PLENAMENTE A NORMA NBR 13698; APRESENTAÇÃO EM MATERIAL QUE GARANTA A PERFEITA INTEGRIDADE DO PRODUTO,; ROTULAGEM RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, E COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO			
227	20	UNID	MANGUITO LATEX ADULTO PARA APARELHO DE PRESSÃO			
228	10	UNID	MANGUITO LATEX ADULTO PARA APARELHO DE PRESSÃO			
229	30	UNID	OCULOS CIRURGICO DE PROTECAO; EM MATERIAL ACRILICO OU SIMILAR, ARMACAO DE BORRACHA FLEXIVEL E LENTE DE POLICARBONATO; COM AJUSTE PERFEITO, COM VENTILACAO E HASTES; EMBALADO EM INDIVIDUAL; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE			
230	250	UNID	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MÃE/FILHO, EM PLÁSTICO MACIO E RESISTENTE NA COR BRANCA, ANTIALÉRGICO, QUE PERMITA O USO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, LACRE INVIOLÁVEL EM PLÁSTICO MACIO E RESISTENTE, COM 11 PONTOS DE REGULAGEM.			



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

231	3200	UNID	PONTA PARA SUGADOR DE PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE.			
232	25	PCT	PAPEL MILIMETRADO PARA ELETROCARDIOGRAFO, TIPO FORMULARIO CONTINUO, COMPATIVEL COM DIXTAL EP3. PACOTE C/ 100 FOLHAS			
233	10	PCT	PAPEL; TIPO TERMOSENSIVEL; PARA CARDIOTOCOGRAFO; MEDINDO 160 mm X 120 mm X 24 m COM 250 FOLHAS,; COMPATIVEL COM BISTOS BT 300			
234	24	UNID	PLACA HIDROCOLÓIDE REGULAR 20X20CM - CURATIVO ADESIVO HIDROCOLÓIDE COM FORMULA DE CONTROLE EM GEL. OS HIDROCOLÓIDES (CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, PECTINA E GELATINA) CONTIDOS DENTRO DA MATRIZ DE POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS AUMENTAM A CAPACIDADE DE CONTER O EXSUDATO FORMANDO UM GEL COESIVO E SOBRE ESTA CONTER UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO. CARACTERÍSTICAS: ATUAR COMO BARREIRA PROTETORA; EVITAR A PASSAGEM DE BACTÉRIAS, VÍRUS (INCLUINDO O HIV-1) E OUTRAS CONTAMINAÇÕES EXTERNAS ENQUANTO O CURATIVO PERMANECER ÍNTEGRO; ADESIVO; FÓRMULA DE CONTROLE EM GEL; ESTÉRIL; PRODUTO DE USO ÚNICO; PODE SER UTILIZADO DURANTE ATÉ 7 DIAS.			
235	24	UNID	PLACA HIDROCOLÓIDE FINA 20X20CM - CURATIVO ADESIVO HIDROCOLÓIDE COM FORMULA DE CONTROLE EM GEL. OS HIDROCOLÓIDES (CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, PECTINA E GELATINA) CONTIDOS DENTRO DA MATRIZ DE POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS AUMENTAM A CAPACIDADE DE CONTER O EXSUDATO FORMANDO UM GEL COESIVO E SOBRE ESTA UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO. CARACTERÍSTICAS: ATUAR COMO BARREIRA PROTETORA; EVITAR A PASSAGEM DE BACTÉRIAS, VÍRUS (INCLUINDO O HIV-1) E OUTRAS CONTAMINAÇÕES EXTERNAS ENQUANTO O CURATIVO PERMANECER ÍNTEGRO; ADESIVO; FÓRMULA DE CONTROLE EM GEL; ESTÉRIL; PRODUTO DE USO ÚNICO; PODE SER UTILIZADO DURANTE ATÉ 7 DIAS.			
236	24	UNID	PLACA HIDROCOLÓIDE EXTRA FINA 20X20CM - CURATIVO ADESIVO HIDROCOLÓIDE EXTRA			



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

			<p>FINO COM FORMULA DE CONTROLE EM GEL. OS HIDROCOLÓIDES (CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, PECTINA E GELATINA) CONTIDOS DENTRO DA MATRIZ DE POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS QUE AUMENTAM A CAPACIDADE DE CONTER O EXSUDATO FORMANDO UM GEL COESIVO E SOBRE ESTA HÁ UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO.</p> <p>CARACTERÍSTICAS: EXTRA FINO; ATUAR COMO BARREIRA PROTETORA; EVITAR A PASSAGEM DE BACTÉRIAS, VÍRUS (INCLUINDO O HIV-1) E OUTRAS CONTAMINAÇÕES EXTERNAS ENQUANTO O CURATIVO PERMANECER ÍNTEGRO; ADESIVO; FÓRMULA DE CONTROLE EM GEL; ESTÉRIL; PRODUTO DE USO ÚNICO; PODE SER UTILIZADO DURANTE ATÉ 7 DIAS; VERSO TRANSPARENTE MELHORA O POSICIONAMENTO DO CURATIVO E O MONITORAMENTO DA FERIDA; FÁCEIS DE UTILIZAR, MOLDAR E PODEM SER CORTADOS PARA ASSUMIR O FORMATO DE ÁREAS DIFÍCEIS.</p>			
237	24	UNID	<p>CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA ESTÉRIL - COMPOSTO POR UMA CAMADA DE TECIDO DE CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA INSERIDO EM UM ENVOLTÓRIO DE NÃO TECIDO COM BORDA SELADA EM TODA SUA EXTENSÃO, FORMANDO UM SACHÊ. A CAMADA DE CARVÃO ATIVADO ABSORVE AS BACTÉRIAS, REMOVENDO-AS EFICAZMENTE DO LEITO DA LESÃO, RESULTANDO EM UM EFETIVO CONTROLE DA INFECÇÃO E DO ODORE EM FERIDAS COM MAU CHEIRO. TAMANHOS: 10,5 CM X 10,5 CM;</p>			
238	24	UNID	<p>CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA ESTÉRIL - COMPOSTO POR UMA CAMADA DE TECIDO DE CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA INSERIDO EM UM ENVOLTÓRIO DE NÃO TECIDO COM BORDA SELADA EM TODA SUA EXTENSÃO, FORMANDO UM SACHÊ. A CAMADA DE CARVÃO ATIVADO ABSORVE AS BACTÉRIAS, REMOVENDO-AS EFICAZMENTE DO LEITO DA LESÃO, RESULTANDO EM UM EFETIVO CONTROLE DA INFECÇÃO E DO ODORE EM FERIDAS COM MAU CHEIRO. TAMANHO 10 CM X 20 CM;</p>			
239	24	UNID	<p>CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA ESTÉRIL - COMPOSTO POR UMA CAMADA DE TECIDO DE CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA INSERIDO EM UM ENVOLTÓRIO</p>			



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

			DE NÃO TECIDO COM BORDA SELADA EM TODA SUA EXTENSÃO, FORMANDO UM SACHÊ. A CAMADA DE CARVÃO ATIVADO ABSORVE AS BACTÉRIAS, REMOVENDO-AS EFICAZMENTE DO LEITO DA LESÃO, RESULTANDO EM UM EFETIVO CONTROLE DA INFECÇÃO E DO ODOR EM FERIDAS COM MAU CHEIRO.TAMANHOS:6,5 CM X 9,5 CM			
240	06	UNID	PAPEL MILIMETRADO PARA DESFIBRILADOR 80MM			
241	06	UNID	PA ADESIVA ADULTA PARA DESFIBRILADOR REF: 989803158211			
242	150	FRS	P.V.P.I. TÓPICO, SOLUÇÃO DE POLIVINILPIRROLIDONA COM 1% DE IODO ATIVO, SOLUÇÃO AQUOSA DE USO TÓPICO – FRASCO ESCURO COM 1 LITRO.			
243	60	FRS	P.V.P.I. TINTURA, SOLUÇÃO DE POLIVINILPIRROLIDONA COM 1% DE IODO ATIVO, SOLUÇÃO AQUOSA DE USO TÓPICO – FRASCO ESCURO COM 1 LITRO.			
244	100	FRS	P.V.P.I. DEGERMANTE, SOLUÇÃO DE POLIVINILPIRROLIDONA COM 1% DE IODO ATIVO, SOLUÇÃO AQUOSA DE USO TÓPICO – FRASCO ESCURO COM 1 LITRO.			
245	50	UNID	PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE			
246	7000	UNID	PROTETOR PARA CONE LUER FEMEA			
247	50	UNID	“PROTESE PARA ESTAPEDECTOMIA”; EM TEFLON MED. 0,4 MM DE DIAMETRO EXTERNO E 0,6 MM DE DIAMETRO INTERNO E COMPRIMENTO, ESTERIL; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME PLASTICO			
248	30	UNID	PERA LATEX P/ APARELHO DE PRESSÃO			
249	700	UNID	PORTA LAMINA COM ROSCA			
250	06	UNID	PA ADESIVA ADULTA PARA DESFIBRILADOR REF: 989803158211			



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

251	50	UNID	PAPEL TERMOSENSIVEL P/ ECOGRAFO OFTALMO UPP 110HG 100MM X 18M			
252	20	UNID	PAPAGAIO INOX; EM AÇO INOX; FORMATO ANATÔMICO; SEM GRADUAÇÃO, COM ALÇA; DE FACIL LIMPEZA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.			
253	02	UNID	“REANIMADOR MANUAL”; INFANTIL, COM BALAO AUTO-INFLAVEL, SEM EMENDAS; COM VALVULA UNIDIRECIONAL; C/CONECTOR DA VALVULA DE ENTRADA DE OXIGENIO (RESIDENTE) E AJUSTAVEL AO LATEX E OU TUBO DE PVC N.204; VALVULA DE SEGURANCA PARA PRESSOES QUE EXCEDAM 30A 40 CM DE AGUA; PERMITIR ADAPTACAO DE MASCARA FACIAL EM TAMANHOS DIFERENTES			
254	04	UNID	“REANIMADOR MANUAL”; ADULTO, COM BALAO AUTO-INFLAVEL, SEM EMENDAS; COM CAPACIDADE DE INSUFLAR VOLUMES DE AR CORRENTES DE ATE 1000 ml, COM VALVULA UNIDIRECIONAL; C/CONECTOR DA VALVULA DE ENTRADA DE OXIGENIO (RESIDENTE) E AJUSTAVEL AO LATEX E OU TUBO DE PVC N.204; VALVULA DE SEGURANCA PARA PRESSOES QUE EXCEDAM 30A 40 CM DE AGUA; PERMITIR ADAPTACAO DE MASCARA FACIAL EM TAMANHOS DIFERENTES			
255	15	UNID	SISTEMA DE DRENAGEM FECHADO (SUCÇÃO), ESTÉRIL, COM AGULHA 6.4 MM / ¼”.			
256	25	UNID	SISTEMA DE DRENAGEM FECHADO (SUCÇÃO), ESTÉRIL, COM AGULHA 4.8 MM /3/16”.			
257	10	UNID	SISTEMA DE DRENAGEM FECHADO (SUCÇÃO), ESTÉRIL, COM AGULHA 3.2 mm/1/8.			

**HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA**

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

258	700	UNID	SCALP TIPO BORBOLETA BISEL CURTO, TRIFACETADO, CÂNULA DE AÇO INOX, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, ASA LEVE FLEXÍVEL, TUBO EM PVC CRISTAL FLEXÍVEL, CONECTOR LUER C/ TAMPA PROTETORA, CÔNICO RÍGIDO, BAINHA PLÁSTICA, ATÓXICA, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, CAL. 25G.			
259	1500	UNID	SCALP TIPO BORBOLETA BISEL CURTO, TRIFACETADO, CÂNULA DE AÇO INOX, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, ASA LEVE FLEXÍVEL, TUBO EM PVC CRISTAL FLEXÍVEL, CONECTOR LUER C/ TAMPA PROTETORA, CÔNICO RÍGIDO, BAINHA PLÁSTICA, ATÓXICA, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, CAL. 23G.			
260	3000	UNID	SCALP TIPO BORBOLETA BISEL CURTO, TRIFACETADO, CÂNULA DE AÇO INOX, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, ASA LEVE FLEXÍVEL, TUBO EM PVC CRISTAL FLEXÍVEL, CONECTOR LUER C/ TAMPA PROTETORA, CÔNICO RÍGIDO, BAINHA PLÁSTICA, ATÓXICA, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, CAL. 21G.			
261	100	UNID	SCALP TIPO BORBOLETA BISEL CURTO, TRIFACETADO, CÂNULA DE AÇO INOX, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, ASA LEVE FLEXÍVEL, TUBO EM PVC CRISTAL FLEXÍVEL, CONECTOR LUER C/ TAMPA PROTETORA, CÔNICO RÍGIDO, BAINHA PLÁSTICA, ATÓXICA, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, CAL. 27G.			
262	50	UNID	SCALP TIPO BORBOLETA BISEL CURTO, TRIFACETADO, CÂNULA DE AÇO INOX, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, ASA LEVE FLEXÍVEL, TUBO EM PVC CRISTAL FLEXÍVEL, CONECTOR LUER C/ TAMPA PROTETORA, CÔNICO RÍGIDO, BAINHA PLÁSTICA, ATÓXICA, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, CAL. 19G.			



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

263	8000	UNID	SERINGA DESCARTÁVEL, COM CILINDRO TRANSPARENTE, SILICONIZADA, ESCALA P/ PEQUENOS E MÉDIOS VOLUMES, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, ROLHA DE BORRACHA EXTERNA PROXIMA DO ÊMBOLO, ANEL DE RETENÇÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, 1 ML, COM AGULHA.			
264	10.000	UNID	SERINGA DESCARTÁVEL, SEM AGULHA, COM CILINDRO TRANSPARENTE, SILICONIZADA, ESCALA P/ PEQUENOS E MÉDIOS VOLUMES, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, ROLHA DE BORRACHA EXTERNA PROXIMA DO ÊMBOLO, ANEL DE RETENÇÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, 3 ML.			
265	15000	UNID	SERINGA DESCARTÁVEL, SEM AGULHA, COM CILINDRO TRANSPARENTE, SILICONIZADA, ESCALA P/ PEQUENOS E MÉDIOS VOLUMES, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, ROLHA DE BORRACHA EXTERNA PROXIMA DO ÊMBOLO, ANEL DE RETENÇÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, 5 ML.			
266	42000	UNID	SERINGA DESCARTÁVEL, SEM AGULHA, COM CILINDRO TRANSPARENTE, SILICONIZADA, ESCALA P/ PEQUENOS E MÉDIOS VOLUMES, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, ROLHA DE BORRACHA EXTERNA PROXIMA DO ÊMBOLO, ANEL DE RETENÇÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, 10 ML.			
267	11000	UNID	SERINGA DESCARTÁVEL, SEM AGULHA, LUER LOOK, COM CILINDRO TRANSPARENTE, SILICONIZADA, ESCALA P/ PEQUENOS E MÉDIOS VOLUMES, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, ROLHA DE BORRACHA EXTERNA PROXIMA DO ÊMBOLO, ANEL DE RETENÇÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, 5 ML.			

**HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA**

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

268	14000	UNID	SERINGA DESCARTÁVEL, SEM AGULHA, COM CILINDRO TRANSPARENTE, SILICONIZADA, ESCALA P/ PEQUENOS E MÉDIOS VOLUMES, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, ROLHA DE BORRACHA EXTERNA PROXIMA DO ÊMBOLO, ANEL DE RETENÇÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, 20 ML.			
269	700	UNID	SERINGA DESCARTAVEL 60ML SLIP			
270	80	UNID	SERINGA DESCARTAVEL 60ML LUER LOCK			
271	700	UNID	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, ESTI-CADA, EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, EQUIDISTANTES À EXTREMIDADE, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TAM 14.			
272	200	UNID	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, ESTI-CADA, EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, EQUIDISTANTES À EXTREMIDADE, 1ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TAM 08.			
273	100	UNID	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, ESTI-CADA, EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, EQUIDISTANTES À EXTREMIDADE, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TAM 06.			
274	60	UNID	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, ESTI-CADA, EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, EQUIDISTANTES À EXTREMIDADE, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TAM 10			
275	250	UNID	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, ESTI-CADA, EM PVC FLEXÍVEL,			



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

			ATÓXICO, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, EQUIDISTANTES À EXTREMIDADE, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TAM 12.			
276	800	UNID	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, ESTICADA, EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, EQUIDISTANTES À EXTREMIDADE, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TAM 16			
277	100	UNID	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, ESTICADA, EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, EQUIDISTANTES À EXTREMIDADE, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TAM 18			
278	20	UNID	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, ESTICADA, EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, EQUIDISTANTES À EXTREMIDADE, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TAM 20			
279	20	UNID	SONDA FOLEY FABRICADA EM LATEX, TOTALMENTE SILICONIZADA BALÃO 10/20 ML 2 VIAS NR 10			
280	10	UNID	SONDA FOLEY FABRICADA EM LATEX, TOTALMENTE SILICONIZADA BALÃO 10/20 ML 2 VIAS NR 12			
281	600	UNID	SONDA FOLEY FABRICADA EM LATEX, TOTALMENTE SILICONIZADA BALÃO 10/20 ML 2 VIAS NR 16.			
282	200	UNID	SONDA FOLEY FABRICADA EM LATEX, TOTALMENTE SILICONIZADA BALÃO 10/20 ML 2 VIAS NR 14.			



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

283	100	UNID	SONDA FOLEY FABRICADA EM LATEX, TOTALMENTE SILICONIZADA BALÃO 10/20 ML 2 VIAS NR 18.			
284	10	UNID	SONDA FOLEY FABRICADA EM LATEX, TOTALMENTE SILICONIZADA BALÃO 10/20 ML 3 VIAS NR 16.			
285	10	UNID	SONDA FOLEY FABRICADA EM LATEX, TOTALMENTE SILICONIZADA BALÃO 10/20 ML 3 VIAS NR 14.			
286	10	UNID	SONDA FOLEY FABRICADA EM LATEX, TOTALMENTE SILICONIZADA BALÃO 10/20 ML 3 VIAS NR 18.			
287	05	UNID	SONDA NASAL PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM FORMATO ANATÔMICO EM LÁTEX FLEXÍVEL COM GUIA METÁLICO N.º 08			
288	200	UNID	SONDA NASAL PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM FORMATO ANATÔMICO EM LÁTEX FLEXÍVEL COM GUIA METÁLICO N.º 12.			
289	06	UNID	SONDA NASAL PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM FORMATO ANATÔMICO EM LÁTEX FLEXÍVEL COM GUIA METÁLICO N.º 10.			
290	20	UNID	SONDA GÁSTRICA Nº 04			
291	20	UNID	SONDA GÁSTRICA Nº 06			
292	20	UNID	SONDA GÁSTRICA Nº 08			
293	20	UNID	SONDA GÁSTRICA Nº 10			
294	30	UNID	SONDA GÁSTRICA Nº 12			
295	30	UNID	SONDA GÁSTRICA Nº 14			
296	50	UNID	SONDA GÁSTRICA Nº 16			
297	200	UNID	SONDA GÁSTRICA Nº 18			



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

298	10	UNID	SONDA GASTRICA Nº 20			
299	30	UNID	SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, APIROGENICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 04; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER ALEGISLACAO ATUAL VIGENTE			
300	50	UNID	SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, APIROGENICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 08; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER ALEGISLACAO ATUAL VIGENTE.			
301	20	UNID	SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, APIROGENICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 06; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER ALEGISLACAO ATUAL VIGENTE .			
302	360	UNID	SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, APIROGENICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 12; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM			



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

			MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.			
303	30	UNID	SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, APIROGENICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 14; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.			
304	20	UNID	SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, APIROGENICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 06; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.			
305	20	UNID	SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, APIROGENICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 16; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.			
306	30	UNID	SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, APIROGENICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE;			

**HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA**

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

			COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 18; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.			
307	05	UNID	SONDA RETAL N.10			
308	05	UNID	SONDA RETAL N.12			
309	05	UNID	SONDA RETAL N.14			
310	05	UNID	SONDA RETAL N.16			
311	05	UNID	SONDA RETAL N.20			
312	05	UNID	SONDA RETAL N.30			
313	20	UNID	SUPORE COLETOR PERFUROCOTANTE 13LTS			
314	40	UNID	SALTO ORTOPÉDICO DE BORRACHA M.			
315	30	UNID	SALTO ORTOPÉDICO DE BORRACHA P.			
316	30	UNID	SALTO ORTOPÉDICO DE BORRACHA G.			
317	200	PCT	TOUCA DESCARTAVEL PCT C/ 100 UNIDADES			
318	08	FRS	TINTURA DE BENJOIM, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 100%, FORMAFARMACEUTICA TINTURA; FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO 1 LITRO, VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, VIA DE ADMINISTRAÇÃO TÓPICA.			
319	130	UNID	TUBO DE VENTILAÇÃO REF 1021			
320	10	UNID	TUBO DE VENTILAÇÃO REF 1026			
321	60	UNID	TALA DE ALUMINIO MEDIA 19X 180MM			

**HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA**

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

322	10	UNID	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL			
323	144	TUBO	TIRA REAGENTE DESCARTÁVEL PARA COLETA DE AMOSTRA DE SANGUE POR ABSORÇÃO FORA DO APARELHO DESTINADA À MEDIÇÃO DE GLICEMIA EM APARELHO PORTÁTIL ESPECÍFICO, COM FAIXA DE MEDIÇÃO ENTRE 10 A 600 MG/DL, E QUE PODEM SER USADAS PARA TESTAR AMOSTRAS DE SANGUE CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL E NEONATAL EM QUANTIDADE IGUAL OU INFERIOR A 02 MICROLITROS, QUE ACEITE APENAS MG/dl COMO UNIDADE DE MEDIDA E TEMPO DE LEITURA MAXIMO DE 10 SEGUNDOS TUBO C/ 50 TIRAS. ACOMPANHA 01 APARELHO PARA CADA 04 TUBOS APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO, EMITIDO PELA ANVISA.			
324	25	UNID	TELA CIRÚRGICA SINTÉTICA, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, 100% POLYPROPYLENO, COM 0,5 MM DE ESPESSURA E TAM - 26 CM X 36 CM.			
325	100	UNID	TELA CIRÚRGICA SINTÉTICA, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, 100% POLYPROPYLENO, COM 0,5 MM DE ESPESSURA E TAM - 06 CM X 12 CM.			
326	12	UNID	TERMOMETRO DIGITAL PARA AMBIENTE MAXIMO/MINIMO			
327	12	UNID	TOMADA DUPLA 02 EM Y			
328	20	UNID	TUBO DE SILICONE N.º 204 C/ 15 METROS.			
329	70	UNID	UMIDIFICADOR			
330	15	UNID	VALVULA PARA APARELHO DE PRESSÃO			
331	60	UNID	VASELINA LIQUIDA, CONCENTRADA, FRASCO COM 1000 ML, INCOLOR, INODORA E INSIPIDA,			



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

			ISENTA DE RESÍDUOS E IMPUREZAS, EM EMBALAGEM RESISTENTE E SEGURA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.			
332	25	UNID	AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUIANESTESIA, BISEL TIPO EPIDURAL, MANDRIL DE ENCAIXE ANATÔMICO COM DEPRESSÕES DIGITAIS, ACOMPANHA MANDRIL COM DENTE 339DETRAVAGEM PARA ENCAIXE DO CANHÃO NA AGULHA, CODIFICADO POR CORES- SPINOCAN - 16G 3-1/2			
333	25	UNID	AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUIANESTESIA, BISEL TIPO WRITACRE, MANDRIL DE ENCAIXE ANATÔMICO COM DEPRESSÕES DIGITAIS, ACOMPANHA MANDRIL COM DENTE DETRAVAGEM PARA ENCAIXE DO CANHÃO NA AGULHA, CODIFICADO POR CORES- SPINOCAN - 19G 0,90MM			
334	10	UNID	COLCHÃO PARA MACA HOSPITALAR EM ESPUMA COMPACTA DE POLIURETANO, DENSIDADE 23, REVESTIDO EM COURVIM AZUL, COSTURAS PARALELAS INTERNAS, REFORÇADAS, SEM ZIPER, COM 4 ILHEOS PARA VENTILAÇÃO, MEDINDO 1,80X60X05			
335	10	UNID	COLCHÃO PARA BERÇO HOSPITALAR EM ESPUMA COMPACTA DE POLIURETANO, DENSIDADE 28, REVESTIDO EM COURVIM AZUL, COSTURAS PARALELAS INTERNAS, REFORÇADAS, SEM ZIPER, COM 4 ILHEOS PARA VENTILAÇÃO, MEDINDO 1,50X0,70			
336	60	UNID	CUBA REDONDA INOX 220ML 09X5,5CM			
337	60	UNID	CUBA REDONDA INOX 500ML 13,5X5CM			
338	45	UNID	TALA IMOBILIZADORA METÁLICA DE ALUMÍNIO COM ESPUMA / TALA ORTOPÉDICA 16MMx 1METRO			

**HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA**

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

339		UNID	AGULHA SUTURA G 00 C/12			
340	01	UNID	AGULHA SUTURA G-04 C/12			
341	01	UNID	AGULHA SUTURA G-05 C/12			
342	01	UNID	AGULHA SUTURA G-10C/12			
343	01	UNID	AGULHA SUTURA PB-00 C/12			
344	01	UNID	AGULHA SUTURA PB-03 C/12			
345	01	UNID	AGULHA SUTURA PB-09 C/12			
346	01	UNID	AGULHA SUTURA B-07 C/12			
347	01	UNID	AGULHA SUTURA B-10 C/12			
348	300	UNID	TUBO PARA COLETA DE SANGUE 3,5ML TIPO VACUTAINER AMARELO			
349	20	UNID	CABO BIPOLAR PARA PINÇA PADRÃO EUROPEU (WEM), 3 METROS, REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, CONECTORES INDEPENDENTES Ø 3,97 MM PARA CONEXÃO EM APARELHOS WEN BC-12			
350	20	UNID	CANETA COMANDO POR PEDAL, REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, CABO FIXO/CONECTOR ISOLADO Ø 3,97 MM PARA CONEXÃO EM APARELHOS WEM			
351	20	UNID	CANETA COMANDO POR PEDAL, REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, CABO FIXO/CONECTOR PINO BANANA Ø 3,97 MM PARA CONEXÃO EM APARELHOS WEM			
352	20	UNID	CANETA COMANDO MANUAL, REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, COM CABO FIXO/ CONECTOR 3 PINOS, ACOMPANHA OU NÃO ELETRODO PARA CONEXÃO EM APARELHOS WEM – E2100			
353	20	UNID	ELETRODO MÉDICO, PONTEIRA PARA CAUTÉRIO MONOPOLAR, REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 75 MM, PONTA RETA TIPO FACA			
354	20	UNID	ELETRODO MÉDICO, PONTEIRA PARA CAUTÉRIO MONOPOLAR, REUTILIZÁVEL,			



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

			AUTOCLAVÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 75 MM, PONTA CURVA TIPO FACA 45°			
355	20	UNID	PINÇAS BIPOLAR BAIONETA, REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM COM PONTA RETA 1,2 MM PARA CONEXÃO EM APARELHOS WEN			
356	20	UNID	PINÇA BIPOLAR BARONETA REUTILIZAVEL AUTOCLAVAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 12 CM COM PONTA CURVA 0,5MM PARA CONEXAO EM APARELHO WEN			
357	50	ROLO	ROLO DE FITA PARA IDENTIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO, PRÓPRIAS PARA ESTERILIZAÇÃO, TAMANHO 6.35 MM X 7.62 METROS APROXIMADAMENTE, NAS CORES SÓLIDAS: VERMELHA, AMARELA, AZUL, VERDE, LARANJA, MARROM, ROXO, PRETO E BRANCO			
358	10	LITRO	FORMOL			
359	06	UNID	FRASCO COLETOR 2,5 LITROS C/ TAMPA			
360	12	GALÃO	GEL CONDUTOR AZUL GALÃO 5 LITROS			
361	200	UNID	LANCETA P/ EXAME DE GLICEMIA, COM DISPARO AUTOMÁTICO, 21G X 1.8MM			
362	50	PAR	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, PAR, ANATÔMICA, ANTIALÉR-GICA, COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 28 CM, PUNHO AJUSTÁVEL, C/ BAINHA, LÁTEX ÍNTEGRO E UNIFORME (SEM PARTES ESCURECIDAS), LUBRIFICAÇÃO: S/ PÓ, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO NO PUNHO EM TINT (7,0).			
363	10	UNID	MASCARA FACIAL SILICONE			
364	10	UNID	MÁSCARA LARÍNGEA, REUTILIZÁVEL AUTOCLAVÁVEL, FABRICADA EM SILICONE NO TAMANHO Nº 1.5, 5-10KGS			

**HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA**

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

365	10	UNID	MÁSCARA LARÍNGEA, REUTILIZÁVEL AUTOCLAVÁVEL, FABRICADA EM SILICONE NO TAMANHO Nº 2.5, 20-30KGS			
366	20	UNID	ROMPEDOR DE MEMBRANA AMNIOTICA, EMBALAGEM ÚNICA ESTÉRIL USO ÚNICO.			
367	40	PACOTE	TUBO LATEX N. 204 C/ 15METROS			
368	10	PACOTE	TUBO PLASTICO PVC PARA MOLDE PACOTE C/ 100 UNIDADES			
369	300	CX	LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRÍLICAS DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉREIS, SEM PÓ, TEXTURIZADAS, AMBIDESTRAS. CAIXA COM 100 UNIDADES NO TAMANHO G.			
370	20	CX	LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRÍLICAS DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉREIS, SEM PÓ, TEXTURIZADAS, AMBIDESTRAS. CAIXA COM 100 UNIDADES NO TAMANHO PP.			
371	160	UNI	COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR EM ESPUMA COMPACTA DE POLIURETANO, DENSIDADE 33, REVESTIDO EM COURVIM AZUL, COSTURAS PARALELAS INTERNAS, REFORÇADAS, SEM ZIPER, COM 4 ILHEOS PARA VENTILAÇÃO, MEDINDO 1,90X86X13CM;			
372	50	UNI	COLCHÃO CAIXA DE OVO, FORRAÇÃO ORTOPEDICA INFLAVEL, MEDINDO 1,90X 0.90 EM PVC. SUPORTAR ATE 120KG.			
373	02	UNI	“REANIMADOR MANUAL”; RECEM NASCIDO, COM BALAO AUTO-INFLAVEL, SEM EMENDAS; COM VALVULA UNIDIRECIONAL; C/CONECTOR DA VALVULA DE ENTRADA DE OXIGENIO (RESIDENTE) E AJUSTAVEL AO LATEX E OU TUBO DE PVC N.204; VALVULA DE SEGURANCA PARA PRESSOES QUE EXCEDAM 30A 40 CM DE AGUA; PERMITIR ADAPTACAO DE MASCARA FACIAL EM TAMANHOS DIFERENTES			

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA-

_____ (_____) dias



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

DADOS BANCÁRIOS DA PROPONENTE

Conta Corrente: _____

Agência: _____

Praça de Pagamento: _____

Local: _____

Data: ____/____/2018

Assinatura do representante legal da empresa

[_____]

carimbo CNPJ



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Anexo VII

Marcas Pré Aprovadas

DESCRIÇÃO	MARCAS
ACIDO PERACÉTICO A 0,2% E INIBIDOR DE CORROSÃO COM PH ENTRE 5.5 E 7,0; PRONTO PARA USO EM INSTRUMENTAIS, ENDOSCOPIOS; DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS CRITICOS, ATÓXICO, BIODEGRADÁVEL, ODOR AVINAGRADO, EM RECIPIENTE OPACO, DATA DE FABRICAÇÃO, FABRICANTE, Nº LOTE, FORMULA, VALDADE, REG NO MS, EMBALAGEM C/ 5 LITROS ACOMPANHA . TIRAS (2) INDICADORAS DE POTENCIA DA SOLUÇÃO EM USO, POR GALÃO.	Sterilefe / Pera -Tec Hosp BELL TYPE / RIOQUIMICA
AGUA OXIGENADA; CATEGORIA P.A., 10 VOLUMES; LIQUIDO LIMPIDO, INCOLOR, CORROSIVO; ACONDICIONADO EM FRASCO APROPRIADO AO PRODUTO; ROTULO COM DATA DE FABRICACAO/VALIDADE, NUMERO DE LOTE. 01 LITRO	DGL / VIC PHARMA/CICLO FARMA/TUPI/ PROLINK
ABAIXADOR DE LÍNGUA (ESPÁTULA DE MADEIRA), DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL LISO, SUPERFÍCIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, ESPESSURA E LARGURA UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 14 CM DE COMPRIMENTO; 1,4 CM DE LARGURA; 0,5 MM DE ESPESSURA. PACOTE COM 100 UNIDADES.	ESTILO THEOTO
ALCOOL ETILICO DE CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM A 70% EM GEL. ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 1 LITRO.	CICLO FARMA
ALCOOL 70% 1 LITRO.	TUPI / CICLOFARMA
AGULHA SUTURA G-06	PROCARE
AGULHA SUTURA G-08	PROCARE
AGULHA SUTURA G-09	PROCARE
AGULHA SUTURA G-11	PROCARE
AGULHA SUTURA G-12	PROCARE
AGULHA SUTURA G-13	PROCARE
AGULHA SUTURA PB-1	PROCARE
AGULHA SUTURA PB-2	PROCARE
AGULHA SUTURA PB-4	PROCARE
AGULHA SUTURA PB-5	PROCARE



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

AGULHA SUTURA PB-8	PROCARE
AGULHA SUTURA B-06	PROCARE
AGULHA SUTURA B-09	PROCARE
AGULHA SUTURA B-11	PROCARE
AGULHA SUTURA B-12	PROCARE
AGULHA SUTURA B-14	PROCARE
AGULHA SUTURA B-19	PROCARE
AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, CÂNULA DE AÇO INOX, SILICONIZADA, EMBALAGEM COM FILME TRANSPARENTE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO APIROGÊNICO, TAM 25 X 7,0 MM.	EMBRAMAC / INJEX BD / SOLIDOR / DESCARPACK SR
AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, CÂNULA DE AÇO INOX, SILICONIZADA, EMBALAGEM COM FILME TRANSPARENTE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO APIROGÊNICO, TAM 25 X 8,0 MM.	EMBRAMAC / SOLIDOR / INJEX / BD / DESCARPACK SR
AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, CÂNULA DE AÇO INOX, SILICONIZADA, EMBALAGEM COM FILME TRANSPARENTE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO APIROGÊNICO, TAM 30 X 7,0 MM.	DESCARPACK / EMBRAMAC MEDNEEDLE / INJEX / LABOR IMPORT / BD / SR
AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, CÂNULA DE AÇO INOX, SILICONIZADA, EMBALAGEM COM FILME TRANSPARENTE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO APIROGÊNICO, TAM 20 X 5,5 MM.	DESCARPACK / EMBRAMAC INJEX / BD / SR / NIPRO
AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, CÂNULA DE AÇO INOX, SILICONIZADA, EMBALAGEM COM FILME TRANSPARENTE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO APIROGÊNICO, TAM 13 X 4,5 MM.	EMBRAMAC / SOLIDOR INJEX / BD / DESCARPACK / SR
AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, CÂNULA DE AÇO INOX, SILICONIZADA, EMBALAGEM COM FILME TRANSPARENTE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO APIROGÊNICO, TAM 30 X 8,0 MM.	DESCARPACK / EMBRAMAC INJEX / BD / SR
AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, CÂNULA DE AÇO INOX, SILICONIZADA, EMBALAGEM COM FILME TRANSPARENTE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO APIROGÊNICO, TAM 40 X 12 MM	EMBRAMAC / INJEX / SOLIDOR / BD / DESCARPACK / SR / MEDNEEDLE
AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUIANESTESIA, BISEL TIPO QUINCKEL, MANDRIL DE ENCAIXE ANATÔMICO COM DEPRESSÕES DIGITAIS, ACOMPANHA MANDRIL COM DENTE DETRAVAGEM PARA ENCAIXE DO CANHÃO NA AGULHA, CODIFICADO POR CORES-SPINOCAN - 27G 3-1/2	BD
AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUIANESTESIA, BISEL TIPO QUINCKEL, MANDRIL DE ENCAIXE ANATÔMICO COM DEPRESSÕES DIGITAIS, ACOMPANHA MANDRIL COM DENTE	BD



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

DETRAVAGEM PARA ENCAIXE DO CANHÃO NA AGULHA, CODIFICADO POR CORES-SPINOCAN - 25G 3-1/2.	
AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUIANESTESIA, BISEL TIPO QUINCKEL, MANDRIL DE ENCAIXE ANATÔMICO COM DEPRESSÕES DIGITAIS, ACOMPANHA MANDRIL COM DENTE DETRAVAGEM PARA ENCAIXE DO CANHÃO NA AGULHA, CODIFICADO POR CORES-SPINOCAN - 22G 2-1/2.	BD
AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUIANESTESIA, BISEL TIPO QUINCKEL, MANDRIL DE ENCAIXE ANATÔMICO COM DEPRESSÕES DIGITAIS, ACOMPANHA MANDRIL COM DENTE DETRAVAGEM PARA ENCAIXE DO CANHÃO NA AGULHA, CODIFICADO POR CORES-SPINOCAN - 22G 7" PARA OBESO.	BD
ALGODÃO HIDRÓFILO, MANTAS UNIFORMES PURIFICADOS E ALVEJADOS, ISENTA DE QUAISQUER IMPUREZAS, BOA ABSORÇÃO E CAPACIDADE DE RETRAÇÃO, ENVOLVIDA E ENROLADA EM PAPEL RESISTENTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE – ROLO DE 500 GR.	NÉVEA /POLAR FIX /MEDI HOUSE/ RICIEX
ALMOFADA REDONDA ANTI ESCARA PARA AGUA, EM PVC, TAMANHO MEDIO.	PHOENIX
ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO, CONFECCIONADA EM MANTA DE ALGODÃO CRU, HIDRÓFOTO, COM CAMADA DE GOMA EM UMA DAS FACES, ENROLADO EM PAPEL RESISTENTE, TAM 15 CM X 1,0 M.	POLAR FIX / ORTHOPÉDIC UNITEX
ALMOTOLIA EM PLÁSTICO ATOXICO, AMBAR, FOTOSSENSIVEL, RESISTENTE A DESINFECÇÕES, QUEDAS; COMPOSTO POR CORPO ROSQUEADO A TAMPA E BICO PROTETOR. CAPACIDADE PARA 125 ml.	HITOPLAST
ALMOTOLIA EM PLÁSTICO ATOXICO, AMBAR, FOTOSSENSIVEL, RESISTENTE A DESINFECÇÕES, QUEDAS; COMPOSTO POR CORPO ROSQUEADO A TAMPA E BICO PROTETOR. CAPACIDADE PARA 250 ml.	HITOPLAST
ALMOTOLIA EM PLÁSTICO ATOXICO, AMBAR, FOTOSSENSIVEL, RESISTENTE A DESINFECÇÕES, QUEDAS; COMPOSTO POR CORPO ROSQUEADO A TAMPA E BICO PROTETOR. CAPACIDADE PARA 500 ml.	HITOPLAST
ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO, CONFECCIONADA EM MANTA DE ALGODÃO CRU, HIDRÓFOTO, COM CAMADA DE GOMA EM UMA DAS FACES, ENROLADO EM PAPEL RESISTENTE, TAM 20 CM X 1,0 M.	POLAR FIX / UNITEX
ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO, CONFECCIONADA EM MANTA DE ALGODÃO CRU, HIDRÓFOTO, COM CAMADA DE GOMA EM UMA DAS FACES, ENROLADO EM PAPEL RESISTENTE, TAM 10 CM X 1,0 M.	POLAR FIX UNITEX
ATADURA DE CREPOM, CONFECCIONADA EM TECIDO ALGODÃO, 13 FIOS, BOA ELASTICIDADE, TRAMA FECHADA, EMBALAGEM UNITÁRIA, APRESENTAÇÃO EM ROLOS, TAMANHO 06 CM X 4,5 M.	NEVE / POLARFIX / PÉROLA / ORTOFLEX
ATADURA DE CREPOM, CONFECCIONADA EM TECIDO ALGODÃO, 13 FIOS, BOA ELASTICIDADE, TRAMA FECHADA, EMBALAGEM UNITÁRIA, APRESENTAÇÃO EM ROLOS, TAMANHO 10 CM X 4,5 M.	NEVE / POLARFIX / PÉROLA / ORTOFLEX
ATADURA DE CREPOM, CONFECCIONADA EM TECIDO ALGODÃO, 13 FIOS, BOA ELASTICIDADE, TRAMA FECHADA, EMBALAGEM UNITÁRIA, APRESENTAÇÃO EM ROLOS, TAMANHO 15 CM X 4,5 M.	NEVE



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

	POLAR FIX ORTHOCREM ORTOFLEX / PEROLA
ATADURA DE CREPOM, CONFECCIONADA EM TECIDO ALGODÃO, 13 FIOS, BOA ELASTICIDADE, TRAMA FECHADA, EMBALAGEM UNITÁRIA, APRESENTAÇÃO EM ROLOS, TAMANHO 20 CM X 4,5 M	POLARFIX / NEVE / PÉROLA / ORTOFLEX
ATADURA DE CREPOM, CONFECCIONADA EM TECIDO ALGODÃO, 13 FIOS, BOA ELASTICIDADE, TRAMA FECHADA, EMBALAGEM UNITÁRIA, APRESENTAÇÃO EM ROLOS, TAMANHO 30 CM X 4,5 M	POLARFIX / NEVE / ORTOFLEX / PEROLA
ATADURA GESSADA DE GAZE ESTABILIZADA, 100% ALGODÃO (TELA DE GIRO INGLÊS), IMPREGNADA EM GESSO COLOIDAL, NÃO DESFIA NAS BORDAS, APRESENTAÇÃO EM ROLOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, TAM 10 CM X 3 M.	POLAR FIX / ORTOFLEX
ATADURA GESSADA DE GAZE ESTABILIZADA, 100% ALGODÃO (TELA DE GIRO INGLÊS), IMPREGNADA EM GESSO COLOIDAL, NÃO DESFIA NAS BORDAS, APRESENTAÇÃO EM ROLOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, TAM 20 cm X 3 m	POLAR FIX / ORTOFLEX
ATADURA GESSADA DE GAZE ESTABILIZADA, 100% ALGODÃO (TELA DE GIRO INGLÊS), IMPREGNADA EM GESSO COLOIDAL, NÃO DESFIA NAS BORDAS, APRESENTAÇÃO EM ROLOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, TAM 6 cm X 3 m	POLARFIX / ORTOFLEX
ATADURA GESSADA DE GAZE ESTABILIZADA, 100% ALGODÃO (TELA DE GIRO INGLÊS), IMPREGNADA EM GESSO COLOIDAL, NÃO DESFIA NAS BORDAS, APRESENTAÇÃO EM ROLOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, TAM 15 CM X 3 M	POLARFIX / ORTOFLEX
BANDEJA RETANGULAR EM INOX MEDINDO APROXIMADAMENTE 29CM X 19CM	FAME / LUMINOX
BOLSA RESERVATORIO PVC 250ML COM CONECTOR PARA AMBU ADULTO	PROTEC
BOLSA RESERVATORIO PVC 600ML COM CONECTOR PARA AMBU ADULTO	
BOBINA PARA IMPRESSORA IMITANCIOMETRO INTERACOUSTICS MOD AT235	
BRAÇADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COM FECHO DE METAL	SANKEY/SPROMEDIR/PR OMEDIR/PREMIUM
BENZINA, CATEGORIA RETIFICADA; DERIVADO DE PETROLEO; PARA RETIRADA DE RESIDUOS, ACONDICIONADA EM FRASCO DE 1 LITRO; ROTULO COM NR, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E PROCEDÊNCIA.	CHEMCO/ANTARES RIOQUIMICA
BOLSA AGUA QUENTE	SANITY / GELAKENT
BOLSA TERMICA GEL MEDIA	SANITY / CIEX
CAIXA DE PAPELÃO PARA COLETA DE MATERIAL PERFUROCORTANTES COM DUPLA ALÇA PARA TRANS-PORTE E CONTRA-TRAVA DE SEGURANÇA 13,0 L. CX C/ 10 UNIDADES	SAFE PACK/DESCARPACK POLAR FIX
CLOREXIDINA 0,2% LOÇÃO AQUOSA, EMBALAGEM C/ 1000 ML	RIOQUIMICA (RIOHEX DERMO SUAVE) /VIC



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

	COSMETIC/VICPHARMA/ DGLHEX
CLOREXIDINA 0,5% ANTISSEPTICO EMBALAGEM C/ 1000 ML	RIOQUIMICA (Riohex Sol) / VIC PHARMA
CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE	VIC PHARMA / RIOQUIMICA
CAMISA ARTROSCOPIO	CAMAHE /Health Avality
COTONIDS MEDINDO 2.54MM X 7.62MM	BIOMECANICA/ MED SHARP
CAL SODADA; HIDRÓXIDO DE CALCIO (CA(OH) ₂), CO INDICADOR DE VIRAGEM DE COR, COR BRANCA, ACONDICIONADO EM 6 EMBALAGENS DE APROXIMADAMENTE 4,5 A 5KG QUILOS, TAMPA AMARELA, GRANULOS REGULARES, SEM PÓ. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	SOFNO LIME ATRASORB
CANETA PARA ECG DIXTAL PILOT HIDROG HI TECNOPRINT V5 EXTRA FINE	
COLAR CERVICAL P	POLAR FIX / VNO / L.BRUNHET
COLAR CERVICAL M	POLAR FIX / VNO / L.BRUNHET
COLAR CERVICAL G	POLAR FIX / VNO / L.BRUNHET
CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, SEM CUFF N.º 2,0.	RUSCH /SOLIDOR
CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, SEM CUFF N.º 2,5.	RUSCH /SOLIDOR
CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 3,0.	RUSCH /SOLIDOR
CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 3,5.	RUSCH /SOLIDOR
CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 4,0.	RUSCH/SOLIDOR
CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 4,5.	RUSCH /SOLIDOR
CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 5,0.	RUSCH SOLIDOR
CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 5,5.	RUSCH SOLIDOR
CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 6,0.	RUSCH SOLIDOR
CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 6,5.	RUSCH SOLIDOR
CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 7,0.	RUSCH SOLIDOR
CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 7,5.	RUSCH SOLIDOR
CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 8,0.	RUSCH SOLIDOR
CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 8,5.	RUSCH SOLIDOR
CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 9,0.	RUSCH SOLIDOR



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CANULA ENDOTRAQUEAL, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM CUFF N.º 9,5.	RUSCH SOLIDOR
CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE POLIURETANO, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, SILICONIZADO, C/ PERFEITO AJUSTE À AGULHA, CÂMARA DE REFLUXO, TAMPA PROTETORA PLÁSTICA, AGULHA EM AÇO INOX, BISEL CURTO E TRIFACETADO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, 24G, EMBALADO EM TUBO DE PLASTICO RÍGIDO.	NIPRO
CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE POLIURETANO, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, SILICONIZADO, C/ PERFEITO AJUSTE À AGULHA, CÂMARA DE REFLUXO, TAMPA PROTETORA PLÁSTICA, AGULHA EM AÇO INOX, BISEL CURTO E TRIFACETADO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, 22G, EMBALADO EM TUBO DE PLASTICO RÍGIDO.	NIPRO
CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE POLIURETANO, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, SILICONIZADO, C/ PERFEITO AJUSTE À AGULHA, CÂMARA DE REFLUXO, TAMPA PROTETORA PLÁSTICA, AGULHA EM AÇO INOX, BISEL CURTO E TRIFACETADO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, 20G, EMBALADO EM TUBO DE PLASTICO RÍGIDO,	NIPRO/BD
CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE POLIURETANO, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, SILICONIZADO, C/ PERFEITO AJUSTE À AGULHA, CÂMARA DE REFLUXO, TAMPA PROTETORA PLÁSTICA, AGULHA EM AÇO INOX, BISEL CURTO E TRIFACETADO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, 18G, , EMBALADO EM TUBO DE PLASTICO RÍGIDO.	NIPRO / BD
CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE POLIURETANO, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, SILICONIZADO, C/ PERFEITO AJUSTE À AGULHA, CÂMARA DE REFLUXO, TAMPA PROTETORA PLÁSTICA, AGULHA EM AÇO INOX, BISEL CURTO E TRIFACETADO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, 16G, , EMBALADO EM TUBO DE PLASTICO RÍGIDO.	NIPRO / JELCO / BD
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE POLIURETANO, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, SILICONIZADO, C/ PERFEITO AJUSTE À AGULHA, CÂMARA DE REFLUXO, TAMPA PROTETORA PLÁSTICA, AGULHA EM AÇO INOX, BISEL CURTO E TRIFACETADO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, 14G, EMBALADO EM TUBO DE PLASTICO RÍGIDO.	NIPRO / JELCO / BD
CATÉTER TIPO ÓCULOS NASAL, EM PVC ATÓXICO E FLEXÍVEL, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	BIOSANI / MEDICAL'S / MEDSONDA
CLAMP PARA CORDÃO UMBILICAL ESTÉRIL E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	MED CLAMP WELL CLAMP
COLETOR DE URINA C/ SISTEMA FECHADO COM DISPOSITIVO FECHADO COM PINÇAMENTO NA EXTENSÃO. BOLSA COM CAPACIDADE DE 2000 ML, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, EXTENSÃO EM PVC CRISTAL, ESTRANGULADOR PLANO, CONECTOR CRÔNICO UNIVERSAL, ALÇA DE SUSTENTAÇÃO RÍGIDA E FLEXÍVEL. CLAMP NA SAÍDA REGULÁVEL.	FARMATEX/SOLIDOR/STAR MED/FLEXOR/DESCARP ACK/ADVANTIVE/WILTEX
COLETOR DE URINA INFANTIL UNISEX	MEDSONDA / MARCK MED LABOR IMPORT
COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR EM ESPUMA COMPACTA DE POLIURETANO, DENSIDADE 33, REVESTIDO EM COURVIM AZUL, COSTURAS PARALELAS INTERNAS, REFORÇADAS, SEM ZIPER, COM 4 ILHEOS PARA VENTILAÇÃO, MEDINDO 1,78X76X13;	PHOENIX
COLCHÃO SOLTEIRO, TIPO CAIXA DE OVO, DENSIDADE 28, EM ESPUMA	PHOENIX
CUBA REDONDA INOX	
CUBA RIM INOX	



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

COMADRE; EM AÇO INOX; FORMATO ANATÔMICO; SEM GRADUAÇÃO, COM ALÇA; DE FÁCIL LIMPEZA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	FORTINOX / FAME
COLETOR DE URINA, CAPACIDADE PARA 2 LITROS, GRADUADO, COM CORDÃO PARA FIXAÇÃO.(SACO)	MED GRAN MED SONDA MAXICOR
COMPRESSA DE GAZE, NÃO ESTÉRIL, 13 FIOS, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, ALVA MACIA RÁPIDA ABSORÇÃO, ISENTA DE IMPUREZAS, TAMANHO UNIFORME, DOBRAS P/ DENTRO DA COMPRES-SA (NÃO DEIXANDO FIOS SOLTOS), APIROGÊNICA, TAM 7,5 CM X 7,5 CM PCT C/500 UND.DIMENSÃO ABERTA 15 CM /30 CM	NEVE / POLARFIX / AMÉRICA / PÉROLA / CLEAN
COMPRESSA DE GAZE, ESTÉRIL, 13 FIOS, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, ALVA MACIA RÁPIDA ABSORÇÃO, ISENTA DE IMPUREZAS, TAMANHO UNIFORME, DOBRAS P/ DENTRO DA COMPRESSA (NÃO DEIXANDO FIOS SOLTOS), APIROGÊNICA, TAM 7,5 CM X 7,5 CM PCT C/10 UND.DIMENSÃO ABERTA 15 CM /30 CM	NEVE / POLAR FIX / AMÉRICA MEDICAL / DESCARPACK / MED HOUSE
COMPRESSA P/ CAMPO OPERATÓRIO, NÃO ESTÉRIL, EM GAZE HIDRÓFILA, 100% ALGODÃO, QUATRO CAMADAS, COSTURA DUPLA TIPO TELA DE ALGODÃO PRESA POR FRISO A CADA 10 CM, DE COR BRANCA (ALVEJADA), ABSORVENTE, MACIA E ISENTA DE IMPUREZAS, C/ CADARÇO DUPLO, 45 CM X 50 CM PCT COM 50 UNID	CREMER
COMPRESSA P/ CAMPO OPERATÓRIO, NÃO ESTÉRIL, EM GAZE HIDRÓFILA, 100% ALGODÃO, QUATRO CAMADAS, COSTURA DUPLA TIPO TELA DE ALGODÃO PRESA POR FRISO A CADA 10 CM, DE COR BRANCA (ALVEJADA), ABSORVENTE, MACIA E ISENTA DE IMPUREZAS, C/ CADARÇO DUPLO, 23 CM X 25 CM PCT COM 50 UNID	CREMER
CATETER VENOSO CENTRAL, DE POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL 16G X 30,5CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR LUER LOOK, COM AGULHA DE PUNÇÃO DE 14GX 5,1 CM DE COMPRIMENTO, BISEL TRIFACETADO, COM TAMPA, COM SUPORTE PARA AGULHA, MANDRIL EM AÇO INÓX, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	BD BIOCAT
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA, 5,0MM, COM CUFF, DESCARTAVEL, ESTÉRIL, FORMATO ANATOMICO E PONTA ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM GRAU E FILME PLASTICO.	RUSCH SOLIDOR
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA, 6,5MM, COM CUFF, DESCARTAVEL, ESTÉRIL, FORMATO ANATOMICO E PONTA ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU E FILME PLASTICO	RUSCH SOLIDOR
CANULA TRAQUEOSTOMIA 3.0MM DESCARTAVEL	RUSCH SOLIDOR
CANULA TRAQUEOSTOMIA 3.5MM DESCARTAVEL	RUSCH SOLIDOR
CANULA TRAQUEOSTOMIA 4.0MM DESCARTAVEL	RUSCH SOLIDOR/ MEDICAL
CANULA TRAQUEOSTOMIA 4.5MM DESCARTAVEL	RUSCH SOLIDOR/ MEDICAL
CANULA TRAQUEOSTOMIA 6.0MM DESCARTAVEL	RUSCH SOLIDOR/MEDICAL
CANULA TRAQUEOSTOMIA 7.0MM DESCARTAVEL	RUSCH SOLIDOR/MEDICAL



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CANULA TRAQUEOSTOMIA 7.5MM DESCARTAVEL	RUSCH SOLIDOR/MEDICAL
CANULA TRAQUEOSTOMIA 8.0MM DESCARTAVEL	RUSCH SOLIDOR/MEDICAL
CANULA TRAQUEOSTOMIA 8.5MM DESCARTAVEL	RUSCH SOLIDOR/ MEDICAL
CANULA TRAQUEOSTOMIA INOX N. 1	FRADEL / STYLLE
CANULA TRAQUEOSTOMIA INOX N. 2	FRADEL / STYLLE
CANULA TRAQUEOSTOMIA INOX N. 3	FRADEL STYLLE
CANULA TRAQUEOSTOMIA INOX N. 4	FRADEL / STYLLE
CANULA TRAQUEOSTOMIA INOX N. 5	FRADEL / STYLLE
CANULA TRAQUEOSTOMIA INOX N. 6	FRADEL / STYLLE
CANULA GUEDEL N.0 EM PVC TRANSPARENTE ATÓXICO	PROTEC / TROGE
CANULA GUEDEL N.1 EM PVC TRANSPARENTE ATÓXICO	PROTEC TROGE
CANULA GUEDEL N.2 EM PVC TRANSPARENTE ATÓXICO	PROTEC TROGE
CANULA GUEDEL N.3 EM PVC TRANSPARENTE ATÓXICO	PROTEC TROGE
CANULA GUEDEL N.4 EM PVC TRANSPARENTE ATÓXICO	PROTEC TROGE
CANULA GUEDEL N.5 EM PVC TRANSPARENTE ATÓXICO	PROTEC TROGE
CANULA GUEDEL N.6 EM PVC TRANSPARENTE ATÓXICO	TROGE / PROTEC / JOÃO MED
CAPA P/COLCHÃO 1,78X76X13 DENSIDADE 33 C/ ZIPER	PHOENIX
CONJUNTO EPIDURAL I E CATETER Nº16	PORTEX
CANETA PARA MARCAÇÃO DE PELE FINE 700 PRETA	
DRENO KHER (SONDA EM T) 12	TAYLOR
DRENO KHER (SONDA EM T) 14	TAYLOR
DRENO KHER (SONDA EM T) 16	TAYLOR
DRENO KHER (SONDA EM T) 18	TAYLOR
DRENO KHER (SONDA EM T) 20	TAYLOR
DOSADOR ORAL PARA PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO ORAL, COM COR AZUL QUE PERMITE A PROTEÇÃO PARA MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS, AJUSTE DE TAMPA PARA PREPARO E APLICAÇÃO POSTERIOR, COM ADAPTADORES PARA DIFERENTES TIPOS DE FRASCOS, COM BICO DE SEGURANÇA, 10 ml.	INJEX BD



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

DOSADOR ORAL PARA PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO ORAL, COM COR AZUL QUE PERMITE A PROTEÇÃO PARA MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS, AJUSTE DE TAMPA PARA PREPARO E APLICAÇÃO POSTERIOR, COM ADAPTADORES PARA DIFERENTES TIPOS DE FRASCOS, COM BICO DE SEGURANÇA, 3 ml.	INJEX BD
DOSADOR ORAL PARA PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO ORAL, COM COR AZUL QUE PERMITE A PROTEÇÃO PARA MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS, AJUSTE DE TAMPA PARA PREPARO E APLICAÇÃO POSTERIOR, COM ADAPTADORES PARA DIFERENTES TIPOS DE FRASCOS, COM BICO DE SEGURANÇA, 5 ml.	INJEX BD
DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA, EM LATEX NATURAL CENTRIFUGADO A 60%. EMBALAGEM C/ 2 UNIDADES N.º 05.	BIOSANI / MEDSONDA
DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA, EM LATEX NATURAL CENTRIFUGADO A 60%. EMBALAGEM C/ 2 UNIDADES N.º 04.	MEDSONDA/ BIOSANI
DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA, EM LATEX NATURAL CENTRIFUGADO A 60%. EMBALAGEM C/ 2 UNIDADES N.º 06.	BIOSANI / URITREX / MEDSONDA
DRENO CIRÚRGICO DE PENROSE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, LÁTEX NATURAL, RADIOPACO, COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL – Nº 1.	MADEITEX/CIRUGICA BRASIL
DRENO CIRÚRGICO DE PENROSE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, LÁTEX NATURAL, RADIOPACO, COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL – Nº 2	CIRURGICA BRASIL/MADEITEX
DRENO CIRÚRGICO DE PENROSE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, LÁTEX NATURAL, RADIOPACO, COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL – Nº 3	MADEITEX CIRURGICA BRASIL
DRENO TORACICO Nº 30	ZAMMI CPL MEDICAL'S
DETERGENTE DESENCROSTANTE; NEUTRO ENZIMATICO; LIQUIDO; VIOLETA ESCURO; 100 GRAUS CENTIGRADOS; DILUIDO; GALAO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE 4 ENZIMAS	VICK FARMA
DESINCROSTANTE DE MATERIAL, EMBALAGEM COM 1 KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E LOTE E VALIDADE.	CINORD /RIO 93
ELETRODO PARA EQUIPAMENTO MÉDICO; DESCARTAVEL, TAMANHO ADULTO/INFANTIL, PARA MONITORAÇÃO CARDÍACA, COMPATIVEL COM QUALQUER MONITOR; ESPUMA COMPACTA, GEL SÓLIDO PARA CONTATO, SISTEMA DE FIXAÇÃO POR BOTÃO DE PRESSÃO. PCT C/ 50	MAXICOR/3M/SOLIDOR/ VITALCOR/SKINTACT/BD
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE; PORTATIL; BRACADEIRA ADULTO; TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE 0 A 300 MMHG; COM RESOLUCAO DE 1,0 MMHG; COM PERA DE BORRACHA C/ VALVULA ANTI-REFLUXO E REGISTRO; MANGUITO DE BORRACHA SEM EMENDAS COM TUBO DE BORRACHA; L(S) DE NYLON, COM FECHO DE PINOS E TALAS METÁLICAS	SOLIDOR / PREMIUM
ESFIGMOMANOMETRO; ANERÓIDE; PORTÁTIL; COM BRAÇADEIRA INFANTIL (APROX. 13 X 5 CM); TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE 0 A 300 MMHG; COM RESOLUÇÃO DE 2 MMHG; SEM EMENDAS; DE BORRACHA S/ EMENDA; EM ALGODÃO C/FECHO EM VELCRO	PREMIUM/ SOLIDOR



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

ESTETOSCOPIO DUO-SOM; AUSCULTADOR COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE, EM MATERIAL RESISTENTE; TAMANHO ADULTO; CONJUNTO BIAURICULAR EM METAL CROMADO RESISTENTE, FLEXÍVEL NA CURVATURA DO TUBO "Y"; COM OLIVAS EM PLÁSTICO SEM REBARBAS; ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO	PREMIUM SOLIDOR
ESTETOSCOPIO DUO-SOM; AUSCULTADOR COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE, EM MATERIAL RESISTENTE; TAMANHO INFANTIL; CONJUNTO BIAURICULAR EM METAL CROMADO RESISTENTE, FLEXÍVEL NA CURVATURA DO TUBO "Y"; COM OLIVAS EM PLÁSTICO SEM REBARBAS; ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO	PREMIUM
ESPONJA HEMOSTÁTICA COLAGENO HIDROLIZADO TIPO HEMOSPON C/ 10 UNID	TECHNEW
ESPONJA DE GELATINA ABSORVÍVEL, DOBRÁVEL, POROSA, PREPARADA COM GELATINA PURIFICADA, ESPECIALMENTE TRATADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80 X 125MM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE	PHIZER
EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS E MACROGOTAS COM CÁLICE MALEÁVEL COM RESPIRO, COM INJETOR LATERAL, COM RÓTULOS EXPLICATIVOS.	MEDEQUIPO(MED GOLDMAN)/CAMPOJET/DESCARPACK/LA VITA/TRO-BR/PHARMATEX
EQUIPO PARA TRANSFUÇÃO SANGUÍNEA, COM DUPLA CÂMARA FLEXÍVEL E L NEUTRO DE POLIAMIDA, ENTRADA ÚNICA.	EMBRAMED/BIOSANI/TRO
EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM MICROGOTAS COM CÁLICE MALEÁVEL OU RÍGIDO COM RESPIRO, COM INJETOR LATERAL, COM RÓTULOS EXPLICATIVOS.	DESCARPACK / CAMPOJET / TRO-BR / LAVITA/ MED EQUIPO
EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO SAMTRONIC OU COMPATÍVEL	SAMTRONIC
EQUIPO DUAS VIAS – CATARATA: CONJUNTO DE ASPIRAÇÃO DUPLO P/ USO EM CIRURGIA DE CATARATA, COMPOSTO DE UMA EXTENSÃO EM PVC COM 1,90 M - ATÓXICO, FLEXÍVEL, COM DUREZA SHORE 75, DIÂMETRO INTERNO DE 2,7 MM E PAREDE DE 1 MM – E UMA EXTENSÃO EM PVC COM 1,90 M - ATÓXICO, FLEXÍVEL, DE COLORAÇÃO VERMELHA COM DIÂMETRO INTERNO DE 2 MM E PAREDE DE 1 MM - DOTADOS DE CONECTOR INJETADO EM PLÁSTICO, MODELO LUER SLIP MACHO EM UMA DAS EXTREMIDADES E CONECTOR INJETADO EM PLÁSTICO LUER LOCK FÊMEA NA OUTRA EXTREMIDADE, EMBALADOS CONF. PORTARIA MIN. SAÚDE, ESTÉRIL, APIROGÊNICO.	COMPOJET
EQUIPO P/ ARTROSCOPIA 4 VIAS : EXTENSOR PARA IRRIGAÇÃO DE SOLUÇÕES EM ARTROSCOPIA, COM 4 VIAS, DOTADO DE TUBO FLEXÍVEL CRISTAL, ATÓXICO GRAU MÉDICO COM BOA FLEXIBILIDADE E DIÂMETRO UNIFORME CONF. EB 1997, PENETRADORES ANATÔMICOS PARA ADAPTAÇÃO EM AMPOLAS/BOLSAS PLÁSTICAS E FRASCOS. PROTETOR DO PENETRADOR ADEQUADO PARA GARANTIR A ESTERILIDADE DO PRODUTO, CORTA-FLUXO TIPO CLAMP DE FÁCIL MANUSEIO. ESTERILIZADO À ÓXIDO DE ETILENO, COM CAMISINHA	TRO-BR / ZAMMI
EQUIPO P/ ARTROSCOPIA 2 VIAS : EXTENSOR PARA IRRIGAÇÃO DE SOLUÇÕES EM ARTROSCOPIA, COM 2 VIAS, DOTADO DE TUBO FLEXÍVEL CRISTAL, ATÓXICO GRAU MÉDICO COM BOA FLEXIBILIDADE E DIÂMETRO UNIFORME CONF. EB 1997, PENETRADORES ANATÔMICOS PARA ADAPTAÇÃO EM AMPOLAS/BOLSAS PLÁSTICAS E FRASCOS.	MP / TRO-BR / ZAMMI



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

PROTETOR DO PENETRADOR ADEQUADO PARA GARANTIR A ESTERILIDADE DO PRODUTO, CORTA-FLUXO TIPO CLAMP DE FÁCIL MANUSEIO. ESTERILIZADO À ÓXIDO DE ETILENO COM CAMISINHA	
EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	MEDSONDA/EMBRAMED/ BIOSANI / DESCARPACK
ELETRODO P/EQUIPAMENTO MEDICO; PEDIATRICO/NEONATAL EM ESPUMA COMPACTA DE ALTA QUALIDADE, POUCO POROSO, IMPERMEAVEL, SENSOR AG/AGCL; PARA APARELHO BERA; KENDALL COM CONECTOR EM BROCHE DE METAL; CODIGO 314397253; COM GEL CONDUTOR, FORMATO DE GOTA GEL (HIDROGEL) ADESIVO-CONDUTIVO, NAO-IRRITANTE, DURABILIDADE 72 h PACOTE C/25 UNIDADES	SANIBEL SUPPLY
ELETRODO MULTIFUNÇÃO HVP EMERG.STAT-PADZ ZOL REF: 8900-4003-49	ZOOL
ESCOVA UNHA PLASTICO	
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, DORSO DO TECIDO DE ALGODÃO IMPERMEABILIZADO EM UMA DAS FACES, DE COR BRANCA, MASSA ADESIVA À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO, RESISTENTE, COM BOA ADERÊNCIA, ENROLADO EM CARRETEL PLÁSTICO, COM CAPA DE PROTEÇÃO, TAMANHO 10 CMX 4,5M.	MISSNE&MISSNER / POLARFIX / DESCARPACK / PROCITEX / CREMER
EXTENSOR FOTOSENSIVEL PARA BOMBA DE INFUSÃO	TRO-BR
FIO DE KIRSCHNER TAMANHOS VARIADOS	ORTOSINT
FITA PARA IMPRESSORA DE AUTOCLAVE HOSPITALAR; CODIGO 87917; MARCA BAUMER MODELO B366EFITA IMPRESSORA BAUMER AUTOCLAVE 40 COLUNAS	MASTER PRINT
FRASCO COLETOR PARA SECREÇÕES E URINA; EM VIDRO,COM TAMPA DE BORRACHA COM 02 ORIFICIOS; COM CAPACIDADE DE 5.000 ML; GRADUADO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	NEVONI
FRASCO COLETOR PARA SECREÇÕES E URINA; EM VIDRO,COM TAMPA DE BORRACHA COM 02 ORIFICIOS; COM CAPACIDADE DE 3.000 ML; GRADUADO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	NEVONI
FRASCO COLETOR PARA SECREÇÕES COMPATIVEL ASPIRADOR NEVONI MOD 5005 PLASTICO	NEVONI
FITA ADESIVA CIRÚRGICA MICROPOROSA, NÃO CONFECCIONADA DE TECIDO, ADESIVO HIPOALERGÊ-NICO, LEVE FLEXÍVEL E RESISTENTE, NÃO OCLUSIVO, QUE NÃO SOLTE AO SER MOLHADO, RÁDIOTRANS-PARENTE, TAMANHO 50 MM X 10 M.	MISSNER&MISSNER/3M/ MAXICOR/FLEXOR/WILTE X PLUS
FITA ADESIVA CIRÚRGICA MICROPOROSA, NÃO CONFECCIONADA DE TECIDO, ADESIVO HIPOALERGÊ-NICO, LEVE FLEXÍVEL E RESISTENTE, NÃO OCLUSIVO, QUE NÃO SOLTE AO SER MOLHADO, RÁDIOTRANS-PARENTE, TAMANHO 25 MM X 10 M.	3M/MISSNER
FITA CREPE ADESIVA BRANCA, BOA ADESÃO, QUE NÃO DEIXE RESÍDUOS NA SUPERFÍCIE ONDE É APLICADO, TAMANHO 16 MM X 50 m.	POLARFIX/EUROCEL/SIC AD/HOSPFLEX/ 3M
FRASCO PLASTICO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, TRANSPARENTE, COM GRADUAÇÃO DE 50 ML, COM CAPACIDADE DE 300 ml, COM TAMPA DE ROSQUEAR E GARGALO DE	BIO FRASCO NUTRI / EMBRAMED / BIOBASE



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

APROXIMADAMENTE 2 cm; COM BASE QUE POSSA PERMITIR SEU APOIO SOBRE A MESA PARA FACILITAR O ENVASE, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.L	
FAIXA SMARCH 06CM	SANTRIC
FAIXA SMARCH 10CM	SANTRIC
FAIXA SMARCH 15CM	SANTRIC
FAIXA SMARCH 20CM	SANTRIC
FLUXOMETRO OXIGENIO	PROTEC / UNITEC
FLUXOMETRO AR COMPRIMIDO	UNITEC / PROTEC
GARROTE LATEX MEDINDO 45 CM	BECTON DICKINSON / LABOR IMPORT
GLUTARALDEIDO 2%, GALÃO C/ 5LITROS, PARA USO EM 28 DIAS.	CINORD
GRAL COM PISTILO PORCELANA 180ML	EASY
GEL ABRASIVO PARA BERA NUPREP	NUPREP
GLICERINA 01 LITRO	
GEL P/ ECG 100ML.	CARBOGEL / HAL / ULTRA GEL
HASTE PARA HIGIENE, DE POLIPROPILENO FLEXIVEL, SENDO AS DUAS EXTREMIDADES COM PONTAS DE ALGODÃO HIDROXIETILCELULOSE E TRICLOSAN. CX C/ 100 UNIDADES.	TOP COTTON
HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% GALÃO ESCURO DE 5 LITROS, COM IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO.	CICLOFARMADIVITREX
HEMOSTATICO TIPO HEMOSTYP 5CMX7,5CM	CUTAMPLAST
INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP.	SOLIDOR/TRO-BR/ BISANI/ EMBRAMED/VITAL GOLD
INJETOR LUER	BD ADAPTADOR/ LUER(MP COMP)/LUER (KDL DO BRASIL) / BAX INJETOR
KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX, COMPOSTO DE FRASCO, CONECTOR, EXTENSÃO, DRENO, SUPORTE PARA BASE, ALÇA PARA TRANSPORTE, FRASCO COM TAMPA ROSQUEADA, COM FILTRO, CAPACIDADE 2000ML, COM GRADUAÇÃO INDELEVEL, PINÇA TIPO CLAMP COM TRAVA DE SEGURANÇA, CONECTOR UNIVERSAL, EXTENSÃO EM MATERIAL TRANSLUCIDO, MEDINDO 1.20 CM, DRENO EM SILICONE CALIBRE 30 FR, FLEXIVEL, RADIOPACO, MULTIPERFURADO, ESTÉRIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. A APRESENTAÇÃO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	ZAMME
LAMINA DE BISTURI; EM AÇO CARBONO N.º 11; ESTERIL; COM PERFEITO ACABAMENTO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS; COM LAUDO	FEATHER



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

LAMINA DE BISTURI; EM AÇO CARBONO N.º 15; ESTERIL; COM PERFEITO ACABAMENTO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS; COM LAUDO	FEATHER
LAMINA DE BISTURI; EM AÇO CARBONO N.º 21; ESTERIL; COM PERFEITO ACABAMENTO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS; COM LAUDO	FEATHER
LAMINA DE BISTURI; EM AÇO CARBONO N.º 10; ESTERIL; COM PERFEITO ACABAMENTO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS; COM LAUDO	FEATHER
LAMINA BISTURI N.11 FREE-BAC OU SIMILAR	SOLIDOR / FEATHER / ADVANTIVE / WILTEX MEDICAL/FRE BAC
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, PAR, ANATÔMICA, ANTIALÉR-GICA, COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 28 cm, PUNHO AJUSTÁVEL, C/ BAINHA, LÁTEX ÍNTEGRO E UNIFORME (SEM PARTES ESCURECIDAS), LUBRIFICAÇÃO C/ PÓ BIO-ABSORVENTE, ATÓXICO, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO NO PUNHO EM TINT (7,5).	SENSITEX MUCAMBO DIAL
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, PAR, ANATÔMICA, ANTIALÉR-GICA, COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 28 cm, PUNHO AJUSTÁVEL, C/ BAINHA, LÁTEX ÍNTEGRO E UNIFORME (SEM PARTES ESCURECIDAS), LUBRIFICAÇÃO C/ PÓ BIO-ABSORVENTE, ATÓXICO, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO NO PUNHO EM TINT (8,0).	SENSITEX MUCAMBO DIAL
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, PAR, ANATÔMICA, ANTIALÉR-GICA, COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 28 cm, PUNHO AJUSTÁVEL, C/ BAINHA, LÁTEX ÍNTEGRO E UNIFORME (SEM PARTES ESCURECIDAS), LUBRIFICAÇÃO C/ PÓ BIO-ABSORVENTE, ATÓXICO, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO NO PUNHO EM TINT (8,5).	SENSITEX MUCAMBO DIAL
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, PAR, ANATÔMICA, ANTIALÉR-GICA, COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 28 cm, PUNHO AJUSTÁVEL, C/ BAINHA, LÁTEX ÍNTEGRO E UNIFORME (SEM PARTES ESCURECIDAS), LUBRIFICAÇÃO C/ PÓ BIO-ABSORVENTE, ATÓXICO, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO NO PUNHO EM TINT (7,0).	SENSITEX MUCAMBO DIAL
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, PAR, ANATÔMICA, ANTIALÉR-GICA, COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 28 cm, PUNHO AJUSTÁVEL, C/ BAINHA, LÁTEX ÍNTEGRO E UNIFORME (SEM PARTES ESCURECIDAS), LUBRIFICAÇÃO C/ PÓ BIO-ABSORVENTE, ATÓXICO, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO NO PUNHO EM TINT (6,5)	SENSITEX MUCAMBO DIAL
Luvas de procedimento nitrílica descartável, não estéril, sem pó, texturizadas, ambidestras. Caixa com 100 unidades.TAMANHO P	DESCARPACK/ EMBRAMAC
Luvas de procedimento nitrílica descartável , não estéril, sem pó, texturizadas, ambidestras. Caixa com 100 unidades TAMANHO M .	EMBRAMAC DESCARPACK
LUVA DESCARTÁVEL EM POLIETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE PCT C/ 100 UNIDADES.	LUPLAST / LUPLATEX
LIGA CLIP TITANIO REF: LT300 CX COM 18 UNI	HORIZON
LAMINA MICROSCOPIO FOSCA C/50	EASY/GRALPLAST/JPROL AB/SOLIDOR/PRESSISIO N
LAMINA SHAVER ARTROSCOPIA TAMANHO A ESCOLHER	
MEIO DE CULTURA; PARA UREASE; ENSAIO DETERMINACAO DE ENZIMA PRODUZIDA H.PYLORI; COM MEIO DE CULTURA PRÓPRIO; PARA UREASE; ACONDICIONADO EM CAIXA;	LUCKMANN



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

COM TUBOS; MEIO COM SOLUCAO ARMAZENADA E CONSERVADA DE 2° A 8°C; DE ACORDO COM NORMAS TECNICAS VIGENTES; ACONDICIONADO EM CAIXA COM FRASCOS; ROTULO COM DATA DE FABRICACAO, Nº DE LOTE, CONCENTRACAO NO RÓTULO, VALIDADE E PROCEDENCIA. CX C/ 48 UNIDADES	
MICRONEBULIZADOR, PVC P/ AR COMPRIMIDO TAMANHO ADULTO, CAPACIDADE 20 ML APROX., CONFECCIONADO EM POVINIL, COM COPO NEBULIZADOR, MASCARA TAMANHO ADULTO E CHICOTE, EXTENSÃO MINIMO DE 1,50M, ADAPTÁVEL A REDE DE AR COMPRIMIDO	DARU
MICRONEBULIZADOR, PVC P/ OXIGENIO TAMANHO ADULTO, CAPACIDADE 20 ML APROX., CONFECCIONADO EM POVINIL, COM COPO NEBULIZADOR, MASCARA TAMANHO ADULTO E CHICOTE, EXTENSÃO MINIMO DE 1,50M, ADAPTÁVEL A REDE DE OXIGENIO;	PROTEC / CHILD
MALHA TUBULAR, DE FIOS DE ALGODÃO, TIPO PUNHO SIMPLES COM ELASTICIDADE ADEQUADA, ISENTA DE DEFEITOS, EM ROLO, TAMANHO: 6 CM X 15 M.	ORTOHOLEV/POLARFIX
MALHA TUBULAR DE FIOS DE ALGODÃO, TIPO PUNHO SIMPLES COM ELASTICIDADE ADEQUADA, ISENTA DE DEFEITOS, EM ROLO, 10 CM X 15M	ORTOHOLEV/POLAR FIX
MALHA TUBULAR DE FIOS DE ALGODÃO, TIPO PUNHO SIMPLES COM ELASTICIDADE ADEQUADA, ISENTA DE DEFEITOS, EM ROLO, 08CM X 15M	POLAR FIX/ ORTOLEVE
MALHA TUBULAR DE FIOS DE ALGODÃO, TIPO PUNHO SIMPLES COM ELASTICIDADE ADEQUADA, ISENTA DE DEFEITOS, EM ROLO, 12CM X 15M	
MALHA TUBULAR DE FIOS DE ALGODÃO, TIPO PUNHO SIMPLES COM ELASTICIDADE ADEQUADA, ISENTA DE DEFEITOS, EM ROLO, 20CM X 15M	ORTOLEVE POLAR FIX
MASCARA DESCARTAVEL RETANGULAR C/ ELASTICO, 100% POLIPROPILENO, HIPOALÉRGICA, CONFECCIONADA EM RAYON, COM FILTRO BACTERIOLÓGICO, GRAMPO DE FIXAÇÃO NASAL MALEÁVEL E RESISTENTE, MÍNIMO DE 3 PREGAS, GRAMATURA MÍNIMA DE 30 gr.CAIXA C/ 50 UNIDADES	INNOVA / EMBRAMAC / DESCARPACK
MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL RETANGULAR, HIPOALÉRGICA, CONFECCIONADA EM RAYON, COM FILTRO BACTERIOLÓGICO, GRAMPO DE FIXAÇÃO NASAL MALEÁVEL E RESISTENTE, MÍNIMO DE 3 PREGAS, TIRAS LONGAS NAS 4 ARESTAS, GRAMATURA MÍNIMA DE 30 GR PACOTE C/ 100 UNIDADES.	DESCARPACK / SKY DESCARTÁVEIS / PHARMATEX
MASCARA VENTURI ADULTO	Protec/ Hsiner / HEADSTAR MEDICAL
MASCARA VENTURI INFANTIL	Portex / Hsiner/ HEADSTAR MEDICAL
MASCARA DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL; CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO MOLDADO EM FIBRAS SINTÉTICAS POR UM PROCESSO SEM RESINA NA PARTE INTERNA; COM MEIO FILTRANTE COMPOSTAS POR MICRO FIBRAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE, CLASSIFICAÇÃO N95; COM A PARTE EXTERNA COMPOSTA POR UM NÃO TECIDO TRATADO COM MATERIAL PARA NÃO ABSORÇÃO DE FLUIDOS LÍQUIDOS; QUE 02 BANDAS DE ELÁSTICO, 01 TIRA DE ESPUMA E 01 GRAMPO DE AJUSTE NASAL PARA PERFEITA ADAPTAÇÃO A FACE; USO EM AMBIENTE COM RISCO PARA TUBERCULOSE, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ATENDER PLENAMENTE A NORMA NBR 13698; APRESENTAÇÃO EM MATERIAL QUE GARANTA A PERFEITA INTEGRIDADE DO PRODUTO.; ROTULAGEM RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, E COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO	Kimberly Clark / DESCARPACK / 3M
MANGUITO LATEX ADULTO PARA APARELHO DE PRESSÃO	CIRURGICA BRASIL / MANGADE
MANGUITO LATEX ADULTO PARA APARELHO DE PRESSÃO	CIRURGICA BRASIL / MANGADE
OCULOS CIRURGICO DE PROTECAO; EM MATERIAL ACRILICO OU SIMILAR, ARMACAO DE BORRACHA FLEXIVEL E LENTE DE POLICARBONATO; COM AJUSTE PERFEITO, COM	DANNY / SUPERMEDY



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

VENTILACAO E HASTES; EMBALADO EM INDIVIDUAL; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE	
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MÃE/FILHO, EM PLÁSTICO MACIO E RESISTENTE NA COR BRANCA, ANTIALÉRGICO, QUE PERMITA O USO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, LACRE INVIOLÁVEL EM PLÁSTICO MACIO E RESISTENTE, COM 11 PONTOS DE REGULAGEM.	HEALTHMED
PONTA PARA SUGADOR DE PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, EMBALADA EM PACOTE COM 40 UNIDADES; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE	SS PLUS/ INJECTA GETS
PAPEL MILIMETRADO PARA ELETROCARDIOGRAFO, TIPO FORMULARIO CONTINUO, COMPATIVEL COM DIXTAL EP3. PACOTE C/ 100 FOLHAS	FOURSTAR
PAPEL; TIPO TERMOSENSIVEL; PARA CARDIOTOCOGRAFO; MEDINDO 160 mm X 120 mm X 24 m COM 250 FOLHAS;; COMPATIVEL COM BISTOS BT 300	FOURSTAR
PLACA DE HIDROCOLOIDE, MEDINDO 20X20 CM APROXIMADAMENTE, ESPESSURA REGULAR, COMPOSTO DE CARBOXI; METILCELULOSE, C/ CAMADA INTERNA ADESIVA QUE SE TRANSFORMA EM GEL, CAMADA EXTERNA SEMIPERMEAVEL, ESTÉRIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COMA LEGISLAÇÃO VIGENTE.	CURATEC/ RESTORE
PLACA DE HIDROCOLOIDE, MEDINDO 20X20 CM APROXIMADAMENTE, ESPESSURA FINA, COMPOSTO DE CARBOXI; METILCELULOSE, C/ CAMADA INTERNA ADESIVA QUE SE TRANSFORMA EM GEL, CAMADA EXTERNA SEMIPERMEAVEL, ESTÉRIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COMA LEGISLAÇÃO VIGENTE.	CURATEC
PAPEL MILIMETRADO PARA DESFIBRILADOR 80MM	2002
PA ADESIVA ADULTA PARA DESFIBRILADOR REF: 989803158211	PHILIPS
P.V.P.I. TÓPICO, SOLUÇÃO DE POLIVINILPIRROLIDONA COM 1% DE IODO ATIVO, SOLUÇÃO AQUOSA DE USO TÓPICO – FRASCO ESCURO COM 1 LITRO.	VIC PHARMA/ RIO QUIMICA
P.V.P.I. TINTURA, SOLUÇÃO DE POLIVINILPIRROLIDONA COM 1% DE IODO ATIVO, SOLUÇÃO AQUOSA DE USO TÓPICO – FRASCO ESCURO COM 1 LITRO.	CRISTÁLIA / VIC PHARMA/ RIO QUIMICA
P.V.P.I. DEGERMANTE, SOLUÇÃO DE POLIVINILPIRROLIDONA COM 1% DE IODO ATIVO, SOLUÇÃO AQUOSA DE USO TÓPICO – FRASCO ESCURO COM 1 LITRO.	CRISTÁLIA / VIC PHARMA/ RIO QUIMICA
PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE	MADEITEX
PROTETOR PARA CONE LUER FEMEA	HEALTH QUALITY/MED SONDA/MAX MEDICAL
“PROTESE PARA ESTAPEDECTOMIA”; EM TEFLON MED. 0,4 MM DE DIAMETRO EXTERNO E 0,6 MM DE DIAMETRO INTERNO E COMPRIMENTO, ESTERIL; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME PLASTICO	MEDITRONIC
PERA LATEX P/ APARELHO DE PRESSÃO	PROMEDIR
PORTA LAMINA COM ROSCA	LABOR



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

PA ADESIVA ADULTA PARA DESFIBRILADOR REF: 989803158211	PHILIPS
PAPEL TERMOSENSIVEL P/ ECOGRAFO OFTALMO UPP 110HG 100MM X 18M	SONY
PAPAGAIO INOX; EM AÇO INOX; FORMATO ANATÔMICO; SEM GRADUAÇÃO, COM ALÇA; DE FACIL LIMPEZA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.	FORTINOX/ FAMI
“REANIMADOR MANUAL”; INFANTIL, COM BALAO AUTO-INFLAVEL, SEM EMENDAS; COM VALVULA UNIDIRECIONAL; C/CONECTOR DA VALVULA DE ENTRADA DE OXIGENIO (RESIDENTE) E AJUSTAVEL AO LATEX E OU TUBO DE PVC N.204; VALVULA DE SEGURANCA PARA PRESSOES QUE EXCEDAM 30A 40 CM DE AGUA; PERMITIR ADAPTACAO DE MASCARA FACIAL EM TAMANHOS DIFERENTES	PROTEC / OXIGEL
“REANIMADOR MANUAL”; ADULTO, COM BALAO AUTO-INFLAVEL, SEM EMENDAS; COM CAPACIDADE DE INSUFLAR VOLUMES DE AR CORRENTES DE ATE 1000 ml, COM VALVULA UNIDIRECIONAL; C/CONECTOR DA VALVULA DE ENTRADA DE OXIGENIO (RESIDENTE) E AJUSTAVEL AO LATEX E OU TUBO DE PVC N.204; VALVULA DE SEGURANCA PARA PRESSOES QUE EXCEDAM 30A 40 CM DE AGUA; PERMITIR ADAPTACAO DE MASCARA FACIAL EM TAMANHOS DIFERENTES	OXIGEL / PROTEC / HEADSTAR MEDICAL/
SISTEMA DE DRENAGEM FECHADO (SUCÇÃO), ESTÉRIL, COM AGULHA 6.4 MM / ¼”.	WILTEX KAWAMOTO / MEDICAL / ZAMMI
SISTEMA DE DRENAGEM FECHADO (SUCÇÃO), ESTÉRIL, COM AGULHA 4.8 MM /3/16”.	Wiltex Kawamoto / Medical / Zammi
SISTEMA DE DRENAGEM FECHADO (SUCÇÃO), ESTÉRIL, COM AGULHA 3.2 mm/1/8.	Wiltex Kawamoto.
SCALP TIPO BORBOLETA BISEL CURTO, TRIFACETADO, CÂNULA DE AÇO INOX, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, ASA LEVE FLEXÍVEL, TUBO EM PVC CRISTAL FLEXÍVEL, CONECTOR LUER C/ TAMPAS PROTETORAS, CÔNICO RÍGIDO, BAINHA PLÁSTICA, ATÓXICA, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, CAL. 25G.	/ BD / NIPRO / VACUPLAST/EMBRAMAC/ SOLIDOR/LAMEDID
SCALP TIPO BORBOLETA BISEL CURTO, TRIFACETADO, CÂNULA DE AÇO INOX, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, ASA LEVE FLEXÍVEL, TUBO EM PVC CRISTAL FLEXÍVEL, CONECTOR LUER C/ TAMPAS PROTETORAS, CÔNICO RÍGIDO, BAINHA PLÁSTICA, ATÓXICA, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, CAL. 23G.	LAMEDID / TROGE / LABOR SCALP / BD / PHARMATEX/EMBRAMAC / SOLIDOR/ NIPRO / VACUPLAST
SCALP TIPO BORBOLETA BISEL CURTO, TRIFACETADO, CÂNULA DE AÇO INOX, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, ASA LEVE FLEXÍVEL, TUBO EM PVC CRISTAL FLEXÍVEL, CONECTOR LUER C/ TAMPAS PROTETORAS, CÔNICO RÍGIDO, BAINHA PLÁSTICA, ATÓXICA, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, CAL. 21G.	EMBRAMAC / TROGE SOLIDOR/ LAMEDID / BD / PHARMATEX
SCALP TIPO BORBOLETA BISEL CURTO, TRIFACETADO, CÂNULA DE AÇO INOX, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, ASA LEVE FLEXÍVEL, TUBO EM PVC CRISTAL FLEXÍVEL, CONECTOR LUER C/ TAMPAS PROTETORAS, CÔNICO RÍGIDO, BAINHA PLÁSTICA, ATÓXICA, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, CAL. 27G.	TROGE / BD / LAMEDID/EMBRAMAC/SOLIDOR
SCALP TIPO BORBOLETA BISEL CURTO, TRIFACETADO, CÂNULA DE AÇO INOX, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, ASA LEVE FLEXÍVEL, TUBO EM PVC CRISTAL FLEXÍVEL, CONECTOR LUER C/ TAMPAS PROTETORAS, CÔNICO RÍGIDO, BAINHA PLÁSTICA, ATÓXICA, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, CAL. 19G.	Embramac/Troge / Lamedid / BD / VACUPLAST/ SOLIDOR



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SERINGA DESCARTÁVEL, COM CILINDRO TRANSPARENTE, SILICONIZADA, ESCALA P/ PEQUENOS E MÉDIOS VOLUMES, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, ROLHA DE BORRACHA EXTERNA PROXIMA DO ÊMBOLO, ANEL DE RETENÇÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, 1 ML, COM AGULHA.	INJEX / DESCARPACK / SR / BD
SERINGA DESCARTÁVEL, SEM AGULHA, COM CILINDRO TRANSPARENTE, SILICONIZADA, ESCALA P/ PEQUENOS E MÉDIOS VOLUMES, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, ROLHA DE BORRACHA EXTERNA PROXIMA DO ÊMBOLO, ANEL DE RETENÇÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, 3 ML.	SR / INJEX / BD/DESCARPACK EMBRAMAC
SERINGA DESCARTÁVEL, SEM AGULHA, COM CILINDRO TRANSPARENTE, SILICONIZADA, ESCALA P/ PEQUENOS E MÉDIOS VOLUMES, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, ROLHA DE BORRACHA EXTERNA PROXIMA DO ÊMBOLO, ANEL DE RETENÇÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, 5 ML.	EMBRAMAC /INJEX / BD / SR / PROCARE/ DESCARPACK
SERINGA DESCARTÁVEL, SEM AGULHA, COM CILINDRO TRANSPARENTE, SILICONIZADA, ESCALA P/ PEQUENOS E MÉDIOS VOLUMES, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, ROLHA DE BORRACHA EXTERNA PROXIMA DO ÊMBOLO, ANEL DE RETENÇÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, 10 ML.	INJEX / SR / PLASTIPACK / BD/ DESCARPACK/ EMBRAMAC
SERINGA DESCARTÁVEL, SEM AGULHA, LUER LOOK, COM CILINDRO TRANSPARENTE, SILICONIZADA, ESCALA P/ PEQUENOS E MÉDIOS VOLUMES, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, ROLHA DE BORRACHA EXTERNA PROXIMA DO ÊMBOLO, ANEL DE RETENÇÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, 5 ML.	BD / SR
SERINGA DESCARTÁVEL, SEM AGULHA, COM CILINDRO TRANSPARENTE, SILICONIZADA, ESCALA P/ PEQUENOS E MÉDIOS VOLUMES, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, ROLHA DE BORRACHA EXTERNA PROXIMA DO ÊMBOLO, ANEL DE RETENÇÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, 20 ML.	INJEX/ DESCARPACK/ SR / BD/EMBRAMAC
SERINGA DESCARTAVEL 60ML SLIP	ADVANTIVE / TERUNO / SR / INJEX/EMBRAMC/ BD
SERINGA DESCARTAVEL 60ML LUER LOCK	DESCARPACK / INJEX/BD/ EMBRAMAC
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, ESTI-CADA, EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, EQUIDISTANTES À EXTREMIDADE, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TAM 14.	MED SONDA/ BIOSANI
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, ESTI-CADA, EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, EQUIDISTANTES À EXTREMIDADE, 1ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TAM 08.	MED SONDA / CPL/ MARCK MED/ BIOSANI
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, ESTI-CADA, EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, EQUIDISTANTES À EXTREMIDADE, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TAM 06.	MED SONDA / CPL/ BIOSANI
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, ESTI-CADA, EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, EQUIDISTANTES À EXTREMIDADE, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TAM 10	BIOSANI / MED SONDA / CPL



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, ESTI-CADA, EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, EQUIDISTANTES À EXTREMIDADE, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TAM 12.	MED SONDA / CPL/BIOSANI
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, ESTI-CADA, EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, EQUIDISTANTES À EXTREMIDADE, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TAM 16	BIOSANI MED SONDA
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, ESTI-CADA, EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, EQUIDISTANTES À EXTREMIDADE, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TAM 18	Med Sonda BIOSANI
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL, ESTI-CADA, EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, EQUIDISTANTES À EXTREMIDADE, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TAM 20	Med Sonda/ BIOSANI
SONDA FOLEY FABRICADA EM LATEX, TOTALMENTE SILICONIZADA BALÃO 10/20 ML 2 VIAS NR 10	SOLIDOR / CIRUFOLEY
SONDA FOLEY FABRICADA EM LATEX, TOTALMENTE SILICONIZADA BALÃO 10/20 ML 2 VIAS NR 12	SOLIDOR
SONDA FOLEY FABRICADA EM LATEX, TOTALMENTE SILICONIZADA BALÃO 10/20 ML 2 VIAS NR 16.	SOLIDOR / CIRUFOLEY / SISCO
SONDA FOLEY FABRICADA EM LATEX, TOTALMENTE SILICONIZADA BALÃO 10/20 ML 2 VIAS NR 14.	SOLIDOR
SONDA FOLEY FABRICADA EM LATEX, TOTALMENTE SILICONIZADA BALÃO 10/20 ML 2 VIAS NR 18.	SOLIDOR
SONDA FOLEY FABRICADA EM LATEX, TOTALMENTE SILICONIZADA BALÃO 10/20 ML 3 VIAS NR 16.	SOLIDOR
SONDA FOLEY FABRICADA EM LATEX, TOTALMENTE SILICONIZADA BALÃO 10/20 ML 3 VIAS NR 14.	SOLIDOR
SONDA FOLEY FABRICADA EM LATEX, TOTALMENTE SILICONIZADA BALÃO 10/20 ML 3 VIAS NR 18.	SOLIDOR
SONDA NASAL PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM FORMATO ANATÔMICO EM LÁTEX FLEXÍVEL COM GUIA METÁLICO N.º 08	TAYLOR
SONDA NASAL PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM FORMATO ANATÔMICO EM LÁTEX FLEXÍVEL COM GUIA METÁLICO N.º 12.	TAYLOR
SONDA NASAL PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM FORMATO ANATÔMICO EM LÁTEX FLEXÍVEL COM GUIA METÁLICO N.º 10.	TAYLOR
SONDA GÁSTRICA Nº 04	MED SONDA
SONDA GÁSTRICA Nº 06	MARK MED / MED SONDA



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SONDA GASTRICA Nº 08	MEDSONDA
SONDA GASTRICA Nº 10	MEDSONDA
SONDA GASTRICA Nº 12	MED Sonda / MARK MED
SONDA GASTRICA Nº 14	EMBRAMAC / MED Sonda
SONDA GASTRICA Nº 16	MED Sonda / BIOSANI
SONDA GASTRICA Nº 18	MED Sonda / BIOSANI / GOODCOME
SONDA GASTRICA Nº 20	EMBRAMAC / BIOSANI / MED Sonda
SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, APIROGENICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 04; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER ALEGISLACAO ATUAL VIGENTE	BIOSANI/ MED Sonda
SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, APIROGENICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 08; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER ALEGISLACAO ATUAL VIGENTE	BIOSANI /MED Sonda
SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, APIROGENICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 06; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER ALEGISLACAO ATUAL VIGENTE	BIOSANI / MED Sonda
SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, APIROGENICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 12; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	MED Sonda/ MED Sonda
SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, APIROGENICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 14; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	BIOSANI / MED Sonda
SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, APIROGENICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 10; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	MED Sonda/ BIOSANI
SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, APIROGENICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 16; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE	BIOSANI / MEDSONDA



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	
SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, APIROGENICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 18; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	BIOSANI / MARK MED / MED SONDA
SONDA RETAL N.10	BIO SANI / MEDSONDA
SONDA RETAL N.12	BIO SANI / MEDSONDA
SONDA RETAL N.14	BIO SANI MEDSONDA
SONDA RETAL N.16	
SONDA RETAL N.20	BIO SANI MEDSONDA
SONDA RETAL N.30	
SUPORE COLETOR PERFUROCOTANTE 13LTS	POLAR FIX / GRANDEX/ DESCARPACK
SALTO ORTOPÉDICO DE BORRACHA M.	ZANANDREA/ TAYLOR
SALTO ORTOPÉDICO DE BORRACHA P.	ZANANDREA/ TAYLOR
SALTO ORTOPÉDICO DE BORRACHA G.	ZANANDREA TAYLOR
TOUCA DESCARTAVEL PCT C/ 100 UNIDADES	DESCARPACK/ EMBRAMAC
TINTURA DE BENJOIM, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 100%, FORMAFARMACEUTICA TINTURA; FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO 1 LITRO, VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, VIA DE ADMINISTRAÇÃO TÓPICA	VIC PHARMA/ RIO QUIMICA
TUBO DE VENTILAÇÃO REF 1021	MEDICONE / PAPARELLA
TUBO DE VENTILAÇÃO REF 1026	MEDICONE / PAPARELLA
TALA DE ALUMINIO MEDIA 19X 180MM	SANTRIC
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	INCORTEM(NACIONAL) / SOLIDOR / G-TECH / MEDEQ
TIRA REAGENTE DESCARTÁVEL PARA COLETA DE AMOSTRA DE SANGUE POR ABSORÇÃO FORA DO APARELHO DESTINADA À MEDIÇÃO DE GLICEMIA EM APARELHO PORTÁTIL ESPECÍFICO, COM FAIXA DE MEDIÇÃO ENTRE 10 A 600 MG/DL, E QUE PODEM SER USADAS PARA TESTAR AMOSTRAS DE SANGUE CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL E NEONATAL EM QUANTIDADE IGUAL OU INFERIOR A 02 MICROLITROS , QUE ACEITE APENAS MG/dl COMO UNIDADE DE MEDIDA E TEMPO DE LEITURA MAXIMO DE 10 SEGUNDOS TUBO C/ 50 TIRAS. ACOMPANHA 01 APARELHO PARA CADA 04 TUBOS APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO, EMITIDO PELA ANVISA.	INJEX / OPTIUM / ACCU-CHECK "PERFORMA"/ ON CALL PLUS / CONTOURTS



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

TELA CIRÚRGICA SINTÉTICA, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, 100% POLYPROPYLENO, COM 0,5 MM DE ESPESSURA E TAM - 26 CM X 36 CM.	MARLEX INTRACORP
TELA CIRÚRGICA SINTÉTICA, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, 100% POLYPROPYLENO, COM 0,5 MM DE ESPESSURA E TAM - 06 CM X 12 CM.	MARLEX INTRACORP
TERMOMETRO DIGITAL PARA AMBIENTE MAXIMO/MINIMO	SUPERMEDY / J.PROLAB
TOMADA DUPLA 02 EM Y	
TUBO DE SILICONE N.º 204 C/ 15 METROS.	PERFIMED/KINNER
UMIDIFICADOR	UNITEX / PROTEC
VALVULA PARA APARELHO DE PRESSÃO	PROMEDIR / PREMIUM
VASELINA LIQUIDA, CONCENTRADA, FRASCO COM 1000 ML, INCOLOR, INODORA E INSIPIDA, ISENTA DE RESÍDUOS E IMPUREZAS, EM EMBALAGEM RESISTENTE E SEGURA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.	RIOQUIMICA / CINORD/VICKFARMA
AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUIANESTESIA, BISEL TIPO EPIDURAL, MANDRIL DE ENCAIXE ANATÔMICO COM DEPRESSÕES DIGITAIS, ACOMPANHA MANDRIL COM DENTE 339DETRAVAGEM PARA ENCAIXE DO CANHÃO NA AGULHA, CODIFICADO POR CORES-SPINOCAN - 16G 3-1/2	BD
AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUIANESTESIA, BISEL TIPO WRITACRE, MANDRIL DE ENCAIXE ANATÔMICO COM DEPRESSÕES DIGITAIS, ACOMPANHA MANDRIL COM DENTE DETRAVAGEM PARA ENCAIXE DO CANHÃO NA AGULHA, CODIFICADO POR CORES-SPINOCAN - 19G 0,90MM	BD
COLCHÃO PARA MACA HOSPITALAR EM ESPUMA COMPACTA DE POLIURETANO, DENSIDADE 23, REVESTIDO EM COURVIM AZUL, COSTURAS PARALELAS INTERNAS, REFORÇADAS, SEM ZIPER, COM 4 ILHEOS PARA VENTILAÇÃO, MEDINDO 1,80X60X05	
COLCHÃO PARA BERÇO HOSPITALAR EM ESPUMA COMPACTA DE POLIURETANO, DENSIDADE 28, REVESTIDO EM COURVIM AZUL, COSTURAS PARALELAS INTERNAS, REFORÇADAS, SEM ZIPER, COM 4 ILHEOS PARA VENTILAÇÃO, MEDINDO 1,50X0,70	PHOENIX
CUBA REDONDA INOX 220ML 09X5,5CM	FAME
CUBA REDONDA INOX 500ML 13,5X5CM	
TALA IMOBILIZADORA METÁLICA DE ALUMÍNIO COM ESPUMA / TALA ORTOPÉDICA 16MMx 1METRO	
AGULHA SUTURA G 00	PROCARE
AGULHA SUTURA G-04	PROCARE
AGULHA SUTURA G-05	PROCARE
AGULHA SUTURA G-10	PROCARE
AGULHA SUTURA PB-00	PROCARE
AGULHA SUTURA PB-03	PROCARE
AGULHA SUTURA PB-09	PROCARE
AGULHA SUTURA B-07	PROCARE
AGULHA SUTURA B-10	PROCARE
TUBO PARA COLETA DE SANGUE 3,5ML TIPO VACUTAINER AMARELO	BD
CABO BIPOLAR PARA PINÇA PADRÃO EUROPEU (WEM), 3 METROS, REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, CONECTORES INDEPENDENTES Ø 3,97 MM PARA CONEXÃO EM APARELHOS WEN BC-12	



HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CANETA COMANDO POR PEDAL, REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, CABO FIXO/CONECTOR ISOLADO Ø 3,97 MM PARA CONEXÃO EM APARELHOS WEM	
CANETA COMANDO POR PEDAL, REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, CABO FIXO/CONECTOR PINO BANANA Ø 3,97 MM PARA CONEXÃO EM APARELHOS WEM	
CANETA COMANDO MANUAL, REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, COM CABO FIXO/CONECTOR 3 PINOS, ACOMPANHA OU NÃO ELETRODO PARA CONEXÃO EM APARELHOS WEM – E2100	
ELETRODO MÉDICO, PONTEIRA PARA CAUTÉRIO MONOPOLAR, REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 75 MM, PONTA RETA TIPO FACA	
ELETRODO MÉDICO, PONTEIRA PARA CAUTÉRIO MONOPOLAR, REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 75 MM, PONTA CURVA TIPO FACA 45°	
PINÇAS BIPOLAR BAIONETA, REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20CM COM PONTA RETA 1,2 MM PARA CONEXÃO EM APARELHOS WEM	
ROLO DE FITA PARA IDENTIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO, PRÓPRIAS PARA ESTERILIZAÇÃO, TAMANHO 6.35 MM X 7.62 METROS APROXIMADAMENTE, NAS CORES SÓLIDAS: VERMELHA, AMARELA, AZUL, VERDE, LARANJA, MARROM, ROXO, PRETO E BRANCA	
FORMOL	SYNTH
FRASCO COLETOR 2,5 LITROS C/ TAMPA	
GEL CONDUTOR AZUL GALÃO 5 LITROS	RMC / RENYGEL /SYNTH
LANCETA P/ EXAME DE GLICEMIA, COM DISPARO AUTOMÁTICA, 21G X 1.8MM	TKL / PREMIUM/BD
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, PAR, ANATÔMICA, ANTIALÉR-GICA, COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 28 CM, PUNHO AJUSTÁVEL, C/ BAINHA, LÁTEX ÍNTEGRO E UNIFORME (SEM PARTES ESCURECIDAS), LUBRIFICAÇÃO: S/ PÓ, IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO NO PUNHO EM TINT (7,0).	SANRO/MUCAMBO/RMC
MASCARA FASCIAL SILICONE	TKL
MÁSCARA LARÍNGEA, REUTILIZÁVEL AUTOCLAVÁVEL, FABRICADA EM SILICONE NO TAMANHO Nº 1.5, 5-10KGS	SANRO
MÁSCARA LARÍNGEA, REUTILIZÁVEL AUTOCLAVÁVEL, FABRICADA EM SILICONE NO TAMANHO Nº 2.5, 20-30KGS	
ROMPEDOR DE MEMBRANA AMNIOTICA, EMBALAGEM ÚNICA ESTÉRIL USO ÚNICO.	
TUBO LATEX N. 204 C/ 15METROS	PERFIMED/LEMGRUBER
TUBO PLASTICO PVC PARA MOLDE	
Luvas de procedimento nitrílicas descartável, não estéreis, sem pó, texturizadas, ambidestras. Caixa com 100 unidades no tamanho G.	DESCARPACK /EMBRAMAC
Luvas de procedimento nitrílicas descartável, não estéreis, sem pó, texturizadas, ambidestras. Caixa com 100 unidades no tamanho PP.	DESCARPACK
COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR EM ESPUMA COMPACTA DE POLIURETANO, DENSIDADE 33, REVESTIDO EM COURVIM AZUL, COSTURAS PARALELAS INTERNAS, REFORÇADAS, SEM ZIPER, COM 4 ILHEOS PARA VENTILAÇÃO, MEDINDO 1,90X86X13CM;	DESCARPACK
COLCHÃO CAIXA DE OVO, FORRAÇÃO ORTOPEDICA INFLAVEL, MEDINDO 1,90X 0.90 EM PVC . SUPORTAR ATE 120KG.	
“REANIMADOR MANUAL”; RECEM NASCIDO, COM BALAO AUTO-INFLAVEL, SEM EMENDAS; COM VALVULA UNIDIRECIONAL; C/CONECTOR DA VALVULA DE ENTRADA DE OXIGENIO (RESIDENTE) E AJUSTAVEL AO LATEX E OU TUBO DE PVC N.204; VALVULA DE SEGURANCA PARA PRESSOES QUE EXCEDAM 30A 40 CM DE AGUA; PERMITIR ADAPTACAO DE MASCARA FACIAL EM TAMANHOS DIFERENTES	PROTEC / OXIGEL